

JZU Opšta bolnica Berane
Broj; 4261
Berane; 02.06.2023. godine

Odgovor na zahtjev za pojašnjenjem tenderske dokumentacije 3076/1

Pitanje:

U dijelu 7. Metodologija vrednovanja ponuda, za Partiju 1 – Biohemija, kao podkriterijum navedeno je "Automatsko uključivanje analizatora prema potrebi korisnika". Molimo za pojašnjenje na šta tačno se odnosi navedeni zahtjev, molimo za objašnjenje praktične primjene ove karakteristike i u čemu Naručilac vidi opravdanost ovog zahtjeva.

U dijelu Predmet nabavke, Partija 2 – Imunohemija, pod rednim brojem 23 navodi se "PTH rutine i intraoperative". Molimo za pojašnjenje da li se pod navedenim podrazumijevaju dva protokola ROUTINE i STAT odnosno rutinski i hitni protokol ?

U dijelu Predmet nabavke, Partija 2 – Imunohemija, pod rednim brojem 28, stavka "k", traži se "Mogućnost on board dilucije". Molimo za pojašnjenje na šta se odnosi navedeni zahtjev, da li se pod ovim podrazumijeva automatska dilucija ?

Odgovor:

Automatsko uključivanje analizatora prema potrebi korisnika predstavlja opciju na analizatoru, koja omogućava operateru da podesi dan i vrijeme kada će se analizator automatski uključiti. Ova opcija omogućava planiranje održavanja analizatora i bolju organizaciju svih resursa laboratorije, jer omogućava da se analizator sam uključi u određeno vrijeme i obavi određene procedure održavanja i pripreme za rad automatski i u vrijeme kada to laboratoriji najviše odgovara.

Pod navedenim "PTH routine i intraoperative" se podrazumijevaju dva protokola, jedan rutinski i drugi protokol koji je kraći jer daje mogućnost da se za kraće vrijeme dobije traženi rezultat. Izraz routine i intraoperative je opšte prihvaćeni nazivi jer su kraći protokoli neophodni prilikom izvođenja hirurških intervencija.

Navedeni zahtjev "Mogućnost on board dilucije" podrazumijeva mogućnost automatske dilucije na samom aparatu.

Član komisije

Stanojka Džikić

