

JZU Opšta bolnica Berane
Broj; 4428
Berane; 08.06.2023. godine

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Pitanje; Partija 1: Automatsko uključivanje analizatora prema potrebi korisnika 5 bodova- molimo za detaljnije pojašnjenje navedene karakteristike.

Odgovor: Automatsko uključivanje analizatora prema potrebi korisnika predstavlja opciju na analizatoru, koja omogućava operateru da podesi dan i vrijeme kada će se analizator automatski uključiti. Ova opcija omogućava planiranje održavanja analizatora i bolju organizaciju svih resursa laboratorije, jer omogućava da se analizator sam uključi u određeno vrijeme i obavi određene procedure održavanja i pripreme za rad automatski i u vrijeme kada to laboratoriji najviše odgovara.

