

PREGLED POSTUPKA #51118

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JZU DOM ZDRAVLJA ROŽAJE
PIB	02015765
E-mail	dzrozaje@t-com.me
Telefon	051/271-347
Internet adresa	www.dzrozaje.me
Fax	051/271-347
Adresa	29 Novembar 3
Grad	Rožaje
Poštanski broj	84310

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Medicinska oprema - OCT uređaj (aparati za optičku koherentnu tomografiju)
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Mersudin Kalač
Kontakt	068889299
Datum objave	25.08.2023. 12:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Medicinska oprema - OCT uređaj (aparatus za optičku koherentnu tomografiju)	25.08.2023 12:30	30.08.2023 10:00	30.08.2023 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	JZU DOM ZDRAVLJA ROŽAJE Nabavka oprema 33100000 - Medicinska oprema	24.795,00 EUR	5.205,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23 i 36/23)).	ESPD
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): 1) Rješenje o upisu ponuđača u registar za promet na veliko medicinskim sredstvima izdato od Instituta (Agencije) za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore; 2) Rješenje o upisu medicinskog sredstva koje je predmet javne nabavke u registar medicinskih sredstava, izdato od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore (Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore). Ukoliko je ponuđaču rješenje o upisu u registar medicinskog sredstva isteklo, Naručilac dozvoljava mogućnost dostavljanja potvrde Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore/Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu. U slučaju da ponuđač nije nosilac upisa ponuđenog medicinskog sredstva obavezan je dostaviti ovlašćenje od nosioca upisa da ponuđeno medicinsko sredstvo po predmetnom javnom pozivu može ponuditi naručiocu, kao i rješenje o upisu u registar nosioca upisa. - Izuzetno, ako niko od ponuđača čije su ponude ocijenjene kao ispravne ne nudi medicinsko sredstvo koje je upisano u registar medicinskih sredstava kod Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, uzeće se u razmatranje i ponude ponuđača koje nude medicinsko sredstvo koje nije upisano u Registar, ukoliko je ponuđeno medicinsko sredstvo registrovano u zemljama Evrope, SAD-a, Kanadi, Švajcarskoj, Norveškoj i zemljama bivše SFRJ, za koje moraju dostaviti sledeću dokumentaciju: 1) CE znak u zavisnosti od klase, 2) Sertifikat o sistemu kvaliteta ISO 13485, 3) Dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizviđača.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
JZU DOM ZDRAVLJA ROŽAJE, ul. "29 Novembar". br. 3	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja: Virmanski, na žiro račun dobavljača.	Način plaćanja
Rok plaćanja je: 30 dana od dana ispostavljanja fakture	Rok plaćanja
Ponuđač je u obavezi da Finansijskom dijelu navede proizvođača, zaštićeni naziv proizvoda i kataloški broj ponuđenog proizvod	Zahtjev za oznake

Ponuđač je dužan da dostavi originalni katalog proizvođača za ponuđeni aparat sa jasno naznačenim tehničkim karakteristikama koje je naručilac zahtijevao tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan u priloženom katalogu zaokružiti ili markirati markerom svaku tehničku karakteristiku koja se zahtijeva, sa naznakom broja karakteristike iz tehničke specifikacije Naručioca. Ukoliko sve zahtijevane karakteristike nijesu sadržane u katalogu, ponuđač može dostaviti izjavu proizvođača, pečatiranu i potpisanu od strane ovlašćenog lica proizvođača, kojom se dokazuje da ponuđeni aparat posjeduje zahtijevanu karakteristiku i na kojoj će precizno biti naveden broj stavke i njen puni naziv iz tehničke specifikacije Naručioca na koju se karakteristika odnosi. Katalog i izjava proizvođača mogu biti dostavljeni i na engleskom jeziku. Naručilac zadržava pravo da od ponuđača zahtijeva prevod i provjeru priloženih informacija.	Zahtjev za oznake
Garantni rok: minimum 24 mjeseca, od dana potpisivanja zapisnika o uredno izvršenoj primopredaji.	Garantni rok
Ponuđač je dužan da na dostavljenim rješenjima o upisu u registar medicinskih sredstava, odnosno dokumentaciji koju dostavlja jasno označi proizvod partiju i poziciju na koju se dokument odnosi.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan dostaviti: Izjavu da će tokom instalacije i prilikom puštanja u rad, o svom trošku, kod korisnika izvršiti obuku za rad na isporučenom aparatu za medicinsko i tehničko osoblje korisnika. Drugi uslovi	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da će u roku od 5 (pet) dana od prijave kvara izvršiti popravku. i da će ukoliko ovlašćeni serviser ne vrati aparat u funkcionalno stanje (za vrijeme trajanja garantnog roka) u roku od 30(trideset) dana od dana prijave kvara, o sopstvenom trošku izvršiti zamjenu aparata novim istih ili boljih karakteristika	Drugi uslovi
Rok važenja ponude 60 dana od dana otvaranja ponude	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je maksimum 30 dana od dana zaključenja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Ponuđač je dužan dostaviti izjavu o servisnoj podršci u Crnoj Gori ovlašćenog servisa u toku trajanja garantnog roka.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da će se u garantnom roku ovlašćeni serviser ponuđača odazvati na poziv za servis u roku ne dužem od 48 časova na licu mjesta	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **24.795,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
--	-----------------------	---------------------------------------	----------

1	OCT uređaj (aparatus za optičku koherentnu tomografiju)	OCT uređaj (aparatus za optičku koherentnu tomografiju) TEHNIČKE KARAKTERISTIKE APARATA 1. TEHNOLOGIJA: Spectral Domain OCT. 2. IZVOR SVJETLOSTI: SLED, talasna dužina 850 nm. 3. PROTOK: 50 nm pola propusnog opsega. 4. BRZINA SKENIRANJA: 60 000 mjerenja u sekundi. 5. AKSIJALNA REZOLUCIJA: 2,6 um digitalno, 5 um u tkivu. 6. TRANSVERZALNA REZOLUCIJA: 12 um, obično 18 um 7. UKUPNA DUBINA SKENIRANJA: 2,8 mm/-6 mm u punom modusu. 8. OPSEG PODEŠAVANJA FOKUSA: -25 D do +25 D. 9. VRSTA SKENIRANJA: pozadi 5 do 15 mm, naprijed 3-18 mm. 10. FUNDUS SLIKA: uživo rekonstrukcija fundusa. 11. METOD PORAVNAVANJA: potpuno automatski, automatski. 12. ANALIZA MREŽNJACE: retinalna debljina, unutrašnja retinalna debljina, spoljašnja retinalna debljina, RNFL+GCL +IPL debljina, RNFL debljina, RPE deformacija, IS/OS debljina. 13. GLAUKOM ANALIZA: poželjno je da ima RNFL, ONH morfologija, DDLS, Ganglion analiza kao RNFL+GCL+IP i GCL +IPL. 14. TOPOGRAFSKA MAPA ROŽNJACE: akisjalna (prednja, zadnja), jačina refrakcije (kerato, naprijed, pozadi, ukupna), NET, aksijalni stvarni NET, ekvivalent keratometrije, elevacija (prednja, zadnja). 15. DIMENZIJE APARATA: do 500 mm X 550 mm X 500 mm (šxdxv), težina do 30 kg. 16. NAPAJANJE APARTA: 100-240 v, 50-60 Hz/90 VA do 110 VA.	1,00 komad
---	---	---	------------