

PREGLED POSTUPKA #51448

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	ZAVOD ZA METROLOGIJU
PIB	02628511
E-mail	zavod@metrologija.gov.me
Telefon	020/601-360
Internet adresa	www.metrologija.me
Fax	020/634-651
Adresa	Arsenija Boljevića bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Oprema za laboratorije
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ivona Mugoša
Kontakt	067/492-663
Datum objave	11.09.2023. 09:15
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponude	11.09.2023 09:15	15.09.2023 09:15	15.09.2023 09:15	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	po partijama
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	ZAVOD ZA METROLOGIJU Oprema za laboratorije 32000000 - Radio, televizijska, komunikacijska, telekomunikacijska i srodna oprema 38000000 - Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočara) 38300000 - Instrumenti za mjerenje 38410000 - Mjerni instrumenti	14.876,03 EUR	3.123,97 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva	Važi za sve partije
Način plaćanja: virmanski, na žiro račun izvršioca usluga	Način plaćanja	DA
Rok plaćanja: u roku od 15 dana od dana ispostavljanja fakture	Rok plaćanja	DA
Mjesto izvršenja ugovora: na adresi Arsenija Boljevića bb u Podgorici (Partija 1,2,3 i 4) i Donja Gorica bb u Podgorici (Partija 1)	Mjesto izvršenja ugovora	DA
Garantni rok: minimum 12 mjeseci od dana isporuke	Garantni rok	DA
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Svaki element opreme će biti provjeren nakon isporuke i izvršiće se provjera ispunjenosti zadate specifikacije u skladu sa implementiranim sistemom menadžmenta kvalitetom Naručioca	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	DA
Rok važenja ponude: 30 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude	DA
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje na osnovu dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	DA
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 016/23, 020/23, 036/23).	ESPD	DA
Rok izvršenja ugovora: 6 mjeseca od dana zaključivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora	DA

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	Važi za sve partije
Cijena	DA

8 PREDMET NABAVKE

Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV:

14.876,03 EUR

Broj partije		1	
Opis partije		Oprema za Laboratoriju za masu	
Procijenjena vrijednost bez PDV		7.438,02 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	DISPLEJ	DISPLEJ - LCD za CCE seriju komparatora mase proizvođača SARTORIUS AG. Displeji moraju biti kompatibilni sa već postojećim komparatorima mase CCE serije SARTORIUS AG serijski broj 21312801 i serijski broj 29101223. Troškovi instalacije displeja modula na dvije lokacije, podešavanje masenih komparatora i putni troškovi.	2,00 komad

2	MASENI ETALON – TEG	MASENI ETALON – TEG - Opseg: 10 kg - OIML: klasa E2 - Visoko kvalitetni nerđajući čelik - Gustina: $\geq 7950 \text{ kg/m}^3$ - Nemagnetičan - Izrađen iz jednog komada (mono blok) - Kalibracioni sertifikat izdat od akreditovane laboratorije prema standardu ISO/IEC 17025 - U drvenoj kutiji / aluminijumskoj kutiji	1,00 komad
3	KOFERI ZA TRANSPORT GARNITURE TEGOVA 1 mg – 5kg (KLASA E2, F1, F2 i M1)	1.3. KOFERI ZA TRANSPORT GARNITURE TEGOVA 1 mg – 5kg (KLASA E2, F1, F2 i M1) - materijal aluminijum - kofer odgovarajući za oblik tegova prema OIML - kofer bezbjedan za skladištenje i transport tegova	2,00 komad

Broj partije		2	
Opis partije		Oprema za Laboratoriju za male zapremine	
Procijenjena vrijednost bez PDV		4.545,45 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	KONDUKTOMETAR SA ELEKTRODOM I REFERENTNIM STANDARDIMA	KONDUKTOMETAR SA ELEKTRODOM I REFERENTNIM STANDARDIMA - Konduktometar za mjerenje provodljivosti, ph, saliniteta za postavljanje na sto, mjerni opseg provodljivosti od 0,001 $\mu\text{s/cm}$ - 2000 ms/cm, tačnost $\pm 0,5 \%$ rezolucija provodljivosti 0,001-1 - temperaturni opseg -30 °C - 130 °C; - Elektroda sa dvopolnom ćelijom za provodljivost (za mjerenje uzoraka niske provodljivosti kao što je čista voda), mjerno područje 0,001 $\mu\text{s/cm}$ - 500 $\mu\text{s/cm}$, konstanta ćelije 0,105 cm-1, temperaturni opseg 0 °C - 100 °C sa kablom i priključcima - vrsta ćelije: 2 čelična pola; - Standard 10 $\mu\text{s/cm}$ (min 250 ml) sljediv prema međunarodnom standardu za referentne materijale; - Standard 84 $\mu\text{s/cm}$ (min 250 ml) sljediv prema međunarodnom standardu za referentne materijale; - Sa instalacijom, obukom, sertifikacijom uređaja i troškovima osiguranja i transporta.	1,00 komad

Broj partije		3	
Opis partije		Oprema za Laboratoriju za vrijeme i frekvenciju	
Procijenjena vrijednost bez PDV		1.900,83 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	UREĐAJ ZA NEPREKIDNO NAPAJANJE (UPS)	UREĐAJ ZA NEPREKIDNO NAPAJANJE (UPS) On-Line tip Izlazna snaga: minimum 1800W, 2000VA Izlazi: minimum 1xšuko, 3xIEC utičnice LCD displej	5,00 komad

Broj partije		4	
Opis partije		Oprema za Laboratoriju za velike zapremine	
Procijenjena vrijednost bez PDV		991,73 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	LABORATORIJSKI MERMERNI STO	LABORATORIJSKI MERMERNI STO - Gornja ploča, (90 cm x 70 cm x 12 cm) - Noseća ploča za sto (68 cm x 60 cm x 12 cm) - Zadnja ploča (64 cm x 48 cm x 8 cm) - Ploče izrađena od bijelog mermera, polirane sa zaobljenim ivicama	1,00 komad