



Br: 07-426/23-1239/2

14.09.2023.

Predmet: Pojašnjenje Tenderske dokumentacije za jednostavnu nabavku br. #51448 od 11.09.2023. godine za nabavku robe – oprema za laboratorije, po partijama

Dana 14.09.2023. godine, Zavodu za metrologiju je upućen Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije za jednostavnu nabavku br. #51448 od 11.09.2023. godine za nabavku robe – oprema za laboratorije, po partijama, putem ESJN-a, od strane potencijalnog ponuđača. Naime, Naručiocu je u vezi partije 2 – Oprema za Laboratoriju za male zapremine, upućen sljedeći **zahtjev za pojašnjenjem**:

„ Poštovani, Molim Vas da nam pojasnite šta tačno podrazumijeva zahtjev konkursne dokumentacije za konduktometar sa elektrodom i referentnim standardima- partija 2, gdje navodite da je potrebna sertifikacija uređaja. “

U odnosu na prethodno navedeni zahtjev za pojašnjenjem tenderske dokumentacije, u skladu sa čl. Članom 8 stav Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Sl. list CG“, br. 016/23, 020/23, 036/23), a na osnovu Rješenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke br. 07-426/23-1239 od 24.09.2023. godine, Komisija dostavlja sljedeće **pojašnjenje**:

„ Sertifikacija uređaja predstavlja kalibraciju (etaloniranje) konduktometra korišćenjem sertifikovanih referentnih materijala. “



ispred Komisije za sprovođenje postupka
javne nabavke

Predsjednik Komisije

Goran Vukoslavović