



Broj: 918/1-4023

Mjesto i datum: Podgorica, 15.09.2023. godine

Farmont M.P. d.o.o. Danilovgrad

PREDMET: Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije za postupak 4023 od 12.09.2023.godine

Zahtjev:

Poštovani,
U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama, obraćamo se sa zahtjevom za pojašnjenje tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke broj 4023, Potrošni materijal za anesteziju za potrebe JZU. Vezano za partiju broj 5, Spinalne igle, da li je prihvatljiva spinalna igla koja ispunjava tehničke uslove vezano za samu spinalnu iglu i ima neznatno različite dimenzije vodiča. Naime, tražen je vodič 21Gx30mm, a pošto je razlika dimenzija vrlo mala, da li bi prihvatili dimenzije vodiča 20Gx32mm? Unaprijed zahvaljujemo na odgovoru.

Odgovor Naručioca:

Tehnička specifikacija i bitne karakteristike predmeta nabavke su pripremljene vodeći računa o zahtjevima medicinske struke i bazirane su da dugogodišnjem iskustvu. Uvođenjem alternativnih dimenzija (ili odobrenjem raspona u dimenzijama za pojedine partije uključujući i ovu) mogla bi se ugroziti ravnopravnost ponuda u postupku, iz kog razloga nije moguće prihvatiti Vaš zahtjev.

Komisija za sprovođenje postupka
dipl.oec. Vladan Radović, predsjednik komisije
S.R.