

ZDRAVSTVENA USTANOVA
KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR BERANE
BR: 9742
BERANE:10.11.2023.GODINE

IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE

U skladu sa članom 94 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23, 11/23) naručilac vrši Izmjenu tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke br. 9513

Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke mijenja se u dijelu koji se odnosi na Partiju 3,5,6,9,10

Partija 3: Set za femoralni pristup količina: nova količina 180

Partija 5: u dijelu BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE mijenja se i glasi: Višeslojni, za koronarnu angiokardiografiju i kateterizaciju desnog srca, za toruozne i kalcifikovane pristupne krvne sudove, obložene lumbrikantom cijelom dužinom, Seldingerovom metodom, raznih konfiguracija, veličine 5-6F, minimalnog unutrašnjeg lumena 0.056" (6F) kompatibilni s 0.035" žicom.

Partija 6: u dijelu BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE mijenja se i glasi: Za transradijalni pristup, 5 i 6F, univerzalne krivine za obje arterije dostupnih krivina 3.5, 4.00, 4.5, atraumatskog vrha obložen polimernim aditivom cijelom dužinom katetera, sa i bez bocnih rupica, dužine 100cm i 110cm, krivine ultra curve, TRapease, TRAnsformer, TRActive i sl.

Partija 9: u dijelu BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE mijenja se i glasi: Koronarni stentovi obloženi aktivnom supstancom (drug eluting stents DES) izrađeni kobalt-hroma, veličina 2-5 mm i dužina 12 do 30 mm, sa KONTINUIRANIM polimerom, open-cell tehnologija, s aktivnom komponentom – sa antiinflamatornim i/ili antiproliferativnim djelovanjem, klinička efikasnost i odsustvo problema kasnih tromboza dokazani kliničkim randomiziranim studijama (najmanje 3). Serifikat za korišćenje u akutnom koronarnom sindromu (STEMI, NSTEMI, NAP)

Partija 10: u dijelu BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE mijenja se i glasi: Koronarni stentovi obloženi aktivnom supstancom (drug eluting stents DES) izrađeni od kobalt-hroma, sa jezgrom od legure platinum iridijuma i markerima od platinum iridijuma, veličina 2.25-4mm i dužina 8/9 do 38 mm, sa KONTINUIRANIM polimerom, open-cell tehnologija, s aktivnom komponentom – sa antiinflamatornim i/ili antiproliferativnim djelovanjem.

NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 27.11.2023. godine do 10 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 27.11.2023.godine u 10 sati.

• Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. Svetosavsak br.33, 84300 Berane,

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Svetosavsak br.33, 84300 Berane, s tim što ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponuda.

Radnim danima od 08 do 15 sati, zaključno sa danom 27.11.2023. godine do 09:30 sati.

Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište Naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi Garancija, naziv, sjedište i adresa Ponuđača i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

