

Crna Gora
JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar

Broj 5104
Bar 14.06.2024. god.

JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar
Broj 5104
Bar 14.06.2024.godine

Saglasno članu 94 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023), naručilac JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar, daje

ODGOVOR PO ZAHTJEVU ZA IZMJENU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

broj 4678 od 13.06.2024 I poziva za nadmetanje
u OPJN broj 13-2024, šifra 74229

Zainteresovano lice u postupku javne nabavke 13-2024 se dana 12.06.2024.godine obratilo naručiocu u postupku, sa zahtjevom za izmjenu TD

Zahtjev 1 :

- U dijelu 6 - Uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke traži se :

„Ponudač je obavezuje da uz prilikom prve isporuke reagenasa isporuči Dva (2) nova, nekorišćena integrisana imuno-biohemijska sistema, najnovije generacije i mim. sjedećih karakteristika:

1.Ukupni kapacitet je oba sistema je minimum 2400 analiza na sat za biohemiju sa elektrolitima i 400 analiza na sat za imunohemiju.

Zahtijevani kapacitet za jedan biohemijski modul je u intervalu od 700 do 1900 analiza na sat sa ukijučenim elektrolitima.

Zahtijevani kapacitet za jedan imunohemijski modul je 120 imunohemijskih analiza na sat i više. Ponudač može ponuditi kompatibilne integrisane imuno- hemijske sisteme istog ili različitog kapaciteta, u okviru zahtijevanih, pod uslovom da zajedno daju ukupno zahtijevani kapacitet.

Smatramo da su se na ovaj način ponuđači dovedeni u neravnopravan položaj. Naime, na osnovu zvaničnih podataka koji su svima dostupni, lako je utvrditi šta proizvođači imaju u svom proizvodnom programu. Naručilac tako može da sazna koji proizvođač može ponuditi veći i manji sistem koji su kompatibilni, i navodeći tu mogućnost na direktan način favorizuje te iste prozvođače, jer je takva kombinacija sistema jeftinija. Istovremeno stavlja u nepovlašćen položaj sve ostale koji nemaju tu mogućnost i koji su primorani da ponude dva velika sistema. U skladu sa navedenim zahtijevamo izmjenu tenderske dokumentacije u smislu da se isključivo mogu ponuditi identični integrisani sistemi.

Odgovor

Karakteristika integriteta imuno-biohemijskih sistema vezano za brzinu rada, data u tenderskoj dokumentaciji, predstavljaju optimalne potrebe laboratorije, a također omogućava da u slučaju povećanja broja pacijenata pravovremeno odradimo zadate analize. U dokumentaciji su tražena dva integriteta sistema jer bi veći broj aparata zahtijevao prisustvo većeg broja ljudi koji ga opslužuju. Koncept rada sa dva integriteta sistema jeste da jedan bude nosilac posla, a drugi služi kao podrška (backup). U izradi specifikacije rukovodili smo se isključivo potrebama laboratorije, sa ciljem da integritetni sistemi budu optimalnog kapaciteta za naš obim posla.

Mogućnost da se u okviru ukupno traženog kapaciteta za 2 nova, nekorišćena integritetna imuno-biohemijska sistema, ponude dva sistema istog ili različitog kapaciteta, potencijal je da se javi veći broj ponuđača i sa dva ponuđena sistema zadovolji potrebe ustanove.

Stav komisije je da ovim uslovom nijesu ugroženi principi javnih nabavki, te ovaj uslov ostaje neizmjenjen.

Zahtjev 2 :

- U djelu 6 - Uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke traži se

2.1 Tehnike biohemija: fotometrija, potencijometrija i turbidimetrija

U cilju omogućavanja ravnopravnog učešća svih zainteresovanih strana, smatramo da bi zahtjev "Tehnike biohemija: fotometrija, potencijometrija, turbidimetrija" trebalo da se promijeni tako da potencijometrija i fotometrija budu obavezne metode, a turbidimetrija i sve ostale metode da budu opcione metode. U tom smislu zahtijevamo izmjenu tenderske dokumentacije.

Odgovor: Prihvata se ova stavka zahtjeva, te će se uraditi Izmjena tenderske dokumentacije i poziva, vezano za istu.

Zahtjev 3:

- U djelu 6 - Uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke traži se .

Dnevno održavanje - automatski definisan ili zadat od strane laboratorijskih tehničara bez daljeg angažovanja tehničara u izvođenju zadate procedure.

Smatramo da je traženi zahtjev može da ima veoma široko tumačenje (da li na primjer angažovanje tehničara podrazumjeva pripremu kertridža za dnevno ispiranje), i da se na taj način priloženi dokazi ponuđača mogu relativizovati. Iz tog razloga zahtijevamo brisanje navedenog zahtjeva iz tenderske dokumentacije.

Odgovor: Prihvata se ova stavka zahtjeva i, u cilju otklanjanja nejasnoća, ovaj uslov će biti izbrisan i tenderske dokumentacije i poziva.

Zahtjev 4:

- U dijelu 7 - Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude navodi se .

„Parametar 1 kvaliteta: Ukupno vrijeme potrebno za dnevno održavanje opreme, za biohemiju i imunohemiju. Ponuda kojom je ponuđeno vrijeme 60 minuta ili kraće dobija 5 bodova. Ponude koje ponude vrijeme duže od 60 minuta neće se bodovati za ovaj parametar. "Ponuđač je dužan da dostavi izjavu o vremenu za dnevno održavanje opreme zbirno za oba modula iskazano u minutima. "Ponuđač je obavezan da navedeno vrijeme

dokaže kroz dokumentaciju proizvođača (katalog, Izvod iz korisničkog uputstva , ili dr. Dokument proizvođača). Ukoliko parametar koji se vrednuje nije vidljiv u navedenoj dokumentaciji kao dokaz se prihvata Izjava proizvođača o karakteristikama koja se vrednuje, *Ukoliko je ponudjač ponudio dva integrisana imuno-biohemijska sistema različitog kapaciteta dostavlja podatak za sistem većeg kapaciteta

Parametar 2 kvaliteta. ukupno vrijeme potrebno za nedeljno održavanje sistema za biohemiju i imunohemiju. Ponuda kojom je ponuđeno vrijeme 60 minuta ili kraće dobija 5 bodova. Ponuda kojom je ponuđeno vrijeme 60 minuta ili kraće dobija 5 bodova. Ponude koje ponude vrijeme duže od 60 minuta neće se bodovati za ovaj parametar. "Ponudjač je dužan da dostavi izjavu o vremenu za dnevno održavanje opreme zbirno za oba modula iskazano u minutima, *Ponudjač je obavezan da navedeno vrijeme dokaže kroz dokumentaciju proizvođača (katalog, Izvod iz korisničkog uputstva , ili dr. Dokument proizvođača). Ukoliko parametar koji se vrednuje nije vidljiv u navedenoj dokumentaciji kao dokaz se prihvata Izjava proizvođača o karakteristikama koja se vrednuje. "Ukoliko je ponudjač ponudio dva integralna imuno-biohemijska sistema različitog kapaciteta dostavlja podatak za sistem većeg kapaciteta."

- Smatramo da navedenu karakteristiku treba brisati jer se njom favorizuje određeni proizvođač. Uz to navedeni zahtjev nije jasan. U prvom dijelu se navodi riječ "oprema" što može da se protumači da se zahtjev odnosi na oba integrisana sistema . Kasnije se navodi da "Ukoliko je ponudjač ponudio dva integrisana imuno-biohemijska sistema različitog kapaciteta dostavlja podatak za sistem većeg kapaciteta", što opet dovodi ponudjače u nedoumicu. Zašto ponudjač ne dostavi podatak za oba sistema ukoliko su oni različiti. Da li se na ovaj način tenderska dokumentacija prilagođava favorizovanim ponudjačima i sistemima koje planiraju da ponude.

Odgovor: Navedenim kriterijumima nije favorizovan ni jedan ponudjač , jer svi ponudjači imaju modele integrisanih sistema koji mogu da urade održavanje u zahtijevanom vremenu. I pored navedenog naručilac će, kroz imjenu tenderske dokumentacije i poziva : povećati limit za dnevno održavanje do 75 minuta i izmijeniti riječ „ oprema “- umjesto te riječi napisati „jedan integrisani sistem“ U cilju jasnijeg definisanja kriterijuma u dijelu brzine analiza na sat dodati za „ rutinske analize“.

Komisija za sprovođenje postupka nabavke

