

PREGLED POSTUPKA #75024

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	ZU KLINIČKO - BOLNIČKI CENTAR KOTOR
PIB	02032651
E-mail	mirjana.obk@t-com.me
Telefon	032/325-788
Internet adresa	www.jzuobkotor.me
Fax	032/325-405
Adresa	Njegoševa bb
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Drugi ponovljeni postupak nabavke dejonizatora vode za potrebe laboratorije
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Mirjana Ivanović
Kontakt	032/325-788
Datum objave	24.06.2024. 14:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	ZU KLINIČKO - BOLNIČKI CENTAR KOTOR Nabavka razne medicinske i nemedicinske oprme 33100000 - Medicinska oprema 39300000 - Razna oprema	58.683,89 EUR	12.323,61 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2, a koji je propisan Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavih nabavki („Službeni list CG“, broj 61/20, 65/20, 71/20, 74/20, 102/20, 51/21).	ESPD
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Način plaćanja: Virmanski, na žiro račun dobavljača.	Način plaćanja
ZU Kliničko-bolnički centar Kotor ,Njegoševa bb	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 10 dana od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavci	Rok plaćanja
Ponuđač je u obavezi da Finansijskom dijelu navede proizvođača, zaštićeni naziv proizvoda i kataloški broj ponuđenog proizvoda	Drugi uslovi

Ponuđač je dužan da dostavi originalni katalog proizvođača za ponuđeni aparat sa jasno naznačenim tehničkim karakteristikama koje je naručilac utvrdio zahtjevom za dostavljanje ponuda. Ponuđač je dužan u priloženom katalogu zaokružiti ili markirati markerom svaku tehničku karakteristiku koja se zahtijeva, sa naznakom broja karakteristike iz tehničke specifikacije Naručioca. Ukoliko sve zahtijevane karakteristike nijesu sadržane u katalogu, ponuđač može dostaviti izjavu proizvođača, pečatiranu i potpisanu od strane ovlašćenog lica proizvođača, kojom se dokazuje da ponuđeni aparat posjeduje zahtijevanu karakteristiku i na kojoj će precizno biti naveden broj stavke i njen puni naziv iz tehničke specifikacije Naručioca na koju se karakteristika odnosi. Katalog i izjava proizvođača mogu biti dostavljeni i na engleskom jeziku. Naručilac zadržava pravo da od ponuđača zahtijeva prevod i provjeru priloženih informacija.	Drugi uslovi
Garantni rok: Obezbijediti garanciju minimum 24 mjeseca, koja važi od dana potpisivanja zapisnika o uredno izvršenoj primopredaji	Garantni rok
Ponuđač je dužan dostaviti: Izjavu da će tokom instalacije i prilikom puštanja u rad, o svom trošku, kod korisnika izvršiti obuku za rad na isporučenom aparatu za medicinsko i tehničko osoblje korisnika.	Drugi uslovi
Rok isporuke: maksimalno 45 dana od dana potpisivanja ugovora	Drugi uslovi
Rok važenja ponude: 60 dan od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 2.200,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Djonizator vode	1. 1. RO sistem sa rezervoarom od 50- 60 lit 2. Tri predfiltera sa kvalitetom izlazne vode 15-20 µS/cm. 3. Kolona sa MIX jonskom masom za ostranjivanje elektrolita sa konstantnim kvalitetom vode ispod 1 µS/cm 4. Automatski stop ventil 5. Maksimalna količina rastvorenih materija u vodi 2000mg/l 6. Pumpa , napajanje 220V/50Hz 7. Digitalni mjerač elektro-provodljivosti za pokazivanje kvaliteta vode kao pokazatelj kada treba mijenjati jonsku masu. 8. Uređaj i rezervuar prilagođen mjestu ugradnje i aparatu	1,00 kom