

PREGLED POSTUPKA #75652

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JZU DOM ZDRAVLJA ULCINJ
PIB	02015129
E-mail	zdravstvoulcinj@t-com.me
Telefon	030/411-028
Internet adresa	www.domzdravljaulcinj.me
Fax	030/401-167
Adresa	Majke Tereze bb
Grad	Ulcinj
Poštanski broj	85360

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Injektor za ubrizgavanje kontrastnog sredstva
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Kujtim Ismailaga
Kontakt	030/411-028, 067/037-021
Datum objave	05.07.2024. 12:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	JZU DOM ZDRAVLJA ULCINJ medicinska oprema injektor za ct skener 33100000 - Medicinska oprema	16.528,93 EUR	3.471,07 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat je dužan dostaviti Izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica privrednog subjekta, sačinjenu na obrascu 2 (Pravilnik o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023.). Forma obrasca 2 je data kao prilog Zahtjeva za dostavljanje ponuda.	Drugi uslovi
Rok plaćanja: 60 dana od dana ispostavljanja fakture za isporucenu robu .	Rok plaćanja
Rok izvršenja ugovora - isporuka: u roku od 30 kalendarskih dana od obostranog potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je sjedište naručioca Dom zdravlja Ulcinj, Ulica Majke Tereze bb	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja: virmanskom , uplatom na ziro racun ponudjaca.	Način plaćanja
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: od strane ovlašćenog /ih lica Naručioca prilikom prijema robe, uvidom u isporučenu robu i provjerom usklađenosti sa zahtijevanim/ponuđenim karakteristikama. Ponuđač se obavezuje da bez odlaganja, o svom trošku otkloni nedostatak a koji nije posledica nepravilnog rukovanja Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Garancija na uređaj: 1 godine.	Garantni rok
Dostaviti rješenje o registraciji proizvođača	Drugi uslovi
Dostaviti rješenje o registraciji medicinskog sredstva koje je predmet nabavke	Drugi uslovi
Dostavizi izjavu proizvođača da će isporučiti nov i nekorišten aparat	Drugi uslovi
Dostaviti izjavu ponuđača da će uz aparat isporučiti potrošni materijal – 100 setova	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 16.528,93 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Injektor za ubrizgavanje kontrastnog sredstva	Minimalne tehničke karakteristike: 1. Automatski CT injektor za ubrizgavanje kontrasta sa dvije injekcione glave - jedna za kontrastno sredstvo, a jedna za fiziološki rastvor. 2. Sistem mora posjedovati monitor osjetljiv na dodir dijagonale minimum 12”, koji služi za podešavanje protokola za CT procedure; 3. Sistem ne dozvoljava ubrizgavanje dok se ne ukloni vazduh 4. Mogućnost skladištenja minimum 1000 protokola za CT procedure; 5. Impliciranje kontrasta se obavlja direktno iz praznih špriceva koji se pune; 6. Kontrole na samom injektoru za obje glave pojedinačno, minimalno: automatsko punjenje, izbacivanje vazduha, test, naprijed; 7. Dvije injekcione glave kapaciteta za tečnosti minimum 200ml po glavi; 8. Mogućnost podešavanja ubrizgavanja u minimum 8 faza; 9. Raspon ubrizgavanja kontrasta od 0.1 do 10 ml/sec, u koracima od 0,1 ml/sec; 10. Obavezna mogućnost Dual Flow; 11. Integrirani grijači za kontrastna sredstva;	1,00 kom

- | | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">12. Grafički prikaz pritiska na monitoru u stvarnom vremenu;13. Rad na strujno napajanje 220VAC/110VAC, 50 ili 60Hz;14. Mogućnost podešavanja granice pritiska u minimalnom rasponu 50 do 350 psi;15. Mogućnost prepoznavanja šprica sa automatskim izbacivanjem vazduha nakon prepoznavanja šprica;16. Mogućnost podešavanja vremena korištenja šprica ili broja ponavljanih ubrizgavanja;17. Lako mobilan na točkićima, ukupne mase do 22 kg18. Kompatibilnost sa skenerom Canon Aquilion Lighting. | |
|--|---|--|