

ZU Kliničko-bolnički centar Kotor
Broj:28-02-~~253~~/1
Kotor,08.07.2024.godine

Na osnovu zahtjeva zainteresovanog lica za izmjenu zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku laboratorijske centrifuge, broj 28-02-251 od 05.07.2024.godine, dostavljen dana 05.07.2024.godine u 13:33 h (generisan kroz mejl nakon radnog vremena), shodno članu 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (Sl.list CG broj:016/23 od 10.02.2023.godine, 20/23 od 22.02.2023.godine 36/23 od 29.03.2023.godine) ,ZU Kliničko –bolnički centar Kotor , u svojstvu naručioca ,objavljuje:

POJAŠNJENJE ZAHTJEVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA BROJ 28-02-251

Zainteresovano lice je dostavilo zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije u otvorenom postupku javne nabavke 33-02-192 od 18.08.2023.godine (šifra 49596) navodeći slijedeće:

PITANJE:

Poštovani,

Za stavku 3. Laboratorijska centrifuga 3 za KBC Kotor, traženo je: Kapacitet sa min 8 mjesta sa standardnim adapterima, Molimo za razjašnjenje na koji kapacitet epruveta se tačno misli? I za koje procedure je neophodno da brzina rotora bude 200-16200 rpm?

ODGOVOR: Naručilac je po osnovu zahtjeva korisnika (Službe za laboratorijsku dijagnostiku) za potrebe nabavke laboratorijske centrifuge koji je izričito potencirao da broj obrtaja mora biti već od 11000 u minuti , iz razloga što isti omogućava razdvajanje malih lipoproteinskih molekula kod odmašćivanja seruma .
Shodno navedenom zahtjevu , predviđena je minimalna tehnička karakteristika u broju obrtaja u minuti koja odgovara tim zahtjevima uz određeno uvećanje zbog sigurnosti i povećanog kvaliteta pri eksploataciji.

Predsjednica Komisije za sprovođenje postupka
jednostavne nabavke
Ivanović Mirjana, dipl.ecc

