

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka laboratorijskih centrifuga

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

ZU KLINIČKO - BOLNIČKI CENTAR
KOTOR

PIB:

02032651

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2, a koji je propisan Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavih nabavki („Službeni list CG”, broj 61/20, 65/20, 71/20, 74/20, 102/20, 51/21).	ESPD

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Način plaćanja: Virmanski, na žiro račun dobavljača.	Način plaćanja
Privredni subjekat treba da: □ posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: □ Rješenje o upisu u registar prometa na veliko medicinskim sredstvima(dozvola za obavljanje djelatnosti), izdato od strane nadležnog organa □ Rješenje o upisu/obnovi upisa u registar ponuđenog medicinskog sredstva izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojem je istekao rok važenja), izdatu od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore. (U slučaju da ponuđač nije nosilac upisa ponuđenog medicinskog sredstva obavezan je da dostavi ovlašćenje od lica koje je izvršilo upis ponuđenog medicinskog sredstva.).Izuzetno, ako niko od ponuđača ne nudi medicinsko sredstvo koje je upisano u registar medicinskih sredstava kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, uzeće se u razmatranje i ponude ponuđača koji nude medicinsko sredstvo koje nije upisano u Registar, ukoliko je ponuđeno medicinsko sredstvo registrovano u zemljama Evropske Unije, SAD-a, Kanadi, Švajcarskoj, Norveškoj i zemljama bivše SFRJ, za koje moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju: CE znak u zavisnosti od klase; Sertifikat o sistemu kvaliteta ISO 13485; Dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača; Deklaraciju o konformitetu.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
ZU Kliničko-bolnički centar Kotor i organizaciona jedinica Meljine	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 60 dana od dana isporuke robe i ispostavljanja fakture	Rok plaćanja

Ponuđač je u obavezi da Finansijskom dijelu navede proizvođača, zaštićeni naziv proizvoda i kataloški broj ponuđene opreme	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi originalni katalog proizvođača za ponuđeni aparat sa jasno naznačenim tehničkim karakteristikama koje je naručilac utvrdio zahtjevom za dostavljanje ponuda. Ponuđač je dužan u priloženom katalogu zaokružiti ili markirati markerom svaku tehničku karakteristiku koja se zahtijeva, sa naznakom broja karakteristike iz tehničke specifikacije Naručioca. Ukoliko sve zahtijevane karakteristike nijesu sadržane u katalogu, ponuđač može dostaviti izjavu proizvođača, pečatiranu i potpisanu od strane ovlašćenog lica proizvođača, kojom se dokazuje da ponuđena oprema posjeduje zahtijevanu karakteristiku i na kojoj će precizno biti naveden broj stavke i njen puni naziv iz tehničke specifikacije Naručioca na koju se karakteristika odnosi. Katalog i izjava proizvođača mogu biti dostavljeni i na engleskom jeziku. Naručilac zadržava pravo da od ponuđača zahtijeva prevod i provjeru priloženih informacija.	Zahtjev za oznake
Garantni rok: Obezbijediti garanciju minimum 12 mjeseci, koja važi od dana potpisivanja zapisnika o uredno izvršenoj primopredaji	Garantni rok
Ponuđač je dužan dostaviti: Izjavu da će tokom instalacije i prilikom puštanja u rad, o svom trošku, kod korisnika izvršiti obuku za rad na isporučenom aparatu za medicinsko i tehničko osoblje korisnika.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan dostaviti: Izjavu da će za vrijeme trajanja garantnog roka, ukoliko serviser ne vrati aparat u funkcionalno stanje u roku od 30 dana od dana prijave kvara, o sopstvenom trošku, izvršiti zamjenu aparata novim, istih ili boljih karakteristika.	Drugi uslovi
Rok isporuke: maksimalno 45 dana od dana potpisivanja ugovora	Drugi uslovi
Rok važenja ponude: 60 dan od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2, a koji je propisan Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavih nabavki („Službeni list CG”, broj 61/20, 65/20, 71/20, 74/20, 102/20, 51/21).	ESPD
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Način plaćanja: Virmanski, na žiro račun dobavljača.	Način plaćanja
Privredni subjekat treba da: □ posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: □ Rješenje o upisu u registar prometa na veliko medicinskim sredstvima (dozvola za obavljanje djelatnosti), izdato od strane nadležnog organa □ Rješenje o upisu/obnovi upisa u registar ponuđenog medicinskog sredstva izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojem je istekao rok važenja), izdatu od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore. (U slučaju da ponuđač nije nosilac upisa ponuđenog medicinskog sredstva obavezan je da dostavi ovlašćenje od lica koje je izvršilo upis ponuđenog medicinskog sredstva. Ukoliko ponuđeno sredstvo ne pripada grupi medicinskih sredstava, ponuđač je dužan da dostavi rješenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore/Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore da se ponuđeni aparat ne smatra medicinskim sredstvom ili izjavu proizvođača da se isti ne smatra medicinskih sredstvom.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
ZU Kliničko-bolnički centar Kotor i organizaciona jedinica Meljine	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 60 dana od dana isporuke robe i ispostavljanja fakture	Rok plaćanja

Ponuđač je u obavezi da Finansijskom dijelu navede proizvođača, zaštićeni naziv proizvoda i kataloški broj ponuđene opreme	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi originalni katalog proizvođača za ponuđeni aparat sa jasno naznačenim tehničkim karakteristikama koje je naručilac utvrdio zahtjevom za dostavljanje ponuda. Ponuđač je dužan u priloženom katalogu zaokružiti ili markirati markerom svaku tehničku karakteristiku koja se zahtijeva, sa naznakom broja karakteristike iz tehničke specifikacije Naručioca. Ukoliko sve zahtijevane karakteristike nijesu sadržane u katalogu, ponuđač može dostaviti izjavu proizvođača, pečatiranu i potpisanu od strane ovlašćenog lica proizvođača, kojom se dokazuje da ponuđena oprema posjeduje zahtijevanu karakteristiku i na kojoj će precizno biti naveden broj stavke i njen puni naziv iz tehničke specifikacije Naručioca na koju se karakteristika odnosi. Katalog i izjava proizvođača mogu biti dostavljeni i na engleskom jeziku. Naručilac zadržava pravo da od ponuđača zahtijeva prevod i provjeru priloženih informacija.	Zahtjev za oznake
Garantni rok: Obezbijediti garanciju minimum 12 mjeseci, koja važi od dana potpisivanja zapisnika o uredno izvršenoj primopredaji	Garantni rok
Ponuđač je dužan dostaviti: Izjavu da će tokom instalacije i prilikom puštanja u rad, o svom trošku, kod korisnika izvršiti obuku za rad na isporučenom aparatu za medicinsko i tehničko osoblje korisnika.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan dostaviti: Izjavu da će za vrijeme trajanja garantnog roka, ukoliko serviser ne vrati aparat u funkcionalno stanje u roku od 30 dana od dana prijave kvara, o sopstvenom trošku, izvršiti zamjenu aparata novim, istih ili boljih karakteristika.	Drugi uslovi
Rok isporuke: maksimalno 45 dana od dana potpisivanja ugovora	Drugi uslovi
Rok važenja ponude: 60 dan od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
6300.00	1	Labaratorijska centrifuga1 za organizacionu jedinicu Meljine	1. 1. Laboratorijska centrifuga 2. Krstasti rotor kapaciteta 4 x 100ml Adapteri za epruvete 5 – 7 ml, 10 – 12 ml, dimenzije 12 x 75, 16x100 3. Maximalna brzina rotora 4400 rpm 4. Sistem bez četkica i bez održavanja 5. Sistem ograničenja brzine, bezbjedan za upotrebu 6. Set od 4 kivete za rotor sa odgovarajućim adapterima za kivete kapaciteta sa min 24 mjesta 7. Automatska identifikacija rotora 8. Nivo buke maksimum 62 Db 9. Mikroprocesorska kontrola zadanih parametara 10. Sistem za lagano ubrzanje i zaustavljanje rotora 11. Do 100 programa 12. LCD interfejs 13. Napajanje 230V/50 – 60Hz	1.00	kom
	2	Labaratorijska centrifuga 2 za organizacionu jedinicu Meljine	1. 1. Mini centrifuga 2. Brzina 1000-14500 rpm 3. Sistem bez četkica 4. Kompatabilne epruvete 1,5/2ml 5. Uključeni rotor sa minimum 12 mjesta 6. Uključeni adapteri za epruvete 0,2ml i 0,5ml 7. Detekcija debalansa rotora (automatsko zaustavljanje) 8. Napajanje 230V/50 – 60Hz	1.00	kom
	3	Laboratorijska centrifuga 3 za KBC Kotor	1. Laboratorijska centrifuga 2. Brzina rotora 200-16200 rpm 3. Kapacitet sa min 8 mjesta sa standardnim adapterima 4. Detekcija debalansa 5. Poklopac sa sigurnosnom bravom 6. Nivo buke max 62 Db 7. Mikroprocsorska kontrola zadanih parametara 8. Sistem za lagano ubrzanje i zaustavljanje rotora 9. LCD interfejs za pokazivanje zadatih parametara 10. Napajanje 230V/50-60Hz	1.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
6300.00	1	Labaratorijska centrifuga1 za organizacionu jedinicu Meljine	1. 1. Laboratorijska centrifuga 2. Krstasti rotor kapaciteta 4 x 100ml Adapteri za epruvete 5 – 7 ml, 10 – 12 ml, dimenzije 12 x 75, 16x100 3. Maximalna brzina rotora 4400 rpm 4. Sistem bez četkica i bez održavanja 5. Sistem ograničenja brzine, bezbjedan za upotrebu 6. Set od 4 kivete za rotor sa odgovarajućim adapterima za kivete kapaciteta sa min 24 mjesta 7. Automatska identifikacija rotora 8. Nivo buke maksimum 62 Db 9. Mikroprocesorska kontrola zadanih parametara 10. Sistem za lagano ubrzanje i zaustavljanje rotora 11. Do 100 programa 12. LCD interfejs 13. Napajanje 230V/50 – 60Hz	1.00	kom
	2	Labaratorijska centrifuga 2 za organizacionu jedinicu Meljine	1. 1. Mini centrifuga 2. Brzina 1000-14500 rpm 3. Sistem bez četkica 4. Kompatabilne epruvete 1,5/2ml 5. Uključeni rotor sa minimum 12 mjesta 6. Uključeni adapteri za epruvete 0,2ml i 0,5ml 7. Detekcija debalansa rotora (automatsko zaustavljanje) 8. Napajanje 230V/50 – 60Hz	1.00	kom

6300.00	3	Laboratorijska centrifuga 3 za KBC Kotor	1. Laboratorijska centrifuga 2. Brzina rotora 200-16200 rpm 3. Kapacitet sa min 8 mjesta sa standardnim adapterima 4. Detekcija debalansa 5. Poklopac sa sigurnosnom bravom 6. Nivo buke max 62 Db 7. Mikroprocsorska kontrola zadanih parametara 8. Sistem za lagano ubrzanje i zaustavljanje rotora 9. LCD interfejs za pokazivanje zadatih parametara 10. Napajanje 230V/50-60Hz	1.00	kom
---------	---	--	--	------	-----

Izveštaj generisan 08.07.2024 09:40