

ZU Kliničko-bolnički centar Kotor
Broj:28-02-254/1
Kotor,08.07.2024.godine

Na osnovu zahtjeva zainteresovanog lica za pojašnjenje zahtjeva za dostavljanje ponuds za nabavku *laboratorijske centrifuge*, broj 28-02-251 od 05.07.2024.godine, dostavljen dana 08.07.2024.godine u 12:00 h, ,shodno članu 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki(.Sl.list CG broj:016/23 od 10.02.2023.godine, ,20/23 od 22.02.2023.godine 36/23 od 29.03.2023.godine) ,ZU Kliničko –bolnički centar Kotor , u svojstvu naručioca ,objavljuje:

POJAŠNJENJE ZAHTEVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA BROJ 28-02-251

Zainteresovano lice je dostavilo zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije u otvorenom postupku javne nabavke 33-02-192 od 18.08.2023.godine(šifra 49596) navodeći slijedeće:

PITANJE:

Poštovani, Za stavku 3. Laboratorijska centrifuga 3 za KBC Kotor, traženo je: Kapacitet sa min 8 mjesta sa standardnim adapterima, na koju zapreminu epruvete se tačno misli? Hvala.

ODGOVOR:Naručilac je po osnovu zahtjeva korisnika(Službe za laboratorijsku dijagnostiku) koji koristi Dicinson vakutajnere zapremine od 2,7 kao i zapremine 5,0 , koji se standardno koriste za uzorkovanje i sprovođenje laboratorijskih analiza ,definisaio kapacitet od minimum 8 mjesta sa standardnim adapterima,

Predsjednica Komisije za sprovođenje postupka
jednostavne nabavke
Ivanović Mirjana, dipl.ecc

