



Br: 07-426/21-1311/4

17. 09. 2021.

Predmet: Pojašnjenje Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke br. 1/21 (07-426/21-1311/1) od 08. 09. 2021 godine za nabavku robe – oprema za laboratorije, po partijama

Dana 15. 09. 2021. godine, Zavodu za metrologiju je upućen Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke br. 1/21 (07-426/21-1311/1) od 08. 09. 2021 godine za nabavku robe – oprema za laboratorije, po partijama, putem ESJN-a, od strane potencijalnog ponuđača. Naime, Naručiocu je u vezi partije 4 – Oprema za Laboratoriju za pritisak, upućeno sljedeće **pitanje**:

„Poštovani,

U ponudi imamo ručne pneumatske pumpe u dva različita opsega:

1. od -0,9 bar do 40 bar;
2. od -0,95 bar do 35 bar.

Da li neka od navedenih pumpi zadovoljava Vaš zahtev?

Srdačan pozdrav“

U odnosu na prethodno navedeni zahtjev za pojašnjenjem tenderske dokumentacije, u skladu sa čl. 48 i 95 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“, br. 74/19), a na osnovu Rješenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke br. 07-426/21-1311, Komisija dostavlja sljedeće **pojašnjenje/odgovor**:

Tehničkom specifikacijom za partiju 4: Oprema za Laboratoriju za pritisak, za stavku 4.1 Ručna ispitna pumpa, pneumatska (1 komad), sa adapterom G ¼ muški na G ½ ženski, predviđen je opseg -0,95 bar do 40 bar, pa pumpe koje su navedene, odnosno dva opsega koja su navedena, nisu u skladu sa tehničkom specifikacijom.



Ispred Komisije za sprovođenje postupka
javne nabavke

Predsjednica Komisije
Dea Radević

Dea Radević