

PREGLED POSTUPKA #83373

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JZU DOM ZDRAVLJA KOLAŠIN
PIB	02015889
E-mail	dzkolasin@t-com.me
Telefon	020/865-140
Internet adresa	www.domzdravljakolasin.com
Fax	020/865-120
Adresa	Dunje Đokić bb
Grad	Kolašin
Poštanski broj	81210

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka medicinske opreme - ultrazvučni aparat sa dvije sonde
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Nataša Pejović
Kontakt	020865140
Datum objave	29.11.2024. 16:30
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	JZU DOM ZDRAVLJA KOLAŠIN Nabavka ultrazvučnog aparata sa dvije sonde 33100000 - Medicinska oprema 33124120 - Uređaji za ultrazvučnu dijagnostiku	24.600,00 EUR	5.166,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
1) U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište;	Obavezni uslovi
2) U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište;	Obavezni uslovi
3)U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je: upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;	Uslovi za obavljanje djelatnosti

4)U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlaštenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): Rješenje o upisu ponuđača u registar za promet na veliko medicinskim sredstvima izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore;	Uslovi za obavljanje djelatnosti
5) Izjava privrednog subjekta - Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2. Obrazac 2 Na osnovu člana 9 stav 10 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj ____) ____ (ponuđač)____ dostavlja I Z J A V U Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku broj:____od _____ za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke) procijenjene vrijednosti ____ EUR-a. U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa ličima navedenim u Zahjevu. Ovlašćeno lice (ime i prezime), (svojeručni potpis) M.P.	ESPD
6)Garancija za dobro izvršenje ugovora - Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o jednostavnoj nabavci dostavi naručiocu: garanciju za dobro izvršenje ugovora ako su potpisnici dužni da ga izvršavaju , za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača, sa rokom važnosti 30(trideset) dana dužem od ugovorenog roka za izvršenje ugovora.ukoliko Dobavljač ne preda naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora u skladu sa odredbama prethodnog stava, smatra se da je odustao od ponude i u ovom slučaju naručilac će aktivirati Garanciju.	Drugi uslovi
7)Ponuđač je dužan da dostavi ovlaštenje proizvođača da može njegovu robu ponuditi u predmetnom postupku javne nabavke. Ukoliko ovlaštenje proizvođača nije direktno, lice koje posredno daje ovlaštenje ponuđaču mora biti direktno ovlašćeno od strane proizvođača ponuđenih proizvoda, o čemu je ponuđač dužan da dostavi dokaz - ovlaštenje proizvođača ponuđenih proizvoda za posrednika za potrebe predmetnog postupka javne nabavke;	Drugi uslovi
8)Ponuđač je obavezan da prilikom pripremanja finansijskog dijela ponude navede zaštićeni naziv proizvoda, kataloški broj proizvoda i naziv proizvođača;	Drugi uslovi
9) Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

10) Rok izvršenja ugovora: Rok isporuke ne može biti duži od 60 dana od dana narudžbe. Ponuđač je dužan da navede rok isporuke. Ako Dobavljač kasni sa isporukom robe, obavezan je da nadoknadi štetu Naručiocu u visini od 1% ukupne vrijednosti neisporučene robe, za svaki dan zakašnjenja, a najviše do 5% ugovorene vrijednosti.	Rok izvršenja ugovora
11) Mjesto izvršenja ugovora: prostorije ZU Doma zdravlja Kolašin, ul. Dunje Đokić br.8 Kolašin. Naručilac se obavezuje da obezbijedi odgovarajući prostor za instaliranje aparata, odredi ovlašćeno lice za prijem instaliranog aparata i lice/a za prijavljivanje kvarova na aparatu.	Mjesto izvršenja ugovora
12) Ovlašćeni predstavnici Naručioca i Dobavljača će zapisnički konstatovati da instalirani aparat nakon puštanja u rad, potvrđuje sve ponuđene i zahtijevane tehničke i funkcionalne karakteristike.	Drugi uslovi
13) Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja
14) Rok plaćanja je 30 dana od dana od dana primopredaje, instaliranja i puštanja u rad i uredno ispostavljene fakture uz zapisnik o primopredaji.	Rok plaćanja
15) Uslovi plaćanja su: roba mora biti isporučena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom;	Uslovi plaćanja
16) Troškovi prevoza, primopredaje, instaliranja, obuke i puštanja u rad aparata su obaveza dobavljača – dostaviti u vidu izjave.	Drugi uslovi
17) Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda – katalog, brošuru, uputstvo za upotrebu, koji je izdat od proizvođača, i koji sadrži kataloški broj ponuđenog proizvoda i tehničke karakteristike u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke. Ukoliko u dokazu o tehničkim karakteristikama ne postoji neka tehnička karakteristika, ponuđač kao dokaz ispunjenosti takvih karakteristika dostavlja izjavu proizvođača o njihovoj ispunjenosti. U izjavi proizvođača te karakteristike moraju biti jasno i nedvosmisleno navedene i označene u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke. U slučaju da se u izjavi proizvođača navodi i ona karakteristika, koja je već sadržana u tehničkoj dokumentaciji proizvođača, kao prihvatljivi odgovor ponuđača će se uzeti opis te karakteristike kako stoji u tehničkoj dokumentaciji. Navedeno se dostavlja na engleskom jeziku, dok je obaveza ponuđača da navedeno prevede na crnogorskom ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.	Drugi uslovi

18) Ponuđač je dužan da dostavi: - Rješenje o upisu/obnovi upisa u registar ponuđenog medicinskog sredstva izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojem je istekao rok važenja), izdatu od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore. (U slučaju da ponuđač nije nosilac upisa ponuđenog medicinskog sredstva obavezan je da dostavi ovlašćenje od lica koje je izvršilo upis ponuđenog medicinskog sredstva.);	Drugi uslovi
19) Ponuđač je dužan dostaviti: Izjavu da će tokom instalacije i prilikom puštanja u rad, o svom trošku, kod korisnika izvršiti obuku za rad na isporučenom aparatu za osoblje korisnika u trajanju od 5 dana. Isporučilac je dužan da dostavi sertifikat aplikacionog specijaliste koji će izvršiti obuku osoblja za rad na predmetnom aparatu . Sertifikat dostaviti korisniku neposredno pred obuku	Drugi uslovi
20) Obaveza dobavljača je da prilikom isporuke dostavi uputstvo za rukovanje aparatom. Navedeno uputstvo se dostavlja na engleskom jeziku, a dobavljač će biti u obavezi da uputstvo dostavi ovjereno od strane sudskog tumača na crnogorskom jeziku ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.	Drugi uslovi
21) Proizvođač je dužan da obezbijedi servis na teritoriji Crne Gore, u garantnom roku kao i nakon isteka garantnog roka u periodu od 7 (sedam) godina od dana puštanja aparata u rad –dostaviti u vidu izjave.	Drugi uslovi
22) Ponuđač je dužan da dostavi izjavu proizvođača da će minimum 7 (sedam) godina od datuma prestanka proizvodnje biti dostupni rezervni djelovi i servisne usluge za ponuđene proizvode. Navedeno se dostavlja na engleskom jeziku, dok je obaveza ponuđača da navedenu izjavu dostavi ovjerenu od strane sudskog tumača na crnogorskom jeziku ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.	Drugi uslovi
23) Dobavljač se obavezuje da će blagovremeno vršiti sve redovne servise isporučenog aparata prema instrukcijama proizvođača, kao i da, po potrebi izvrši vanredne servise i opravke aparata na pisani zahtjev Naručioca, u roku ne dužem od 48 h od dostavljanja zahtjeva.Dostaviti u vidu izjave.	Drugi uslovi
24) Obaveza dobavljača je da se mora odazvati pozivu u roku od 24 sata i kvarotkloniti u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana, od dana dostavljanja zahtjeva Naručioca, o svom trošku izvrši zamjenu neispravnog aparata novim, ispravnim aparatom istih ili boljih tehničkih i funkcionalnih karakteristika.Dostaviti u vidu izjave.	Drugi uslovi
25) Otklanjanje kvara po prijavljenim reklamacijama izvršiće se u prisustvu predstavnika Naručioca i Dobavljača i o istom će se sačiniti zapisnik. Svi troškovi popravke aparata u garantnom roku padaju na teret Dobavljača. Dostaviti u vidu izjave.	Drugi uslovi

26)Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi sa rokom važenja garancije ponude 30 dana od dana otvaranja ponuda i 8 dana nakon isteka važenja ponude shodno članu 9, stav 9 i stav 12 i 13 Pravilnika o sprovođenju jednostavnih nabavki("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023, 114/23 od 19.12.2023, 049/24 od 29.05.2024). Garanciju ponude je potrebno dostaviti na arhivi Naručioca, Ulica Bracana Bracanovića, broj 1, Pobrežje. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, treba da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U slučaju iz stava 12, original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj zahtjeva za dostavljanje ponuda za koji se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
27)Izuzetno, ako niko od ponuđača čije su ponude ocijenjene kao ispravne ne nudi medicinsko sredstvo koje je upisano u registar medicinskih sredstava kod Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, uzeće se u razmatranje i ponude ponuđača koji nude medicinsko sredstvo koje nije upisano u Registar, ukoliko je ponuđeno medicinsko sredstvo registrovano u zemljama Evropske Unije, SAD-a, Kanadi, Švajcarskoj, Norveškoj i zemljama bivše SFRJ, za koje moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju: CE znak u zavisnosti od klase; Sertifikat o sistemu kvaliteta ISO 13485; Deklaracija o konformitetu; Dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača-deklaraciju o konformitetu .Napomena: Ukoliko ponuđeni proizvod koji je predmet nabavke nije medicinsko sredstvo, potrebno je da ponuđač kao potvrdu istog dostavi mišljenje od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore.	Drugi uslovi

Garantni rok: minimum 24 mjeseca. Ponuđač se obavezuje da će vršiti preventivno održavanje aparata dva puta godišnje u toku garantnog roka. Ponuđač se obavezuje da će se u toku garantnog roka, odazvati na poziv na dijagnostiku radi otklanjanja kvara u roku od 24 h od prijave kvara, i otkloniti kvar u najkraćem mogućem roku, a najduže u roku od 7 dana od prijave kvara, u kojem je obavezan i da obavi zamjenu djelova za koje se ustanovi da su neispravni. garancija uključuje isporuku i zamjenu svih neispravnih djelova. svi troškovi popravke aparata (rezervni djelovi i radni sati servisa) u garantnom roku pripadaju na teret Dobavljača. Za svaki dan nefunkcionisanja ugovorenog aparata u garantnom roku garancija se produžava. Ukoliko dobavljač, za vrijeme trajanja garantnog roka, ne vrati aparat u funkcionalno stanje u roku od 30(trideset) dana, računajući od dana prijave kvara, dužan je izvršiti zamjenu aparata sa novim koji mora biti isti ili boljih tehničkih karakteristika, o svom trošku.	Garantni rok
--	--------------

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
U okviru podkriterijuma kvalitet -parametar 1: READ ZOOM >50x Ukoliko aparat posjeduje navedenu funkcionalnu karakteristiku u postupku vrednovanja kvaliteta dobija 10 bodova. Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama sa jasno označenom svakom karakteristikom definisanom u podkriterijumu kvaliteta.
Podkriterijum kvalitet-parametar 2: Snimanje glasovnih komentara kao Voice comments ili odgovarajuće. Ukoliko aparat posjeduje navedenu funkcionalnu karakteristiku u postupku vrednovanja dobija 10 bodova. Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama sa jasno označenom svakom karakteristikom definisanom u podkriterijumu kvaliteta.
Rok isporuke:maksimalan rok isporuke 60 dana od dana zaključenja ugovora. (Rok isporuke se iskazuje u cijelim danima). Ponuđač dobija 20 bodova

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.600,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		1. Ultrazvučni sistem, stacionarni, na točkovima 2. Beamformer napredne arhitekture sa Quad Beamforming ili odgovarajućom tehnologijom 3. Broj sistemskih procesnih kanala min. 220 000 4. Sistemski dinamički opseg min. 265 dB 5. Maksimalni frejmrejt min.1700 fps, zavisno od sonde i moda rada 6. Maksimalna dubina skeniranja minimalno 30 cm, zavisno od sonde 7. Frekventni opseg aparata 2-18 MHz ili šire 8. Minimalno tri aktivna priključka za sonde ne računajući konektor za pensil sondu, mogućnost nadogradnje na četiri konektora 9. LED monitor min. 21" visoke rezolucije min. 1920 x 1080, sa mogućnošću rotacije i podešavanja nagiba (tilt) 10. Ekran osjetljiv na dodir (touch screen) min. 13", čiji raspored korisnik može konfigurisati 11. Mogućnost podešavanja operatorske tastature po visini 12. Integrirani SSD kapaciteta min. 500 GB 13. Minimum 8 TGC zona 14. LGC na ekranu osjetljivom na dodir 15. Maksimalni broj fokusnih tačaka min. 8, zavisno od sonde	

		i aplikacije 16. Tehnika za smanjenje šuma na slici u više nivoa (min. 8) 17. Tehnika prostornog komponovanja slike iz više različitih uglova sa minimum 9 uglova komponovanja 18. Funkcija koja kontinuirano optimizuje osvjetljenost, kontrast i uniformnost B-mod slike, a u PW dopler modu optimizuje parametre spektra: skalu brzine/PRF (na živoj slici), položaj bazne linije i inverziju 19. Funkcija koja dinamički optimizuje parametre CFM režima u realnom vremenu, omogućavajući optimalan i konzistentan kvalitet slike i mjerenja 20. Funkcija za konveksno prikazivanje slike na linearnim sondama kao Virtual Convex, Trapezoid ili odgovarajuća 21. Funkcija za kreiranja i prikazivanja statične 2D slike koja je šira od vidnog polja izabrane sonde kao Logiq View, Panoramic ili odgovarajuće 22. Write zoom visoke definicije (HD) 23. Harmonijski prikaz 24. Alat za upoređivanje slika prethodnih ultrazvučnih pregleda sa slikama trenutnog pregleda pri čemu sistem automatski ponovo učitava parametre skeniranja iz prethodnog pregleda i omogućava skeniranje slika koje su jedna pored druge radi njihovog poređenja 25. Potpuna alfanumerička tastatura sa zaštitnom folijom koja se može prati 26. Baza podataka o pacijentima 27. Sistem za provjeru ispravnosti sonde 28. Mogućnost brzog podizanja sistema za <25 sekundi 29. Sistem podržava sljedeće tipove sonde: 29.1 Konveksne 29.2 Linearne	
1	Ultrazvučni aparat sa dvije sonde		1,00 kom

29.3 Mikrokonveksne
29.4 Sektorske
29.5 Volume (4D)
30. Obavezni modovi rada:
30.1 B-Mod
30.2 M-Mod
30.3 Color M-Mod
30.4 PW Doppler sa HPRF
30.5 Color Flow Mod (CFM)
30.6 Power Doppler Imaging (PDI) i direkcioni PDI
31. Litijum-jonska baterija koja omogućava rad aparata min.
15 minuta bez mrežnog napajanja
32. Hardverske i softverske opcije kojima se sistem može
nadograditi:
32.1. Metoda prikaza krvotoka na cijeloj slici, a ne samo u
ograničenoj regiji od interesa u B režimu bez korišćenja
Doplerovog principa, koja se bazira na pojačavanju slabih
signala reflektovanih od krvotoka i potiskivanju signala
reflektovanih od tkiva i koja omogućava istovremeni prikaz
protoka velike i protoka male brzine. kao B-Flow, SieFlow ili
odgovarajuće
32.2. Automatsko mjerenje zapremine bešike kao Auto
Bladder, Auto Bladder Volume, Smart Bladder ili
odgovarajuće
32.3. Sektorska sonda: Frekventni opseg (frequency range): 2
– 4 MHz ili šire; Vidno polje sonde (FOV): min. 120°
33. Ulazno/izlazni priključci: HDMI izlaz rezolucije min. 1920 x
1080, VGA izlaz rezolucije min.1920 x 1080, CVBS izlaz, S-
Video izlaz, 4 x USB, Ethernet (RJ45)
35. Crno/bijeli termalni printer.

2	Sonde	Linearna sonda: Frekventni opseg (frequency range): 4-13 MHz ili šire; Vidno polje sonde (FOV): 40 mm (+/- 5 mm) Konveksna sonda: Frekventni opseg (frequency range): 2-5 MHz ili šire; Vidno polje sonde (FOV): min.55°	1,00 kom
---	-------	--	----------