

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka medicinske opreme - ultrazvučni aparat sa dvije sonde

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

JZU DOM ZDRAVLJA KOLAŠIN

PIB:

02015889

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
1) U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište;	Obavezni uslovi
2) U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište;	Obavezni uslovi
3)U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je: upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;	Uslovi za obavljanje djelatnosti
4)U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): Rješenje o upisu ponuđača u registar za promet na veliko medicinskim sredstvima izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore;	Uslovi za obavljanje djelatnosti

5) Izjava privrednog subjekta - Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2. Obrazac 2 Na osnovu člana 9 stav 10 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG”, broj ____) ____ (ponuđač) ____ dostavlja I Z J A V U Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku broj: ____ od ____ za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke) procijenjene vrijednosti ____ EUR-a. U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa ličima navedenim u Zahjevu. Ovlašćeno lice (ime i prezime), (svojeručni potpis) M.P.	ESPD
6) Garancija za dobro izvršenje ugovora - Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o jednostavnoj nabavci dostavi naručiocu: garanciju za dobro izvršenje ugovora ako su potpisnici dužni da ga izvršavaju , za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača, sa rokom važnosti 30(trideset) dana dužem od ugovorenog roka za izvršenje ugovora. ukoliko Dobavljač ne preda naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora u skladu sa odredbama prethodnog stava, smatra se da je odustao od ponude i u ovom slučaju naručilac će aktivirati Garanciju.	Drugi uslovi
7) Ponuđač je dužan da dostavi ovlašćenje proizvođača da može njegovu robu ponuditi u predmetnom postupku javne nabavke. Ukoliko ovlašćenje proizvođača nije direktno, lice koje posredno daje ovlašćenje ponuđaču mora biti direktno ovlašćeno od strane proizvođača ponuđenih proizvoda, o čemu je ponuđač dužan da dostavi dokaz - ovlašćenje proizvođača ponuđenih proizvoda za posrednika za potrebe predmetnog postupka javne nabavke;	Drugi uslovi
8) Ponuđač je obavezan da prilikom pripremanja finansijskog dijela ponude navede zaštićeni naziv proizvoda.	Drugi uslovi
9) Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

10) Rok izvršenja ugovora: Rok isporuke ne može biti duži od 60 dana od dana narudžbe. Ponuđač je dužan da navede rok isporuke. Ako Dobavljač kasni sa isporukom robe, obavezan je da nadoknadi štetu Naručiocu u visini od 1% ukupne vrijednosti neisporučene robe, za svaki dan zakašnjenja, a najviše do 5% ugovorene vrijednosti.	Rok izvršenja ugovora
11) Mjesto izvršenja ugovora: prostorije ZU Doma zdravlja Kolašin, ul. Dunje Đokić br.8 Kolašin. Naručilac se obavezuje da obezbijedi odgovarajući prostor za instaliranje aparata, odredi ovlašteno lice za prijem instaliranog aparata i lice/a za prijavljivanje kvarova na aparatu.	Mjesto izvršenja ugovora
12) Ovlašćeni predstavnici Naručioca i Dobavljača će zapisnički konstatovati da instalirani aparat nakon puštanja u rad, potvrđuje sve ponuđene i zahtijevane tehničke i funkcionalne karakteristike.	Drugi uslovi
13) Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja
14) Rok plaćanja je 30 dana od dana od dana primopredaje, instaliranja i puštanja u rad i uredno ispostavljene fakture uz zapisnik o primopredaji.	Rok plaćanja
15) Uslovi plaćanja su: roba mora biti isporučena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom;	Uslovi plaćanja
16) Troškovi prevoza, primopredaje, instaliranja, obuke i puštanja u rad aparata su obaveza dobavljača – dostaviti u vidu izjave.	Drugi uslovi
17) Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda – katalog, brošuru, uputstvo za upotrebu, koji je izdat od proizvođača, i koji sadrži kataloški broj ponuđenog proizvoda i tehničke karakteristike u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke. Ukoliko u dokazu o tehničkim karakteristikama ne postoji neka tehnička karakteristika, ponuđač kao dokaz ispunjenosti takvih karakteristika dostavlja izjavu proizvođača o njihovoj ispunjenosti. U izjavi proizvođača te karakteristike moraju biti jasno i nedvosmisleno navedene i označene u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke. U slučaju da se u izjavi proizvođača navodi i ona karakteristika, koja je već sadržana u tehničkoj dokumentaciji proizvođača, kao prihvatljivi odgovor ponuđača će se uzeti opis te karakteristike kako stoji u tehničkoj dokumentaciji.	Drugi uslovi

18) Ponuđač je dužan da dostavi: - Rješenje o upisu/obnovi upisa u registar ponuđenog medicinskog sredstva izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojem je istekao rok važenja), izdatu od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore. (U slučaju da ponuđač nije nosilac upisa ponuđenog medicinskog sredstva obavezan je da dostavi ovlašćenje od lica koje je izvršilo upis ponuđenog medicinskog sredstva.);	Drugi uslovi
19) Ponuđač je dužan dostaviti: Izjavu da će tokom instalacije i prilikom puštanja u rad, o svom trošku, kod korisnika izvršiti obuku za rad na isporučenom aparatu za osoblje korisnika u trajanju od 5 dana. Isporučilac je dužan da dostavi sertifikat aplikacionog specijaliste koji će izvršiti obuku osoblja za rad na predmetnom aparatu . Sertifikat dostaviti korisniku neposredno pred obuku	Drugi uslovi
20) Obaveza dobavljača je da prilikom isporuke dostavi uputstvo za rukovanje aparatom.	Drugi uslovi
21) Proizvođač je dužan da obezbijedi servis na teritoriji Crne Gore, u garantnom roku kao i nakon isteka garantnog roka u periodu od 7 (sedam) godina od dana puštanja aparata u rad –dostaviti u vidu izjave.	Drugi uslovi
22) Ponuđač je dužan da dostavi izjavu proizvođača da će minimum 7 (sedam) godina od datuma prestanka proizvodnje biti dostupni rezervni djelovi i servisne usluge za ponuđene proizvode.	Drugi uslovi
23) Dobavljač se obavezuje da će blagovremeno vršiti sve redovne servise isporučenog aparata prema instrukcijama proizvođača, kao i da, po potrebi izvrši vanredne servise i opravke aparata na pisani zahtjev Naručioca, u roku ne dužem od 48 h od dostavljanja zahtjeva.Dostaviti u vidu izjave.	Drugi uslovi
24) Obaveza dobavljača je da se mora odazvati pozivu u roku od 24 sata i kvarotkloniti u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana, od dana dostavljanja zahtjeva Naručioca, o svom trošku izvrši zamjenu neispravnog aparata novim, ispravnim aparatom istih ili boljih tehničkih i funkcionalnih karakteristika.Dostaviti u vidu izjave.	Drugi uslovi

25) Otklanjanje kvara po prijavljenim reklamacijama izvršiće se u prisustvu predstavnika Naručioca i Dobavljača i o istom će se sačiniti zapisnik. Svi troškovi popravke aparata u garantnom roku padaju na teret Dobavljača. Dostaviti u vidu izjave.	Drugi uslovi
26)Ponudač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi sa rokom važenja garancije ponude 30 dana od dana otvaranja ponuda i 8 dana nakon isteka važenja ponude shodno članu 9, stav 9 i stav 12 i 13 Pravilnika o sprovođenju jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023, 114/23 od 19.12.2023, 049/24 od 29.05.2024). Garanciju ponude je potrebno dostaviti na arhivi Naručioca, Ulica Dunje Djokic br 8 Kolasin. Ako ponudač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, treba da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U slučaju iz stava 12, original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj zahtjeva za dostavljanje ponuda za koji se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude

27)Izuzetno, ako niko od ponuđača čije su ponude ocijenjene kao ispravne ne nudi medicinsko sredstvo koje je upisano u registar medicinskih sredstava kod Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, uzeće se u razmatranje i ponude ponuđača koji nude medicinsko sredstvo koje nije upisano u Registar, ukoliko je ponuđeno medicinsko sredstvo registrovano u zemljama Evropske Unije, SAD-a, Kanadi, Švajcarskoj, Norveškoj i zemljama bivše SFRJ, za koje moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju: CE znak u zavisnosti od klase; Sertifikat o sistemu kvaliteta ISO 13485; Deklaracija o konformitetu; Dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača-deklaraciju o konformitetu .Napomena: Ukoliko ponuđeni proizvod koji je predmet nabavke nije medicinsko sredstvo, potrebno je da ponuđač kao potvrdu istog dostavi mišljenje od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore.	Drugi uslovi
Garantni rok: minimum 24 mjeseca.Ponuđač se obavezuje da će vršiti preventivno održavanje aparata dva puta godišnje u toku garantnog roka. Ponuđač se obavezuje da će se u toku garantnog roka, odazvati na poziv na dijagnostiku radi otklanjanja kvara u roku od 24 h od prijave kvara, i otkloniti kvar u najkraćem mogućem roku, a najduže u roku od 7 dana od prijave kvara, u kojem je obavezan i da obavi zamjenu djelova za koje se ustanovi da su neisptavni.garancija uključuje isporuku i zamjenu svih neispravnih djelova. svi troškovi popravke aparata (rezervni djelovi i radni sati servisa) u garantnom roku pripadaju na teret Dobavljača. Za svaki dan nefunkcionisanja ugovorenog aparata u garantnom roku garancija se produžava.Ukoliko dobavljač, za vrijeme trajanja garantnog roka, ne vrati aparat u funkcionalno stanje u roku od 30(trideset) dana, računajući od dana prijave kvara, dužan je izvršiti zamjenu aparata sa novim koji mora biti isti ili boljih tehničkih karakteristika, o svom trošku.	Garantni rok

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
1) U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište;	Obavezni uslovi
2) U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište;	Obavezni uslovi
3)U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je: upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;	Uslovi za obavljanje djelatnosti
4)U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): Rješenje o upisu ponuđača u registar za promet na veliko medicinskim sredstvima izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore;	Uslovi za obavljanje djelatnosti

5) Izjava privrednog subjekta - Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2. Obrazac 2 Na osnovu člana 9 stav 10 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG”, broj ____) ____ (ponuđač) ____ dostavlja I Z J A V U Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku broj: ____ od ____ za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke) procijenjene vrijednosti ____ EUR-a. U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa ličima navedenim u Zahjevu. Ovlašćeno lice (ime i prezime), (svojeručni potpis) M.P.	ESPD
6) Garancija za dobro izvršenje ugovora - Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o jednostavnoj nabavci dostavi naručiocu: garanciju za dobro izvršenje ugovora ako su potpisnici dužni da ga izvršavaju, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog roka za izvršenje ugovora. Ukoliko Dobavljač ne preda naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora u skladu sa odredbama prethodnog stava, smatra se da je odustao od ponude i u ovom slučaju naručilac će aktivirati Garanciju.	Drugi uslovi
7) Ponuđač je dužan da dostavi ovlašćenje proizvođača da može njegovu robu ponuditi u predmetnom postupku javne nabavke. Ukoliko ovlašćenje proizvođača nije direktno, lice koje posredno daje ovlašćenje ponuđaču mora biti direktno ovlašćeno od strane proizvođača ponuđenih proizvoda, o čemu je ponuđač dužan da dostavi dokaz - ovlašćenje proizvođača ponuđenih proizvoda za posrednika za potrebe predmetnog postupka javne nabavke;	Drugi uslovi
8) Ponuđač je obavezan da prilikom pripremanja finansijskog dijela ponude navede zaštićeni naziv proizvoda.	Drugi uslovi
9) Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

10) Rok izvršenja ugovora: Rok isporuke ne može biti duži od 60 dana od dana narudžbe. Ponuđač je dužan da navede rok isporuke. Ako Dobavljač kasni sa isporukom robe, obavezan je da nadoknadi štetu Naručiocu u visini od 1% ukupne vrijednosti neisporučene robe, za svaki dan zakašnjenja, a najviše do 5% ugovorene vrijednosti.	Rok izvršenja ugovora
11) Mjesto izvršenja ugovora: prostorije ZU Doma zdravlja Kolašin, ul. Dunje Đokić br.8 Kolašin. Naručilac se obavezuje da obezbijedi odgovarajući prostor za instaliranje aparata, odredi ovlašćeno lice za prijem instaliranog aparata i lice/a za prijavljivanje kvarova na aparatu.	Mjesto izvršenja ugovora
12) Ovlašćeni predstavnici Naručioca i Dobavljača će zapisnički konstatovati da instalirani aparat nakon puštanja u rad, potvrđuje sve ponuđene i zahtijevane tehničke i funkcionalne karakteristike.	Drugi uslovi
13) Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja
14) Rok plaćanja je 30 dana od dana od dana primopredaje, instaliranja i puštanja u rad i uredno ispostavljene fakture uz zapisnik o primopredaji.	Rok plaćanja
15) Uslovi plaćanja su: roba mora biti isporučena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom;	Uslovi plaćanja
16) Troškovi prevoza, primopredaje, instaliranja, obuke i puštanja u rad aparata su obaveza dobavljača – dostaviti u vidu izjave.	Drugi uslovi
17) Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda – katalog, brošuru, uputstvo za upotrebu, koji je izdat od proizvođača i tehničke karakteristike u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke. Ukoliko u dokazu o tehničkim karakteristikama ne postoji neka tehnička karakteristika, ponuđač kao dokaz ispunjenosti takvih karakteristika dostavlja izjavu proizvođača o njihovoj ispunjenosti. U izjavi proizvođača te karakteristike moraju biti jasno i nedvosmisleno navedene i označene u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke. U slučaju da se u izjavi proizvođača navodi i ona karakteristika, koja je već sadržana u tehničkoj dokumentaciji proizvođača, kao prihvatljivi odgovor ponuđača će se uzeti opis te karakteristike kako stoji u tehničkoj dokumentaciji.	Drugi uslovi

18) Ponuđač je dužan da dostavi: - Rješenje o upisu/obnovi upisa u registar ponuđenog medicinskog sredstva izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojem je istekao rok važenja), izdatu od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore. (U slučaju da ponuđač nije nosilac upisa ponuđenog medicinskog sredstva obavezan je da dostavi ovlašćenje od lica koje je izvršilo upis ponuđenog medicinskog sredstva.);	Drugi uslovi
19) Ponuđač je dužan dostaviti: Izjavu da će tokom instalacije i prilikom puštanja u rad, o svom trošku, kod korisnika izvršiti obuku za rad na isporučenom aparatu za osoblje korisnika u trajanju od 5 dana. Isporučilac je dužan da dostavi sertifikat aplikacionog specijaliste koji će izvršiti obuku osoblja za rad na predmetnom aparatu . Sertifikat dostaviti korisniku neposredno pred obuku	Drugi uslovi
20) Obaveza dobavljača je da prilikom isporuke dostavi uputstvo za rukovanje aparatom.	Drugi uslovi
21) Proizvođač je dužan da obezbijedi servis na teritoriji Crne Gore, u garantnom roku kao i nakon isteka garantnog roka u periodu od 7 (sedam) godina od dana puštanja aparata u rad –dostaviti u vidu izjave.	Drugi uslovi
22) Ponuđač je dužan da dostavi izjavu proizvođača da će minimum 7 (sedam) godina od datuma prestanka proizvodnje biti dostupni rezervni djelovi i servisne usluge za ponuđene proizvode.	Drugi uslovi
23) Dobavljač se obavezuje da će blagovremeno vršiti sve redovne servise isporučenog aparata prema instrukcijama proizvođača, kao i da, po potrebi izvrši vanredne servise i opravke aparata na pisani zahtjev Naručioca, u roku ne dužem od 48 h od dostavljanja zahtjeva.Dostaviti u vidu izjave.	Drugi uslovi

24) Obaveza dobavljača je da se mora odazvati pozivu u roku od 24 sata i kvar otkloniti u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana, od dana dostavljanja zahtjeva Naručioca. Ukoliko dobavljač za vrijeme trajanja garantnog roka , ne vrati aparat u funkcionalno stanje u roku od 30 (trideset) dana, računajući od dana prijave kvara, dužan je izvršiti zamjenu aparata novim koji mora biti isti ili boljih tehničkih karakteristika.Dostaviti u vidu izjave.	Drugi uslovi
25) Otklanjanje kvara po prijavljenim reklamacijama izvršiće se u prisustvu predstavnika Naručioca i Dobavljača i o istom će se sačiniti zapisnik. Svi troškovi popravke aparata u garantnom roku padaju na teret Dobavljača. Dostaviti u vidu izjave.	Drugi uslovi
26)Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi sa rokom važenja garancije ponude 30 dana od dana otvaranja ponuda i 8 dana nakon isteka važenja ponude shodno članu 9, stav 9 i stav 12 i 13 Pravilnika o sprovođenju jednostavnih nabavki("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023, 114/23 od 19.12.2023, 049/24 od 29.05.2024). Garanciju ponude je potrebno dostaviti na arhivi Naručioca, Ulica Dunje Djokic br 8 Kolasin. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, treba da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U slučaju iz stava 12, original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj zahtjeva za dostavljanje ponuda za koji se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude

27)Izuzetno, ako niko od ponuđača čije su ponude ocijenjene kao ispravne ne nudi medicinsko sredstvo koje je upisano u registar medicinskih sredstava kod Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, uzeće se u razmatranje i ponude ponuđača koji nude medicinsko sredstvo koje nije upisano u Registar, ukoliko je ponuđeno medicinsko sredstvo registrovano u zemljama Evropske Unije, SAD-a, Kanadi, Švajcarskoj, Norveškoj i zemljama bivše SFRJ, za koje moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju: CE znak u zavisnosti od klase; Sertifikat o sistemu kvaliteta ISO 13485; Deklaracija o konformitetu; Dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača-deklaraciju o konformitetu .Napomena: Ukoliko ponuđeni proizvod koji je predmet nabavke nije medicinsko sredstvo, potrebno je da ponuđač kao potvrdu istog dostavi mišljenje od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore.	Drugi uslovi
Garantni rok: minimum 24 mjeseca.Ponuđač se obavezuje da će vršiti preventivno održavanje aparata dva puta godišnje u toku garantnog roka. Ponuđač se obavezuje da će se u toku garantnog roka, odazvati na poziv na dijagnostiku radi otklanjanja kvara u roku od 24 h od prijave kvara, i otkloniti kvar u najkraćem mogućem roku, a najduže u roku od 7 dana od prijave kvara, u kojem je obavezan i da obavi zamjenu djelova za koje se ustanovi da su neisptavni.garancija uključuje isporuku i zamjenu svih neispravnih djelova. svi troškovi popravke aparata (rezervni djelovi i radni sati servisa) u garantnom roku pripadaju na teret Dobavljača. Za svaki dan nefunkcionisanja ugovorenog aparata u garantnom roku garancija se produžava.Ukoliko dobavljač, za vrijeme trajanja garantnog roka, ne vrati aparat u funkcionalno stanje u roku od 30(trideset) dana, računajući od dana prijave kvara, dužan je izvršiti zamjenu aparata sa novim koji mora biti isti ili boljih tehničkih karakteristika, o svom trošku.	Garantni rok

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
U okviru podkriterijuma kvalitet -parametar 1: READ ZOOM >50x Ukoliko aparat posjeduje navedenu funkcionalnu karakteristiku u postupku vrednovanja kvaliteta dobija 10 bodova. Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama sa jasno označenom svakom karakteristikom definisanom u podkriterijumu kvaliteta.	Dokaz	Relativno
Podkriterijum kvalitet-parametar 2: Snimanje glasovnih komentara kao Voice comments ili odgovarajuće. Ukoliko aparat posjeduje navedenu funkcionalnu karakteristiku u postupku vrednovanja dobija 10 bodova. Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama sa jasno označenom svakom karakteristikom definisanom u podkriterijumu kvaliteta.	Dokaz	Relativno
Rok isporuke:maksimalan rok isporuke 60 dana od dana zaključenja ugovora. (Rok isporuke se iskazuje u cijelim danima). Ponuđač dobija 20 bodova	Dokaz	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
U okviru podkriterijuma kvalitet -parametar 1: READ ZOOM > 50x Ukoliko aparat posjeduje navedenu funkcionalnu karakteristiku u postupku vrednovanja kvaliteta dobija 10 bodova. Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama sa jasno označenom svakom karakteristikom definisanom u podkriterijumu kvaliteta.	Dokaz	Relativno
Podkriterijum kvalitet-parametar 2: Snimanje glasovnih komentara kao Voice comments ili odgovarajuće. Ukoliko aparat posjeduje navedenu funkcionalnu karakteristiku u postupku vrednovanja dobija 10 bodova. Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama sa jasno označenom svakom karakteristikom definisanom u podkriterijumu kvaliteta.	Dokaz	Relativno
Rok isporuke:maksimalan rok isporuke 60 dana od dana zaključenja ugovora. (Rok isporuke se iskazuje u cijelim danima). Ponuđač dobija 20 bodova	Dokaz	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
24600.00	1	Ultrazvučni aparat sa dvije sonde	1. Ultrazvučni sistem, stacionarni, na točkovima 2. Beamformer napredne arhitekture sa Quad Beamforming ili odgovarajućom tehnologijom 3. Broj sistemskih procesnih kanala min. 220 000 4. Sistemski dinamički opseg min. 265 dB 5. Maksimalni frejmrejt min.1700 fps, zavisno od sonde i moda rada 6. Maksimalna dubina skeniranja minimalno 30 cm, zavisno od sonde 7. Frekventni opseg aparata 2-18 MHz ili	1.00	kom

šire

8. Minimalno tri aktivna priključka za sonde
ne računajući konektor za pensil sondu,
mogućnost nadogradnje na četiri konektora

9. LED monitor min. 21" visoke rezolucije
min. 1920 x 1080, sa mogućnošću rotacije i
podešavanja nagiba (tilt)

10. Ekran osjetljiv na dodir (touch screen)
min. 13", čiji raspored korisnik može
konfigurirati

11. Mogućnost podešavanja operatorske
tastature po visini

12. Integrirani SSD kapaciteta min. 500 GB

13. Minimum 8 TGC zona

14. LGC na ekranu osjetljivom na dodir

15. Maksimalni broj fokusnih tačaka min. 8,
zavisno od sonde i aplikacije

16. Tehnika za smanjenje šuma na slici u
više nivoa (min. 8)

17. Tehnika prostornog komponovanja slike
iz više različitih uglova sa minimum 9 uglova
komponovanja

18. Funkcija koja kontinuirano optimizuje
osvjetljenost, kontrast i uniformnost B-mod
slike, a u PW dopler modu optimizuje

parametre spektra: skalu brzine/PRF (na
živoj slici), položaj bazne linije i inverziju

19. Funkcija koja dinamički optimizuje
parametre CFM režima u realnom vremenu,
omogućavajući optimalan i konzistentan
kvalitet slike i mjerenja

20. Funkcija za konveksno prikazivanje slike
na linearnim sondama kao Virtual Convex,
Trapezoid ili odgovarajuća

21. Funkcija za kreiranja i prikazivanja
statične 2D slike koja je šira od vidnog polja
izabrane sonde kao Logiq View, Panoramic
ili odgovarajuće

22. Write zoom visoke definicije (HD)

23. Harmonijski prikaz

24. Alat za upoređivanje slika prethodnih
ultrazvučnih pregleda sa slikama trenutnog
pregleda pri čemu sistem automatski ponovo
učitava parametre skeniranja iz prethodnog
pregleda i omogućava skeniranje slika koje
su jedna pored druge radi njihovog

poređenja

25. Potpuna alfanumerička tastatura sa
zaštitnom folijom koja se može prati

26. Baza podataka o pacijentima

27. Sistem za provjeru ispravnosti sondi

28. Mogućnost brzog podizanja sistema za
<25 sekundi

			29. Sistem podržava sljedeće tipove sonde: 29.1 Konveksne 29.2 Linearne 29.3 Mikrokonveksne 29.4 Sektorske 29.5 Volume (4D) 30. Obavezni modovi rada: 30.1 B-Mod 30.2 M-Mod 30.3 Color M-Mod 30.4 PW Doppler sa HPRF 30.5 Color Flow Mod (CFM) 30.6 Power Doppler Imaging (PDI) i direkcionu PDI 31. Litijum-jonska baterija koja omogućava rad aparata min. 15 minuta bez mrežnog napajanja 32. Hardverske i softverske opcije kojima se sistem može nadograditi: 32.1. Metoda prikaza krvotoka na cijeloj slici, a ne samo u ograničenoj regiji od interesa u B režimu bez korišćenja Doplerovog principa, koja se bazira na pojačavanju slabih signala reflektovanih od krvotoka i potiskivanju signala reflektovanih od tkiva i koja omogućava istovremeni prikaz protoka velike i protoka male brzine. kao B-Flow, SieFlow ili odgovarajuće 32.2. Automatsko mjerenje zapremine bešike kao Auto Bladder, Auto Bladder Volume, Smart Bladder ili odgovarajuće 32.3. Sektorska sonda: Frekventni opseg (frequency range): 2 – 4 MHz ili šire; Vidno polje sonde (FOV): min. 120° 33. Ulazno/izlazni priključci: HDMI izlaz rezolucije min. 1920 x 1080, VGA izlaz rezolucije min.1920 x 1080, CVBS izlaz, S- Video izlaz, 4 x USB, Ethernet (RJ45) 35. Crno/bijeli termalni printer. 36.Sonde: Linearna sonda: Frekventni opseg (frequency range): 4-13 MHz ili šire; Vidno polje sonde (FOV): 40 mm (+/- 5 mm) Konveksna sonda: Frekventni opseg (frequency range): 2-5 MHz ili šire; Vidno polje sonde (FOV): min.55°	
--	--	--	--	--

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
24600.00	1	Ultrazvučni aparat sa dvije sonde	1. Ultrazvučni sistem, stacionarni, na točkovima 2. Beamformer napredne arhitekture sa Quad Beamforming ili odgovarajućom tehnologijom 3. Broj sistemskih procesnih kanala min. 220 000 4. Sistemski dinamički opseg min. 265 dB 5. Maksimalni frejmrejt min.1700 fps, zavisno od sonde i moda rada 6. Maksimalna dubina skeniranja minimalno 30 cm, zavisno od sonde 7. Frekventni opseg aparata 2-18 MHz ili šire 8. Minimalno tri aktivna priključka za sonde ne računajući konektor za pensil sondu, mogućnost nadogradnje na četiri konektora 9. LED monitor min. 21" visoke rezolucije min. 1920 x 1080, sa mogućnošću rotacije i podešavanja nagiba (tilt) 10. Ekran osjetljiv na dodir (touch screen) min. 13", čiji raspored korisnik može konfigurisati 11. Mogućnost podešavanja operatorske tastature po visini 12. Integrirani SSD kapaciteta min. 500 GB 13. Minimum 8 TGC zona 14. LGC na ekranu osjetljivom na dodir 15. Maksimalni broj fokusnih tačaka min. 8, zavisno od sonde i aplikacije 16. Tehnika za smanjenje šuma na slici u više nivoa (min. 8) 17. Tehnika prostornog komponovanja slike iz više različitih uglova sa minimum 9 uglova komponovanja 18. Funkcija koja kontinuirano optimizuje osvjetljenost, kontrast i uniformnost B-mod slike, a u PW dopler modu optimizuje parametre spektra: skalu brzine/PRF (na živoj slici), položaj bazne linije i inverziju 19. Funkcija koja dinamički optimizuje parametre CFM režima u realnom vremenu, omogućavajući optimalan i konzistentan kvalitet slike i mjerenja 20. Funkcija za konveksno prikazivanje slike na linearnim sondama kao Virtual Convex, Trapezoid ili odgovarajuća 21. Funkcija za kreiranja i prikazivanja statične 2D slike koja je šira od vidnog polja	1.00	kom

izabrane sonde kao Logiq View, Panoramic ili odgovarajuće

22. Write zoom visoke definicije (HD)

23. Harmonijski prikaz

24. Alat za upoređivanje slika prethodnih ultrazvučnih pregleda sa slikama trenutnog pregleda pri čemu sistem automatski ponovo učitava parametre skeniranja iz prethodnog pregleda i omogućava skeniranje slika koje su jedna pored druge radi njihovog poređenja

25. Potpuna alfanumerička tastatura sa zaštitnom folijom koja se može prati

26. Baza podataka o pacijentima

27. Sistem za provjeru ispravnosti sondi

28. Mogućnost brzog podizanja sistema za <25 sekundi

29. Sistem podržava sljedeće tipove sondi:

29.1 Konveksne

29.2 Linearne

29.3 Mikrokonveksne

29.4 Sektorske

29.5 Volume (4D)

30. Obavezni modovi rada:

30.1 B-Mod

30.2 M-Mod

30.3 Color M-Mod

30.4 PW Doppler sa HPRF

30.5 Color Flow Mod (CFM)

30.6 Power Doppler Imaging (PDI) i direkcioni PDI

31. Litijum-jonska baterija koja omogućava rad aparata min. 15 minuta bez mrežnog napajanja

32. Hardverske i softverske opcije kojima se sistem može nadograditi:

32.1. Metoda prikaza krvotoka na cijeloj slici, a ne samo u ograničenoj regiji od interesa u B režimu bez korišćenja Doplerovog principa, koja se bazira na pojačavanju slabih signala reflektovanih od krvotoka i potiskivanju signala reflektovanih od tkiva i koja omogućava istovremeni prikaz protoka velike i protoka male brzine. kao B-Flow, SieFlow ili odgovarajuće

32.2. Automatsko mjerenje zapremine bešike kao Auto Bladder, Auto Bladder Volume, Smart Bladder ili odgovarajuće

32.3. Sektorska sonda: Frekventni opseg (frequency range): 2 – 4 MHz ili šire; Vidno polje sonde (FOV): min. 120°

33. Ulazno/izlazni priključci: HDMI izlaz rezolucije min. 1920 x 1080, VGA izlaz

			rezolucije min.1920 x 1080, CVBS izlaz, S-Video izlaz, 4 x USB, Ethernet (RJ45) 35. Crno/bijeli termalni printer. 36.Sonde: Linearna sonda: Frekventni opseg (frequency range): 4-13 MHz ili šire; Vidno polje sonde (FOV): 40 mm (+/- 5 mm) Konveksna sonda: Frekventni opseg (frequency range): 2-5 MHz ili šire; Vidno polje sonde (FOV): min.55°		
--	--	--	--	--	--