

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Sanitetsko auto

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

JZU DOM ZDRAVLJA PLJEVLJA

PIB:

02023695

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; * U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. * uvjerenja ili potvrde: 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku može da učestvuje ponuđač koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje ,što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza ,odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Rok izvršenja ugovora je max 60 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja 20 dana od isporučene robe i uredno dostavljene fakture	Rok plaćanja
Način plaćanja virmaski	Način plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora je JZU Dom zdravlja Pljevlja	Mjesto izvršenja ugovora
Izjava privrednog subjekta	ESPD

Rok važenja ponude: 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Garancija ponude: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i pet dana nakon isteka važenja ponude.	Garancija ponude
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Izabrani ponuđač je dužan da prilikom isporuke, preda Komisiji Naručioca dokaz kojim se potvrđuju tehničke karakteristike ponuđenih vozila i garantni list sa uslovima garancije. Komisija Naručioca će prilikom prijema, izvršiti kontrolu dokumentacije u odnosu na tehničke karakteristike ponuđene robe.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da daje: -garancija na motor minimum 2 godine. - garanciju na boju minimum 2 godine i garancija na karoseriju od korozije minimum 2 godine	Garancija ponude
Prilikom isporuke vozila izabrani ponuđač je dužan dostaviti dokaz od ovlaštene(imenovane) ustanove od nadležnog državnog organa da nadogradnja karoserije ispunjava uslove standarda EN 1789 . Na dan otvaranja ponuđači su dužni da dostave izjavu potpisanu i pečatiranu da će ovaj uslov ispuniti.	Drugi uslovi

Uslovi za primopredaju: Izabrani ponuđač se obavezuje da robe isporuči u svemu prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i izabrane Ponude koja će biti sastavni dio Ugovora o javnoj nabavci. Izabrani ponuđač je dužan da isporuči novu i neupotrebljavanu robu, bez stvarnih i pravnih nedostataka. Isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan (količinski) i funkcionalni prijem roba i prateće dokumentacije, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Izabrani ponuđač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Izabrani ponuđač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Izabranog ponuđača, kako bi zapisnički konstatovali uzrok i obim uočenih propusta.	Drugi uslovi
--	---------------------

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ċ) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; * U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. * uvjerenja ili potvrde: 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku može da učestvuje ponuđač koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje ,što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza ,odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Rok izvršenja ugovora je max 60 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja 20 dana od isporučene robe i uredno dostavljene fakture	Rok plaćanja
Način plaćanja virmaski	Način plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora je JZU Dom zdravlja Pljevlja	Mjesto izvršenja ugovora
Izjava privrednog subjekta	ESPD

Rok važenja ponude: 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Garancija ponude: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i pet dana nakon isteka važenja ponude.	Garancija ponude
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Izabrani ponuđač je dužan da prilikom isporuke, preda Komisiji Naručioca dokaz kojim se potvrđuju tehničke karakteristike ponuđenih vozila i garantni list sa uslovima garancije. Komisija Naručioca će prilikom prijema, izvršiti kontrolu dokumentacije u odnosu na tehničke karakteristike ponuđene robe.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da daje: -garancija na motor minimum 2 godine. - garanciju na boju minimum 2 godine i garancija na karoseriju od korozije minimum 2 godine	Garancija ponude
Prilikom isporuke vozila izabrani ponuđač je dužan dostaviti dokaz od ovlaštene(imenovane) ustanove od nadležnog državnog organa da nadogradnja karoserije ispunjava uslove standarda EN 1789 . Na dan otvaranja ponuđači su dužni da dostave izjavu potpisanu i pečatiranu da će ovaj uslov ispuniti.	Drugi uslovi

Uslovi za primopredaju: Izabrani ponuđač se obavezuje da robe isporuči u svemu prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i izabrane Ponude koja će biti sastavni dio Ugovora o javnoj nabavci. Izabrani ponuđač je dužan da isporuči novu i neupotrebljavanu robu, bez stvarnih i pravnih nedostataka. Isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan (količinski) i funkcionalni prijem roba i prateće dokumentacije, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Izabrani ponuđač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Izabrani ponuđač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Izabranog ponuđača, kako bi zapisnički konstatovali uzrok i obim uočenih propusta.	Drugi uslovi
--	---------------------

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Podkriterijum kvalitet (K) vrednovaće se bodovanjem na osnovu parametra – rok isporuke i to na sljedeći način: Ispravnoj ponudi sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke dodjeljuje se maksimalni broj bodova - 20, dok se bodovi za ostale ponude obračunavaju u odnosu na najkraći ponuđeni rok isporuke po formuli: $K = (K_p / K_{max}) \times 20$ - K_p – ponuđeni rok isporuke - K_{max} – najkraći ponuđeni rok isporuke U okviru podkriterijuma kvalitet vrednovaće se rok isporuke , koji ne može biti kraći od 60 dana isporuke sanitetskog auta , a koji se iskazuje na način što se ponuđeni rok isporuke podijeli sa najkraće ponuđenim rokom isporuke i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 20 bodova po formuli: Broj bodova = K (ponuđeni rok isporuke) / K (najkraće ponuđeni rok isporuke) * 20 Ponuđeni rok isporuke iskazati u danima	Dokaz	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Podkriterijum kvalitet (K) vrednovaće se bodovanjem na osnovu parametra – rok isporuke i to na sljedeći način: Ispravnoj ponudi sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke dodjeljuje se maksimalni broj bodova - 20, dok se bodovi za ostale ponude obračunavaju u odnosu na najkraći ponuđeni rok isporuke po formuli: $K = (K_p / K_{max}) \times 20 - K_p$ – ponuđeni rok isporuke - K_{max} – najkraći ponuđeni rok isporuke U okviru podkriterijuma kvalitet vrednovaće se rok isporuke , koji ne može biti kraći od 60 dana isporuke sanitetskog auta , a koji se iskazuje na način što se ponuđeni rok isporuke podijeli sa najkraće ponuđenim rokom isporuke i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 20 bodova po formuli: $\text{Broj bodova} = K (\text{ponuđeni rok isporuke}) / K (\text{najkraće ponuđeni rok isporuke}) \times 20$ Ponuđeni rok isporuke iskazati u danima	Dokaz	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
41000.00	1	Sanitetsko auto	Godina proizvodnje vozila: 2023 ili 2024. godina(novo vozilo); Broj mjesta za sjedenje u kabini uključujući i mjesto vozača: 3 (1+2); Broj mjesta za sjedenje u prostoru (karoseriji) za pacijente: 3; Pogonski motor treba da bude jedan od sledećih tipova: - električni motor, - hibridni (elektro motor u kombinaciji sa motorom sa unutrašnjim sagorijevanjem koji treba da zadovolji minimalno standard Euro 6); - motor na dizel ili benzin minimalnog standarda Euro 6; Snaga motora od minimum: 100 kW; Tip karoserije: zatvorena – SC (bolničko vozilo); Broj i položaj vrata: (2+1+2) prednja bočna vrata sa lijeve i desne strane vozila + zadnja desna bočna klizna vrata vozila + dvokrilna vrata na zadnjoj strani vozila; Sva vrata	1.00	kom

moraju imati svijetli otvor (staklo); Automatizovani mjenjač (bez pedale-papučice za kvačilo) ili manuelni; Dužina vozila minimalno: 5.400 mm; Širina vozila minimalno: 1.900 mm; Visina vozila minimalno: 2.400 mm; Dužina korisnog prostora u karoseriji za prevoz pacijenta/nata minimalno: 2.900 mm; Visina korisnog prostora u karoseriji za prevoz pacijenta/nata minimalno: 1.800 mm; Širina korisnog prostora u karoseriji za prevoz pacijenta/nata minimalno: 1.400 mm; Konfiguracija pogona: 4x2; Boja karoserije: bijela; ESP- elektronski sistem stabilnosti; ABS – sistem protiv blokiranja točkova pri kočenju; Upravljač servo, elektrohidraulični, na lijevoj strani; Prednji vazdušni jastuci za vozača i suvozača; Radio uređaj u kabini; Naslon za ruku između prednjih sjedišta za vozača; Klima uređaj u kabini za vozača i punike, sa klimatizacijom u prostoru za pacijente (bolničkom prostoru) koja se uključuje na komandnoj tabli u prostoru za pacijente; Sva sjedišta sa naslonom za glavu i sigurnosnim pojasom; Sjedište za vozača podesivo po visini, uzdužnoj osi i nagibu naslona; Daljinsko centralno zaključavanje kabine; Spoljna ogledala sa električnim grijačima i električnim podešavanjem stakala; Električni podizači bočnih prednjih stakala; Dnevna svjetla; Svjetla za maglu; Rezervni točak od istog proizvođača i istih tehničkih karakteristika kao i točkovi na vozilu; Prednja kamera; Zadnji parking senzori; Oprema prostora za pacijente: Kompletно oblozen poliesterskim oplatama sa kombinacijom ABS plastika sa lajsnama , Otpornost na sva sredstva za pranje i dezinfekciju , Termozvučna izolacija , Klizna bočna i zadnja vrata su presvučena poliesterskim oplatama sa izolacijom. , Stakla na vratima bolesničkog prostora (klizno bočno i dva zadnja) imaju ogledalo folije , Vozački i bolesnički prostor je pregradjen siber pregradnim staklom za govornu komunikaciju , Pod izgrađen od tvrde podloge presvučen visokokvalitetnim podom otpornim na hemikalije za pranje i ispuhom za oticanje vode , Plafon vozila ima rukohvat cijelom dužinom , Ciljana svjetla iznad pacijenta , U plafonjeri na krovu ugrađen dvosmjerni ventilator sa komandom tablom u bolesničkom prostoru. ,

U plafonu cijelom dužinom vozila ugrađena led rasvjeta , Iznad ulaznih vrata ugrađena svijetla sa tajmerom koji se aktivira otvaranjem vrata , Svijetla se uključuju nezavisno sa komandne table u bolesničkom prostoru , Bolesnički prostor ima nezavisno grijanje koje se uključuje na komandnoj tabli u bolesničkom prostoru , Kiseonički pult na lijevoj strani bolesničkog prostora i sastoji se od: - Noseće konstrukcije sa fiksatorom za dvije kiseoničke boce - Kiseonička boca zapremine 10l (2 komada) - Protokomjer 0-15 l/min - Regulator protoka 150/5 bara - Ovlaživač - Maska - Kiseonička utičnica , Na lijevoj strani bolesničkog prostora ugrađen ormar cijelom visinom prilagođen za ugradnju sledeće opreme: - Defibrilator - Aspirator - Respirator - Udlage - Ljekarske torbe - Sitni sanitetski materijal , Na ormaru ugrađene 4 utičnice za napajanje 12V (napajanje za EKG aparat, monitoring ili defibrilator). Svaki priključak, pored glavnog osigurača ima i posebni osigurač na komandnoj tabli koji je lako dostupan. Na ormaru ugrađena 2 funkcionalne utičnice za napajanje uređaja naizmeničnom strujom i naponom 220V i minimalne izlazne snage 1000 W , Broj sjedišta u bolesničkom prostoru ima 3 kom, raspoređena: - Sa desne strane nosila pored glave pacijenta sklopivo rotirajuće sa mogućnošću okretanja prema pacijentu i u pravcu vožnje sa pojasevima - Iznad glave pacijenta okrenuto suprotno od pravca kretanja vozila - Sa desne strane nosila okrenuto ka pacijentu - Sva sjedišta imaju sigurnosne pojaseve da Kardiološka stolica (sklopiva) - Sa dvije ručice na izvlačenje naprijed - Držač za nošenje nazad - Dva točka za voženje , Automatsko nosilo iz dva dijela sljedećih karakteristika: - Sklopiva kolica na točkovima koja uz pomoć samo jednog rukovaoca omogućuju lak transport i unosenje i iznošenje pacijenta iz vozila - Lako nosilo se skida i samostalno nosi - Na kolicima je ugrađen veliki profil točkova, komande za sklopive noge nosila sa svojim mehanizmom, a između gornjeg lakog nosila i kolica je prostor za fiksaciju nosila politraume, - Nosilo izrađeno od legure aluminijuma se sastoji od sklopivih kolica koja uz pomoć samo jednog rukovaoca

omogućuju lak transport i iznosenje pacijenta iz vozila. Nosilo ima mogućnost postavljanja u tredelenburg i fowler položaj. Na kolicima ugrađen veliki profil točkova za lakši transport, komande za sklopive noge nosila sa svojim mehanizmom i 4 rucice za nosenje. Na postolju anatomski dusek sa pojasevima za vezivanje pacijenta. Dušek izrađen od plastificiranog vodootpornog materijala koji je lak za održavanje i pranje. Hidraulična platforma za ublažavanje vibracija u vožnji Vozilo ima zvučno–svjetlosnu signalizaciju: • LED konzolu cijelom širinom vozila, • U konzoli ugrađena elektronska horna sa zavijajućim tonom min. 12V min. 100w, 300mA/7,8A i spikerfon, • Dva blinkajuća svjetla na braniku vozila sa komandom u kabini, , Natpis AMBULANCE (sa prednje, zadnje i na bočnim stranama vozila, i reflektirajuća traka oko vozila crvene boje. Na vratima vozača i suvozača ime JZU. , Rukohvat na ulaznim vratima , Mjesto za kačenje spinalne daske , PP aparat . OPIS MEDICINSKE OPREME ZA VOZILO: Aspirator: Pogodan za rad na terenu. Napajanje: 240V - 110 50/60Hz. Trajanje baterije: min 100 min. Vrijeme punjenja baterije do 90 min. Vrijeme rada: 60 min dok je uključen. Maksimalni protok aspiracije - Direktan 40 Lt/min. Maksimalna aspiracija: - 0,80 Bar IP: 33 standard Šum maksimum dBA: 61,2 Min. Maks. Veličina Dužina Širina Visina: 45x15x30 cm, Težina: do 3,2 kg. Kabl za punjenje vozila: 12v (pin 2,1mm / Ø 5,5mm EKG APARAT 12-kanalni portabilni Strujno-baterijski, portabilni EKG aparat sa ugrađenom punjivom baterijom kapaciteta od minimalno 4 časa kontinuiranog monitoringa. Aparat mora da posjeduje LCD „multi touch screen“ kolor ekran minimalne dijagonale 8“, minimalne rezolucije 1024 x 768 piksela. LCD ekran mora da omogućiti istovremeni prikaz minimum 12 kanala EKG signala u realnom vremenu, aktivne filtere, izvor napajanja aparata, status kontakta elektroda, aktuelnu srčanu frekvencu, datum i vreme, ID i ime pacijenta. Aparat mora da posjeduje mogućnost kontinuiranog snimanja 12-kanalnog EKG-a u minimalnom trajanju od 3 minuta. Aparat mora da posjeduje snimanje EKG-a sa konfiguracijama odvoda minimum:

standardni 12-kanalni, pedijatrijski, desni prekidijalni, levi posteriorni, standard C4r i Nehb. Aparat mora da poseduje integrisani, min.6-kanalni termo štampač, i da za štampu izveštaja aparat koristi Z termo papir, minimalne širine 110mm. Brzine štampe min:12,5-25-50 mm/s. Aparat mora da posjeduje memoriju za minimalno 300 snimljenih EKG-a. Sampling rate, minimum 30000Hz. Frekventni opseg veći od 200 HzAparat mora standardno da poseduje integrisane minimalno sledeće interfejs: 1 x LAN/Ethernet, 2 x USB, WLAN. Aparat mora da poseduje mogućnost eksporta snimljenih podataka u PDF format. Maksimalna težina aparata 1,2 kg. Uz aparat jepotrebno isporučiti se standardni pripadajući pribor za rad kao I torbu. Transportni defibrillator Bifazni, sinhrono/asinhroni defibrilator sa integrisanom AED funkcijom, 2. Maksimalna energija defibrilacije 200J u koracima od : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-30-50-70-90-120-150-170-200 J., 3. Integrisano strujno/baterijsko napajanje defibrilatora, 4. Kapacitet baterije defibrilatora 250 šokova maksimalnom energijom ili 8 h EKG monitoringa., 5. Defibrilator poseduje pedale za defibrilaciju sa integrisanim LED indikatorima za proveru otpornosti pacijenta, tasterima za odabir energije, tasterima za punjenje i isporuku šoka i tasterom za štampu i registrovanje događaja, 6. Pedale za defibrilaciju poseduju opciju skidanja velike defibrilacione ploče za reanimaciju odraslih, čime se oslobađa površina pedijatrijske pedale za defibrilaciju dece i automatski aktivira pedijatrijski mod, 7. Defibrilator poseduje integrisan ekran u boji, osetljiv na dodir, dijagonale minimum 7“ zaštićen zasticen kaljenim staklom, 8. Defibrilatora poseduje mogućnost izbora više različitih konfiguracija ekrana , 9. Defibrilator poseduje mogućnost rada ekrana u kolor i crno-belom režimu „visokog kontrasta“ za rad pod direktnom sunčevom svetlošću., 10. U monitoring modu na displeju omogućen prikaz min. 6-kanalnog EKG signala sa detekcijom otkačenih elektroda., 11. Aparat poseduje integrisani 3 -kanalni termo printer, sa štampom grafičkih i numeričkih izveštaja na termo papiru širine 80 mm, 12 .Štampa izveštaja manuelno na zahtev korisnika i automatski nakon

			izvršenog elektro šoka. , 13. Aparat poseduje „screenshot“ funkciju u svim režimima rada, 14. Aparat poseduje integrisanu funkciju automatske eksterne defibrilacije sa tekstualnim i grafičkim instrukcijama operateru., 15. Aparat poseduje integrisani WiFi modul za transfer snimljenih podataka i komunikaciju sa informacionim sistemima, 16.Aparat poseduje mogućnost automatskog samotestiranja ispravnosti sa automatskom štampom izveštaja, 17. Aparat poseduje i mogućnost automatskog slanja izveštaja o izvršenom samotestiranju ispravnosti preko integrisanog WiFi modula., 18. Aparat sa zadnje strane poseduje integrisanu kuku za kačenje defibrilatora na krevet prilikom transporta pacijenta, 19. Integrisana memorija defibrilatora 24 sata sa snimanjem Defi podataka, EKG-a, Krivuljom impedanse, registrovanih događaja, podacima o izvršenoj KPR podršci, podacima o pacijentu, vitalnim znacima i "screenshots" podacima., 20 .Težina aparata bez pedala za defibrilaciju max. 5 kg, 21. Defibrilator se isporučuje sa sledećim standardnim priborom za rad: - 1x Pedale za defibrilaciju - 1x Gel za defibrilaciju - 1x Samolepljive elektrode za defibrilaciju odraslih - 1x 4-žilni EKG pacijent kabl - 1x Strujni kabl - 1x Termalni papir - 1x Korisničko uputstvo na srpskom jeziku -1 x transportna torba za aparat	
--	--	--	---	--

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
41000.00	1	Sanitetsko auto	Tehnička specifikacija vozila: Tip vozila: Specijalno Ambulantno vozilo L2H2; Snaga i zapremina motora : min 110KW-150KS / 1800 – 2100 cm3; Pogonsko gorivo: Dizel; Emisiona klasa – EURO 6; Mjenjač: Manuelni 6 stepeni prenosa; Pogon: prednji; Boja vozila – bijela; Broj sjedišta u prostoru za vozača 1+2; Broj sjedišta u prostoru za	1.00	kom

pacijente min 3 + kardio stolica; D/Š/V tovarnog prostora prije nadgradnje max 5500/2000/2500; Zadnje vješanje vozila sa spiralama kako bi se dobilo mekše ogibljenje zbog udobnosti pacijenata; Rok isporuke maksimum 60 dana; Godište vozila minimum 2024; Paket opreme vozila: Vazdušni jastuk za vozača i suvozača; ABS – sistem; ESP sistem; Servo upravljač podesiv po visini i dubini; Centralno zaključavanje sa daljinskim upravljačem; Rezervni točak, dizalica i ključ za točkove; Elektro podizači prednjih stakala; Zadnja dupla zastakljena vrata; Bočna zastakljena vrata; Klima uređaj; Prednja i zadnja svjetla za maglu; Regulator i limitator brzine; Retrovizori elektro podesivi – grijani; Pregrada za prednja sjedišta; Naslon za ruku za vozača; Prerada vozila u sanitetsko:

Unutrašnji enterijer bolesničkog prostora kompletno obložen poliesterskim oplatama sa kombinacijom ABS plastike sa plavim dekorativnim lajsnama, oplate su prilagođene radijusima vozila. - poliesterski odlivci sa poliuretanskom ispunom su otporni na sva sredstva za pranje i dezinfekciju na hemijskoj ili biološkoj bazi – kisjelootporni. - oplate sa termozvučnom izolacijom obezbjeđuje K faktor prenosa toplote $K < 70 \text{ W/m}^2 \text{ C}$. Nivo toplotno zvučne izolacije obezbjeđuje prijatan boravak i značajno umanjuje gubitak energije za zagrijavanje ili rashlađivanje prostora. - oplate su prilagođene prema dodatnoj opremi koja se funkcionalno ugrađuje za svaki tip aparata. - poliesterski odlivci su izrađeni sa samogasivim materijalom i imaju brzinu sagorijevanja 10mm/min. AU110 su prilagođene radijusima vozila i ne umanjuju koristan prostor. -E120 strana vozila je namjenjena stolicama za pratioce, oplate iza naslona su izrađene od poliestera ispod kojih su čelična ojačanja za fiksaciju sedišta. - Na lijevoj strani vozila se ugrađuje orman cijelom visinom prilagođen dodatnoj opremi tipa: defibrillator, aspirator, respirator, udlage, torbe i sitan sanitetski material. Orman je preko čeličnih ojačanja koja služe za sigurnu fiksaciju svih dodatnih uređaja koji se fiksiraju na njemu. - Pregrada vozačkog i bolesničkog prostora sa šiber pregradnim staklom za govornu komunikaciju. Sa bolesničke strane glatki

poliester sa izvučenim džepovima za sanitetski material i usadnim ljekarskim sjedištem. Sa strane vozačkog prostora autotapacir u dezenu enterijera vozačkog prostora. - Plafon vozila je jednodjelna oplata sa poliesterskom plafonskom konzolom postavljenoj na čeličnoj konstrukciji. Sadrži rukohvat cijelom dužinom, ciljana svjetla iznad pacijenta , ventilaciju i infuzioni boks za dvije infuzione boce usađene u konstrukciju plafonjere. - Pod vozila je izrađen na ojačanoj tvrdoj podlozi presvučen visokokvalitetnim podom bočno uokvirenim holkerom i ispustom za oticanje vode prilikom pranja. Pod vozila je antistatic sa protivkliznim slojem kisjelootporan i antibakterijski. - Klizna bočna i zadnja vrata su presvučena poliesterskim oplatama sa izolacijom na staklima su ogledalo folije koje pružaju jednosmernu vidljivost. - Cio enterijer bolesničkog prostora se izrađuje tako da svi spojevi budu zaliveni i djeluju kao jedinstvena kompaktna cjelina. Dizajn enterijera je bijele boje sa plavim aplikacijama i sve oplate su sa termo zvučnom izolacijom što sprječava kondenzaciju između Instalacija vodova 12V je posebno izvedena sa akumulatora nezavisno od standardne instalacije vozila, sva instalacija je provedena kroz fiksirana pancir crijeva. Svaki priključak i potrošač pored glavnog osigurača je obezbijeđen posebnim osiguračem lako dostupnim na komandnoj tabli. Na ormanu su ugrađene utičnice za napajanje 12V – 3 kom, (napajanje za EKG, monitoring ili defibrilator.) Dvosmerni ventilator usađen u plafonjeri na krovu, pokriven poliesterkim kućištem omogućuje uduvavanje i izduvavanje vazduha kroz mikro filter u bolesnički prostor sa 30 promjena vazduha na sat. Ventilacija se uključuje sa komandne table u bolesničkom prostoru. Grijanje je izvedeno ispod visokog ormana sa lijeve strane, time je funkcionalno iskorišćen prazan prostor čime se ne umanjuje ostala upotrebna površina. Grijanje bolesničkog prostora je sa radijatorskim grijačem vezanim na centralni sistem grijanja vozila i ventilator sa dvobrzinskim izduvavanjem što omogućuje brzo zagrijavanje pri postizanju radne temperature motora i sporije izduvavanje za održavanje željene

			temperature u bolesničkom prostoru, stepen izduvavanja vazduha je do 80 C što ne isušuje vazduh. Grijач je od cca 2kw/h sa dvobrzinskim ventilatorom od 200m kubnih/h. Grljanje se uključuje sa komandne table u bolesničkom prostoru. U poliesterskoj plafonjeri su usađena ciljana nezavisna svijetla u zoni iznad nosila što omogućuje ciljano osvjetljenje kompletnog tijela pacijenta. Cijelom širinom vozila da je ugrađena neonska rasvjeta. Iznad ulaznih vrata da su ugrađena svijetla sa tajmerom koja se aktiviraju prilikom otvaranja. Sva svijetla se uključuju nezavisno sa komandne table u bolesničkom prostoru. Kiseonočki pult se nalazi na lijevoj strani bolesničkog prostora i sastoji se od: - Noseće konstrukcije sa fiksatorom kiseoničke boce. - , protokomjer 0-15 L/min, regulator protoka 150/5 bara, ovlaživač, maska. Tra sjedista u bolesničkom prostoru + kardio stolica. Led signalizacija sa dvije svjetlosne grupe. Obilježavanje vozila se vrši reflektujućim folijama sa grafičkim simbolima i ispisivanjem korisnika na vratima. Stakla na bolesničkom prostoru su zatamnjena ogledalo folijom sa jednostranom vidljivošću. Kanta za otpad, rukohvati na ulaznim vratima, PP aparat.	
--	--	--	---	--