

JZU Dom zdravlja Pljevlja

Broj:01-2865

Pljevlja, 26.12.2024.godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19 i 3/23), ovlašćeno lice dr Branka Stanković JZU Dom zdravlja Pljevlja u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za nabavku Nabavka sanitetskog auta broj OP 03/24 od 05.12.2024.godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, obrazovane Rješenjem broj 01-2326 od 11.12.2024.g u sastavu Predsjednik Biljana Šestović, Miloš Kovačević član, Rajkica Kljajević član donosi :

**ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za nabavku Nabavka sanitetskog auta sa medicinskom oremom broj OP 03/24 od 05.12.2024.godine:

- 1) Ponuda ponuđača ALLIANCE DOO PODGORICA -je najpovoljnija jedna jedina

OBRAZLOŽENJE**PODACI O KOMISIJI ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE**

Broj i datum rješenja o obrazovanju komisije	01-2326 od 11.10.2024.
Sastav komisije	Biljana Šestović , predsjednik Miloš Kovačević, član Rajkica Kljajević, član

PODACI O POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Naziv naručioca	JZU Dom zdravlja Pljevlja
Opis predmeta nabavke	Sanitetsko kombi vozilo
Šifra postupka	83753
Vrsta predmeta	Roba
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Predmet javne nabavke se nabavlja (kao cjelina/po partijama)	Kao cjelina
Vrsta faze	Poziv za nadmetanje

Redni broj faze	1
Procijenjena vrijednost nabavke	41000,00€
CPV Šifra	34100000 – Putnički automobil

PODACI O OTVORENIM PONUDAMA

Naziv ponuđača	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
ALLIANCE DOO PG	118219	18.12.2024.u 12,46h	41000,00€

UZ PONUDU DOSTAVLJENO¹:

ALLIANCE DOO	Izjava privrednog subjekta	Da
	Garancija ponude	Da
	Dokazi za vrednovanje ponude	Da
	Ugovor o zajedničkom nastupanju	Ne
	Dokazi o kvalitetu predmeta nabavke i dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta	Da

GARANCIJA PONUDE

Naziv ponudjača	Naziv izdavaoca garancije i Broj i datum izdavanja garancije	Podaci o garanciji		Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
ALLIANCE DOO	Hipotekarna banka br.105-1-4507/2 od 16.12.2024.	Način dostavljanja garancije	Putem pošte	Da
		Iznos garancije ponude	820,00€	Da

¹ Navesti u skladu sa traženim tenderkom dokumentacijom

		Datum važenja garancije	24.02.2025.	Da
--	--	-------------------------	-------------	----

IZJAVA PRIVREDNOG SUBJEKTA

Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta je pravilno sačinjena (Da/Ne)	Izjava privrednog subjekta sadrži sve tražene informacije i podatke (Da/Ne)
ALLIANCE DOO	DA	DA

Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta sadrži osnov za isključenje iz člana 108 i 110 ZJN (Da/Ne)	Ako je odgovor da obrazložiti
ALLIANCE DOO	NE	

OCJENA PONUDE U ODNOSU NA TEHNIČKU SPECIFIKACIJU:

1. ALLIANCE DOO, PODGORICA

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije Tehnička specifikacija vozila: Tip vozila: Specijalno Ambulantno vozilo L2H2; Snaga i zapremina motora : min 110KW-150KS / 1800 – 2100 cm3; Pogonsko gorivo: Dizel; Emisiona klasa – EURO 6; Mjenjač: Manuelni 6 stepeni prenosa; Pogon: prednji; Boja vozila – bijela; Broj sjedišta u prostoru za vozača 1+2; Broj sjedišta u prostoru za pacijente min 3 + kardio stolica; D/Š/V tovarnog prostora prije nadgradnje max 5500/2000/2500; Zadnje vješanje vozila sa spiralama kako bi se dobilo mekše ogibljenje zbog udobnosti pacijenata; Rok isporuke maksimum 60 dana; Godište vozila minimum 2024; Paket opreme vozila: Vazdušni jastuk za vozača i suvozača; ABS – sistem; ESP sistem; Servo upravljač podesiv po visini i dubini; Centralno zaključavanje sa daljinskim upravljačem; Rezervni točak, dizalica i ključ za točkove; Elektro podizači prednjih stakala; Zadnja dupla zastakljena vrata; Bočna zastakljena vrata; Klima uređaj; Prednja i zadnja svjetla za maglu; Regulator i limitator brzine; Retrovizori elektro podesivi – grijani; Pregrada za prednja sjedišta; Naslon za ruku za vozača; Prerada vozila u sanitetsko: Unutrašnji enterijer bolesničkog prostora kompletno obložen poliesterskim oplatama sa	Dostavljena ponuda je u potpunosti u skladu sa zahtjevima traženim specifikacijom

kombinacijom ABS plastike sa plavim dekorativnim lajsnama, oplate su prilagođene radiusima vozila. - poliesterski odlivci sa poliuretanskom ispunom su otporni na sva sredstva za pranje i dezinfekciju na hemijskoj ili biološkoj bazi – kisjelootporni. - oplate sa termozvučnom izolacijom obezbjeđuje K faktor prenosa toplote $K < 70 \text{ W/m}^2 \text{ C}$. Nivo toplotno zvučne izolacije obezbjeđuje prijatan boravak i značajno umanjuje gubitak energije za zagrijavanje ili rashlađivanje prostora. - oplate su prilagođene prema dodatnoj opremi koja se funkcionalno ugrađuje za svaki tip aparata. - poliesterski odlivci su izrađeni sa samogasivim materijalom i imaju brzinu sagorijevanja 10mm/min. AU110 su prilagođene radiusima vozila i ne umanjuju koristan prostor. -E120 strana vozila je namijenjena stolicama za pratioce, oplate iza naslona su izrađene od poliestera ispod kojih su čelična ojačanja za fiksaciju sedišta. - Na lijevoj strani vozila se ugrađuje orman cijelom visinom prilagođen dodatnoj opremi tipa: defibrillator, aspirator, respirator, udlage, torbe i sitan sanitetski material. Orman je preko čeličnih ojačanja koja služe za sigurnu fiksaciju svih dodatnih uređaja koji se fiksiraju na njemu. - Pregrada vozačkog i bolesničkog prostora sa šiber pregradnim staklom za govornu komunikaciju. Sa bolesničke strane glatki poliester sa izvučenim džepovima za sanitetski material i usadnim ljekarskim sjedištem. Sa strane vozačkog prostora autotapacir u dezenu enterijera vozačkog prostora. - Plafon vozila je jednodjelna oplata sa poliesterskom plafonskom konzolom postavljenoj na čeličnoj konstrukciji. Sadrži rukohvat cijelom dužinom, ciljana svjetla iznad pacijenta, ventilaciju i infuzioni boks za dvije infuzione boce usađene u konstrukciju plafonjere. - Pod vozila je izrađen na ojačanoj tvrdoj podlozi presvučen visokokvalitetnim podom bočno uokvirenim holkerom i ispuštom za oticanje vode prilikom pranja. Pod vozila je antistatic sa protivkliznim slojem kisjelootporan i antibakterijski. - Klizna bočna i zadnja vrata su presvučena poliesterskim oplatama sa izolacijom na staklima su ogledalo folije koje pružaju jednosmernu vidljivost. - Cio enterijer bolesničkog prostora se izrađuje tako da svi spojevi budu zaliveni i djeluju kao jedinstvena kompaktna cjelina. Dizajn enterijera je bijele boje sa plavim aplikacijama i sve oplate su sa termo zvučnom izolacijom što sprječava kondenzaciju između Instalacija vodova 12V je posebno izvedena sa akumulatora nezavisno od standardne instalacije vozila, sva instalacija je provedena kroz fiksirana pancir crijeva. Svaki priključak i potrošač pored glavnog osigurača je obezbijeđen posebnim osiguračem lako dostupnim na komandnoj tabli. Na ormanu su ugrađene utičnice za napajanje 12V – 3 kom, (napajanje za EKG, monitoring ili defibrilator.) Dvosmerni ventilator usađen u plafonjeri na krovu, pokriven poliesterkim kućištem omogućuje uduvavanje i izduvavanje vazduha kroz mikro filter u bolesnički prostor sa 30 promjena vazduha na sat. Ventilacija se uključuje sa komandne table u bolesničkom prostoru. Grijanje je izvedeno ispod visokog ormana sa lijeve strane, time je funkcionalno iskorišćen prazan prostor čime se ne umanjuje ostala upotrebna površina. Grijanje bolesničkog prostora je sa radijatorskim grijačem vezanim na centralni sistem grijanja vozila i ventilator sa dvobrzinskim izduvavanjem što omogućuje brzo zagrijavanje pri postizanju radne temperature motora i sporije izduvavanje za održavanje željene temperature u bolesničkom

prostoru, stepen izduvavanja vazduha je do 80 C što ne isušuje vazduh. Grijač je od cca 2kw/h sa dvobrzinskim ventilatorom od 200m kubnih/h. Grljanje se uključuje sa komandne table u bolesničkom prostoru. U poliesterskoj plafonjeri su usađena ciljana nezavisna svjetla u zoni iznad nosila što omogućuje ciljano osvjetljenje kompletnog tijela pacijenta. Cijelom širinom vozila da je ugrađena neonska rasvjeta. Iznad ulaznih vrata da su ugrađena svjetla sa tajmerom koja se aktiviraju prilikom otvaranja. Sva svjetla se uključuju nezavisno sa komandne table u bolesničkom prostoru. Kiseonočki pult se nalazi na lijevoj strani bolesničkog prostora i sastoji se od: - Noseće konstrukcije sa fiksatorom kiseoničke boce. - , protokomjer 0-15 L/min, regulator protoka 150/5 bara, ovlaživač, maska. Tra sjedista u bolesničkom prostoru + kardio stolica. Led signalizacija sa dvije svjetlosne grupe. Obilježavanje vozila se vrši reflektujućim folijama sa grafičkim simbolima i ispisivanjem korisnika na vratima. Stakla na bolesničkom prostoru su zatamnjena ogledalo folijom sa jednostranom vidljivošću. Kanta za otpad, rukohvati na ulaznim vratima, PP aparat.

PONUĐAČI SU PONUDILI SLJEDEĆE CIJENE:

r.b.	Ponudjač (naziv i sjedište)	Ponuđena cijena
1.	ALLIANCE DOO, PODGORICA	41000,00€

U POSTUPKU PREGLEDA, OCJENE I VREDNOVANJA PONUDA, UTVRĐENO JE DA SU SLJEDEĆE PONUDE NEISPRAVNE:

1. Nema neispravnih ponuda

U POSTUPKU PREGLEDA, OCJENE I VREDNOVANJA PONUDA, UTVRĐENO JE DA SU SLJEDEĆE PONUDE ISPRAVNE:

1. ALLIANCA DOO, PODGORICA

ISPRAVNE PONUDE SU VREDNOVANE I RANGIRANE PRIMJENOM KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

Primijenjena metodologija načina vrednovanja ponuda:

Koristiće se proporcionalna (relativna) metoda na sljedeći način:

Podkriterijum cijena će se vrednovati na sljedeći način:

Kao osnov za vrednovanje ponuda uzimaju se ponuđene cijene ispravnih ponuda. Podkriterijum cijena iskazuje na način što se najniža ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 90 bodova, po formuli:

$$\text{Broj bodova} = C (\text{Najniža ponuđena cijena}) / C (\text{ponuđena cijena}) * 90$$

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

Podkriterijum kvalitet (K) vrednovaće se bodovanjem na osnovu parametra – rok isporuke i to na sljedeći način: Ispravnoj ponudi sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke dodjeljuje se maksimalni broj bodova - 20, dok se bodovi za ostale ponude obračunavaju u odnosu na najkraći ponuđeni rok isporuke po formuli: $K = (K_p / K_{max}) \times 20$ - K_p – ponuđeni rok isporuke - K_{max} – najkraći ponuđeni rok isporuke U okviru podkriterijuma kvalitet vrednovaće se rok isporuke , koji ne može biti kraći od 60 dana isporuke sanitetskog auta , a koji se iskazuje na način što se ponuđeni rok isporuke podijeli sa najkraće ponuđenim rokom isporuke i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 20 bodova po formuli: $\text{Broj bodova} = K (\text{ponuđeni rok isporuke}) / K (\text{najkraće ponuđeni rok isporuke}) * 20$ Ponuđeni rok isporuke iskazati u danima

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj metodologiji i sačinio o tome izvještaj, koji je prilog ovog zapisnika.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	CIJENA	ROK ISPORUKE	Ukupan broj bodova
1.	ALLIANCE DOO	80	20	100

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PRISTUPILA JE PROVJERI TAČNOSTI PODATAKA SADRŽANIH U IZJAVI PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJI JE PODNIO EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJU PONUDU

Dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom:

1. DOKAZ DA JE PONUĐAČ IZMIRIO OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE
2. DOKAZ DA SE PRAVNO LICE NE NALAZI U KAZNENOJ EVIDENCIJI
3. DOKAZ DA SE OVLAŠĆENO LICE PONUĐAČA NE NALAZI U KAZNENOJ EVIDENCIJI

Dokazi o provjeri podatka u Izjavi privrednog subjekta ponuđača ALLIANCE DOO
PODGORICA

1. Uvjerenje Uprave prihoda I carina br.06/01-13497/2-24 od 12.12.2024.godine – zaključno sa 10/24 su izmirene obaveze za poreze I doprinose na lična primanja , zaključno sa 10/24 PDV, zaključno sa 2023.godinom je izmiren porez na dobit.
2. Uvjerenje Ministarstva pravde Br. 0704-2168/24 od 23.12.2024.godine da u kaznenoj evidenciji nema podataka o osuđivanosti lica
3. Uvjerenje Ministarstva pravde Br. 0704-21681/24 od 23.12.2024.godine da u kaznenoj evidenciji nema podataka o osuđivanosti pravnog lica

Za ponuđač ALLIANCE DOO PODGORICA
provjerom izjave privrednog subjekta utvrđeno je²:

Da je izjava ispravna i da je ponuda u svemu u skladu sa traženim zahtjevima

**KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE, NA OSNOVU
UTVRĐENOG, U POSTUPKU PREGLEDA, OCJENE I VREDNOVANJA PONUDA,
PREDLAŽE OVLAŠĆENOM LICU NARUČIOCA DA DONESE:**

☐ odluku o izboru najpovoljnije ponude

**(ako se predlaže donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude)
NAZIV PONUĐAČA ČIJA JE PONUDA OCIJENJENA NAJPOVOLJNIJOM, SA PODACIMA
O DIJELU PREDMETA JAVNE NABAVKE ILI DIJELU UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
KOJI SE USTUPA PODIZVOĐAČU³:**

Ponuđač
ALLIANCE DOO PODGORICA

1. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Ponuda ponuđača ALLIANCE DOO PODGORICA

-ponuđena cijena je 41000,00€

-Rok plaćanja – 30 dana.

**-dokazi koje je ponuđač dostavio su u potpunosti u skladu sa zahtjevima
tenderske dokumentacije**

2. Uputstvo o pravnoj zaštiti

² Ako se provjerom izjave privrednog subjekta utvrdi da postoji osnov za isključenje ponuđača iz postupka ili se ponuđač isključi iz postupka u skladu sa članom 135a stav 6 ZJN, naručilac će izvršiti provjeru izjave privrednog subjekta ponuđača čija je ponuda sljedeće rangirana, a ako takve ponude nema poništiće postupak javne nabavke

³ Ukloniti ukoliko nje primjenjivo

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žililaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.



OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA

dr Branka Stanković,

Branka Stanković