

PREGLED POSTUPKA #87828

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JZU DOM ZDRAVLJA KOTOR
PIB	02032643
E-mail	domzdr@t-com.me
Telefon	032/334-533
Internet adresa	www.dzkotor.me
Fax	032/334-536
Adresa	Jadranska 61
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka kitova i medijuma za potrebe PCR laboratorije
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Olivera Todorović
Kontakt	032/334-536
Datum objave	05.03.2025. 14:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	po partijama
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva	Važi za sve partije
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti	DA
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) – Rješenje Instituta (bivše Agencije) za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore o upisu u registar za promet na veliko medicinskim sredstvima	Uslovi za obavljanje djelatnosti	DA

Ponuđač je dužan da dostavi: - Rješenje o upisu/obnovi upisa u registar ponuđenog medicinskog sredstva izdato od Instituta (bivše Agencije) za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojem je istekao rok važenja), izdatu od Instituta (bivše Agencije) za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore. (U slučaju da ponuđač nije nosilac upisa ponuđenog medicinskog sredstva obavezan je da dostavi ovlaštenje od lica koje je izvršilo upis ponuđenog medicinskog sredstva.) - Ukoliko neki od ponuđenih proizvoda ne pripadaju grupi medicinskih sredstava ponuđač je dužan da dostavi rješenje Instituta (bivše Agencije) za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore da se ponuđeni proizvod ne smatra medicinskim sredstvom. - Izuzetno, ako niko od ponuđača čije su ponude ocijenjene kao ispravne ne nudi medicinsko sredstvo koje je upisano u registar medicinskih sredstava kod Instituta (bivše Agencije) za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, uzeće se u razmatranje i ponude ponuđača koji nude medicinsko sredstvo koje nije upisano u Registar, ukoliko je ponuđeno medicinsko sredstvo registrovano u zemljama Evropske Unije, SAD-a, Kanadi, Švajcarskoj, Norveškoj i zemljama bivše SFRJ, za koje moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju: a. CE znak u zavisnosti od klase; b. Sertifikat o sistemu kvaliteta ISO 13485; c. Deklaracija o konformitetu; d. Dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača	Drugi uslovi	DA
Ponuđač je obavezan da prilikom pripremanja Finansijskog dijela ponude za svaki proizvod koji se nudi navede zaštićeni naziv proizvoda, proizvođača i kataloški broj proizvoda	Drugi uslovi	DA
Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda, izdat od strane proizvođača u vidu kataloga, uputstva, sigurnosno-tehničkog lista, u kojem će biti jasno navedene zahtijevane tehničke karakteristike proizvoda iz specifikacije. Ponuđač može dostaviti sve navedene dokaze ili neki od njih, pod uslovom da se istim dokazuju sve zahtijevane tehničke karakteristike. Karakteristike se mogu dokazati i izjavom proizvođača. Ponuđač je dužan da u dostavljenom dokazu o tehničkim karakteristikama označi brojem pozicije svaki proizvod koji nudi, kao i njegove tehničke karakteristike.	Drugi uslovi	DA
Izjava na Obrascu broj 2	Obrazac 2	DA
Rok važenja ponuda je 60 dana od dana otvaranja	Rok važenja ponude	DA
Rok izvršenja ugovora je 90 dana od dana zaključivanja	Rok izvršenja ugovora	DA

Mjesto izvršenja ugovora je PCR laboratorija u Domu zdravlja Kotor, adresa: Ulica Jadranska 61, Dobrota, Kotor	Mjesto izvršenja ugovora	DA
Rok plaćanja je 30 dana od uredno izvršene isporuke i dostavljene fakture	Rok plaćanja	DA
Način plaćanja je virmanski	Način plaćanja	DA
Svi ponuđeni proizvodi koji imaju rok upotrebe, prilikom isporuke moraju imati rok upotrebe/sterilizacije koji ne smije biti kraći od $\frac{3}{4}$ ukupnog roka upotrebe.	Drugi uslovi	DA
Medicinska sredstva se izdaju na teret Fonda za zdravstveno osiguranje	Drugi uslovi	DA

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	Važi za sve partije
Cijena	DA

8 PREDMET NABAVKE

Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV:

11.520,00 EUR

Broj partije		1	
Opis partije		Nabavka kitova za detekciju Streptococcus	
Procijenjena vrijednost bez PDV		2.670,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	streptococcus pyogenes	razliveni reagens za amplifikaciju sa parafinskim slojem i mineralnim uljem sa identičnim termalnim protokolom ponuđen za kit streptococcus pyogenes i sa odgovorajućim i kompatibilnim izolacionim kitom iz specifikacije izolacionih kitova (stavka 4 partije 1), čuvanje u frižideru na temperaturi od 2 do 8 C°, 48 uzoraka u formatu pojedinačne tube 0,2μl, kompatibilno sa aparatom Quant studio 5	11,00 kutija

2	streptococcus pneumoniae	razliveni reagens za amplifikaciju sa parafinskim slojem i mineralnim uljem sa identičnim termalnim protokolom ponuđen za kit streptococcus pneumoniae i sa odgovorajućim i kompatibilnim izolacionim kitom iz specifikacije izolacionih kitova (stavka 4 partija 1), čuvanje u frižideru na temperaturi od 2 do 8 C°, 48 uzoraka u formatu pojedinačne tube 0,2μl, kompatibilno sa aparatom Quant studio 5	1,00 kutija
3	streptococcus agalactiae	razliveni reagens za amplifikaciju sa parafinskim slojem i mineralnim uljem sa identičnim termalnim protokolom ponuđen za kit streptococcus agalactiae i sa odgovorajućim i kompatibilnim izolacionim kitom iz specifikacije izolacionih kitova (stavka 4, partija 1), čuvanje u frižideru na temperaturi od 2 do 8 C°, 48 uzoraka u formatu pojedinačne tube 0,2μl, kompatibilno sa aparatom Quant studio 5	1,00 kutija
4	Kit za izolaciju nukleinskih kiselina (kraća verzija)	Ekstrakcioni kit je namijenjen za prečišćavanje ukupne DNK iz bioloških uzoraka, sadrži samo pufer za lizu. Trajanje ekstrakcije je 15 minuta, ukupan prinos DNK dobijamo samo tokom ćelijske lize, odsustvo dodatnog pranja, neutralizacije inhibirajućih nečistoća / izolacija i mogućnost uzorkovanja iz iste tube, 100 uzoraka/kutiji, čuva se u frižideru na temperaturi od 2 do 8 C°	6,00 kutija

Broj partije		2	
Opis partije		Nabavka kitova za detekciju ostalih patogena	
Procijenjena vrijednost bez PDV		3.640,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Multiplex kit za detekciju micoplasma genitalium / chlamydia trachomatis / ureoplasma urealyticum i ureoplasma parvum	razliveni reagens za amplifikaciju sa parafinskim slojem i mineralnim uljem, sa odgovorajućim i kompatibilnim izolacionim kitom iz specifikacije izolacionih kitova (stavka 3 partije 1), čuvanje u frižideru na temperaturi od 2 do 8 C°, 96 uzoraka u formatu pojedinačne tube 0,2μl, kompatibilno sa aparatom Quant studio 5	1,00 kutija
2	Kit za detekciju helicobacter pylori	razliveni reagens za amplifikaciju sa parafinskim slojem i mineralnim uljem, sa odgovorajućim i kompatibilnim izolacionim kitom iz specifikacije izolacionih kitova (stavka 3 partije 2), čuvanje u frižideru na temperaturi od 2 do 8 C°, 96 uzoraka u formatu pojedinačne tube 0,2μl, kompatibilno sa aparatom Quant studio 5	10,00 kutija

3	Kit za izolaciju nukleinske kiseline (duža verzija)	Precipitaciono bazirana ručna izolacija nukleinske kiseline koja odgovara stavkama 1 i 2 iz partije 2, namijenjen za purifikaciju DNK / RNK iz biološkog materijala, sadrži lizirajući pufer, precipitacioni pufer, wash 1, wash 2 i dilucioni pufer, internu kontrolu za RNK i internu kontrolu za DNK, 1 kutija odgovara za 100 uzoraka, čuva se u frižideru na temperaturi od 2 do 8 C°	13,00 kutija
---	---	--	--------------

Broj partije		3	
Opis partije		Nabavka gastroenteritis panel i borrelia	
Procijenjena vrijednost bez PDV		3.950,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Multiplex kit za detekciju Rotavirus A , Astrovirus, Adenovirus, Norovirus GII, Norovirus GI, Salmonella, Campylobacter, Clostridium difficile	Multiplex kit omogućava detekciju Rotavirus A , Astrovirus, Adenovirus, Norovirus GII, Norovirus GI, Salmonella, Campylobacter (C. jejuni, C. upsaliensis, C. coli, C. lari), Clostridium difficile i internu kontrolu iz jednog uzorka. Kit sadrži 3 PCR master mixa, koji odgovaraju 25 reakcija radi odmrzavanja / zamrzavanja, odgovara Quant studio 5	8,00 kutija

2	Kit za izolaciju nukleinskih kiselina koji odgovara stavki 1 iz partije 3	ekstrakcioni kit baziran na kolonicama sa silikonskom gel membranom koji sadrži 4 pufera, puferom za čuvane, pufer za prečišćavanje uzorka, proteinazu K, spin kolonice i kolekcione tube, odgovara ukupno 100 reakcija po kutiji	3,00 kutija
3	Kit za detekciju borrelia burgdorferi	Kit za detekciju sledećih patogena: borrelia burgdorferi / borrelia afzelii / borrelia garinii koja se očitava sa jednog kanala (fam) i interna kontrola sa drugog kanala (hex). Interna kontrola je sadržana u kitu kao PCR master mix, pozitivna kontrola i voda. Jedna kutija odgovara za 25 uzoraka, čuva se u zamrzivaču na -20C°, odgovara Quant studio 5	1,00 kutija

Broj partije		4	
Opis partije		Medijumi za uzorkovanje PCR	
Procijenjena vrijednost bez PDV		1.260,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Medijumi za uzorkovanje PCR	Univerzalni transportni medijumi - UTM za PCR 3ml sa regularnim brisem (cervikalni), sterilan, pojedinačno upakovan, 50 komda UTM sa brisem po kutiji	14,00 kutija