

PREGLED POSTUPKA #89989

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JZU DOM ZDRAVLJA CETINJE
PIB	02082390
E-mail	domzdravljact@t-com.me
Telefon	041/231-502
Internet adresa	www.dzcetinje.me
Fax	041/231-502
Adresa	Vuka Mićunovića bb
Grad	Cetinje
Poštanski broj	81250

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka uređaja za mjerenje brzine prostih i izbornih reakcija - Reakciometar
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Sladana Babović
Kontakt	069/760-020
Datum objave	08.04.2025. 10:00

Napomena

Zbog hitnosti nabavke, rok za dostavljanje ponuda je 3 dana zbog okolnosti koje Naručilac nije mogao da predvidi.

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	JZU DOM ZDRAVLJA CETINJE Reakciometar 38540000 - Uređaji i aparati za ispitivanje i mjerenje	2.561,99 EUR	538,01 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava - obrazac 2	Obrazac 2
30 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
30 dana od dana potpisivanja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora
JZU Dom zdravlja Cetinje, ul. Vuka Mićunovića br.5	Mjesto izvršenja ugovora
Minimum 12 mjeseci i počinje da teče od dana isporuke i potpisivanja Zapisnika o primopredaji robe.	Garantni rok
U roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture (nakon potpisivanja Zapisnika o primopredaji) na arhivi Naručioca, koja je uredno potpisana od strane dobavljača.	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača opreme da je ponuđač ovlašćen za prodaju i održavanje ponuđene opreme	Drugi uslovi
Obaveza potpisivanja Zapisnika o primopredaji robe.	Drugi uslovi
Ponuđač je u obavezi da navede marku i model ponuđenog uređaja kao i da u okviru svoje ponude dostavi u formi PDF dokumenta katalog ponuđenog uređaja sa detaljnim opisom, tehničkim karakteristikama i ponuđenom opremom.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 2.561,99 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Uređaj za mjerenje brzine prostih i izbornih reakcija - Reakciometar	Tehničke karakteristike: Desktop dizajn uređaja sa posebnim panelima za operatera i za ispitanika Podešavanje intenziteta svjetlosnih stimulusa za ispitanika Podešavanje intenziteta zvuka u slušalicama i u uređaju Uređaj poseduje dva izvora zvuka: jedan za ispitanika sa slušalicama, drugi ugrađeni zvučnik u uređaju za operatera LCD displej na strani operatera za podešavanje svih parametara testa i za praćenje toka testa Podešavanje svih parametara putem daljinske žičane komande za operatera Preciznost mjerenja vremena reakcija u milisekundama (hiljaditi dio sekunde) Monitor svjetlosnih stimulusa na strani operatera Napajanje: 230V 50Hz Funkcionalne karakteristike: Testiranje ispitanika na svjetlosne i zvučne stimulus Za svjetlosne stimuluse podržano testiranje na poziciju i boju Testiranje na poziciju – svjetlosni stimulusi postavljeni u tjemenu trougla (lijevo, centar, desno) Testiranje na Boju – tri boje (crvena, žuta/narandžasta, zelena) iz istog izvora	1,00 komad

	Testiranje zvučnim stimulusima – tri tona (visok, srednji i nizak ton – odnosi se na frekvenciju zvuka) Izbor stimulusa po testu: 10, 20 ili 30 Automatsko ili ručno startovanje stimulusa u okviru testa Slučajan vremenski interval između stimulusa (u slučaju automatskog testa) Mogućnost testiranja na proste i izborne (složene) reakcije Uređaj određuje srednje vrijeme reakcija u milisekundama, ukupan broj grešaka i prikazuje kompletan izveštaj o testiranju na LCD displeju operatera Pribor uz uređaj: Ergonomske palice za ispitanika (za ruke) – 2kom (1 par) Daljinska žičana komanda za operatera – 1kom Ergonomske ear-cup slušalice za ispitanika – 1kom Mogućnost opcionog dodatka: Nožne komande za ispitanika – 2kom (1 par) - opcija	
--	--	--