

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka aparata za sterilno pakovanje sanitetskog materijala

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

JZU DOM ZDRAVLJA CETINJE

PIB:

02082390

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava - obrazac 2	Obrazac 2
30 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
30 dana od dana potpisivanja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora
JZU Dom zdravlja Cetinje, ul. Vuka Mićunovića br.5	Mjesto izvršenja ugovora
Minimum 12 mjeseci i počinje da teče od dana isporuke i potpisivanja Zapisnika o primopredaji robe.	Garantni rok
U roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture (nakon potpisivanja Zapisnika o primopredaji) na arhivi Naručioca, koja je uredno potpisana od strane dobavljača.	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača opreme da je ponuđač ovlašćen za prodaju i održavanje ponuđene opreme	Drugi uslovi
Obaveza potpisivanja Zapisnika o primopredaji robe.	Drugi uslovi
Ponuđač je u obavezi da navede marku i model ponuđenog uređaja kao i da u okviru svoje ponude dostavi u formi PDF dokumenta katalog ponuđenog uređaja sa detaljnim opisom, tehničkim karakteristikama i ponuđenom opremom.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava - obrazac 2	Obrazac 2
30 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
30 dana od dana potpisivanja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora
JZU Dom zdravlja Cetinje, ul. Vuka Mićunovića br.5	Mjesto izvršenja ugovora
Minimum 12 mjeseci i počinje da teče od dana isporuke i potpisivanja Zapisnika o primopredaji robe.	Garantni rok
U roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture (nakon potpisivanja Zapisnika o primopredaji) na arhivi Naručioca, koja je uredno potpisana od strane dobavljača.	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača opreme da je ponuđač ovlašćen za prodaju i održavanje ponuđene opreme	Drugi uslovi
Obaveza potpisivanja Zapisnika o primopredaji robe.	Drugi uslovi
Ponuđač je u obavezi da navede marku i model ponuđenog uređaja kao i da u okviru svoje ponude dostavi u formi PDF dokumenta katalog ponuđenog uređaja sa detaljnim opisom, tehničkim karakteristikama i ponuđenom opremom.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
2231.40	1	Nabavka aparata za sterilno pakovanje sanitetskog materijala	- Dimenzije (D x Š x V): 405 x 290 x 160 mm - Težina: 12 kg - Širina vara: 12,5 mm 2 x 5 mm - Brzina lijepljenja: 8,5 m/min - Kapacitet varnog lijepljenja - Podesivo prema potrebama (varijanta materijala, debljina itd.) - Temperatura lijepljenja: 100 - 200 °C - Tolerancija temperature $\pm 1\%$ - Granice pritiska lijepljenja i podesive granice - Mikroprocesorska kontrola za precizno upravljanje procesom lijepljenja - Potrošnja energije (prilikom rada): 180 W - Maksimalna potrošnja (na visokoj temperaturnoj vrijednosti) 365 W - Napajanje: 220/240 V, 50/60 Hz, 100/120 V, 60 Hz, - Sistem zvučnih alarma u slučaju neispravnih parametara (temperature, pritiska, itd.) - Automatsko paljenje/gašenje - Ugrađeni brojač koji ima mogućnost praćenja broja zalijepljenih pakovanja - Višejezični korisnički interfejs - Jednostavna kontrolna tabla za lako upravljanje svim postavkama. - Proizveden u skladu sa evropskim bezbjedonosnim standardima - Folder sa uzorkom kontrole lijepljenja	1.00	Komad

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
2231.40	1	Nabavka aparata za sterilno pakovanje sanitetskog materijala	- Dimenzije (D x Š x V): min - 375 x 270 x 140 mm, max - 440 x 310 x 180 mm - Težina: min 10 kg, max - 13 kg - Širina vara: min 10,5 mm 2 x 4,5 mm, max 14 mm 2 x 5,5 mm - Brzina lijepljenja: min 8 - max 10m/min - Kapacitet varnog lijepljenja: Podesivo prema potrebama (varijanta materijala, debljina itd.) - Temperatura lijepljenja: min - 90 °C, max - 220 °C - Tolerancija temperature: ± 1,5% - Granice pritiska lijepljenja i podesive granice prema potrebama - Mikroprocesorska kontrola za precizno upravljanje procesom lijepljenja - Potrošnja energije (prilikom rada): min - 160 W, max - 200 W - Maksimalna potrošnja (na visokoj temperaturnoj vrijednosti): min - 330 W, max - 400 W - Napajanje: 220/240 V, 50/60 Hz, 100/120 V, 60 Hz - Sistem zvučnih alarma u slučaju neispravnih parametara (temperature, pritiska, itd.) - Automatsko paljenje/gašenje - Ugrađeni brojač koji ima mogućnost praćenja broja zalijepljenih pakovanja - Višejezički korisnički interfejs - Jednostavna kontrolna tabla za lako upravljanje svim postavkama - Proizveden u skladu sa evropskim bezbjedonosnim standardima - Folder sa uzorkom kontrole lijepljenja	1.00	Komad