

PREGLED POSTUPKA #91585

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JZU DOM ZDRAVLJA CETINJE
PIB	02082390
E-mail	domzdravljact@t-com.me
Telefon	041/231-502
Internet adresa	www.dzcetinje.me
Fax	041/231-502
Adresa	Vuka Mićunovića bb
Grad	Cetinje
Poštanski broj	81250

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka aparata za elektroterapiju, ultrazvuk i kombinovanu terapiju
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Sladana Babović
Kontakt	069/760-020
Datum objave	05.05.2025. 10:00
Napomena	Zbog hitnosti nabavke, rok za dostavljanje ponuda je 3 dana.

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	JZU DOM ZDRAVLJA CETINJE Aparat za elektroterapiju, ultrazvuk i kombinovanu terapiju 33158200 - Aparati za elektroterapiju	4.132,23 EUR	867,77 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, , shodno članu 9 stav 10 i 11 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, 020/23 od 22.02.2023. godine, 036/23 od 29.03.2023. godine, 114/23 od 19.12.2023. godine, 049/24 od 29.05.2024. godine, 114/24 od 29.11.2024).	Obrazac 2
60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Rok isporuke ne može biti duži od 60 (šezdeset) dana od dana potpisivanja Ugovora. Ponuđač je dužan da precizno navede rok isporuke.	Rok izvršenja ugovora
JZU Dom zdravlja Cetinje, ul. Vuka Mićunovića br.5	Mjesto izvršenja ugovora
Minimum 36 mjeseci na aparat i minimum 12 mjeseci na sonde. Garantni rok počinje teći od dana isporuke aparata i potpisivanja Zapisnika o primopredaji robe.	Garantni rok
U roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture (nakon potpisivanja Zapisnika o primopredaji) na arhivi Naručioca, koja je uredno potpisana od strane dobavljača.	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja

Potrebno je dostaviti potvrdu ili ovlaštenje od proizvođača opreme da je ponuđač ovlašten za prodaju i održavanje ponuđene opreme.	Drugi uslovi
Obaveza potpisivanja Zapisnika o primopredaji robe.	Drugi uslovi
Ponuđač je u obavezi da navede marku i model ponuđenog uređaja kao i da u okviru svoje ponude dostavi u formi PDF dokumenta katalog ponuđenog uređaja sa detaljnim opisom, tehničkim karakteristikama i ponuđenom opremom.	Drugi uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlaštenje (dozvola, licenca, odobrenje, ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): Rješenje o upisu ponuđača u registar za promet na veliko medicinskim sredstvima izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđač je dužan da izvrši instalaciju uređaja (hardvera i softvera), kao i obuku osoblja koje će rukovati uređajem, da će obezbijediti servis tokom trajanja garantnog roka.	Primopredaja i puštanje u rad

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 4.132,23 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Aparat za elektroterapiju, ultrazvuk i kombinovanu terapiju	1. Aparat za kontrolu bola,stimulaciju mišića i ultrazvuk 2. Touch screen ekran 3. Mora da posjeduje programirane protokole sa anatomskim pozicioniranjem i instrukcijama 4. Mogućnost izvođenja do 4 tretmana istovremeno: do dva nezavisna kanala za elektroterapiju i do dva nezavisna kanala za ultrazvuk 5. TFT ekran u boji 6. Mogućnost konekcije dvije ultrazvučne sonde različitih veličina 7. Kontakt kontrola ultrazvučne sonde za indicaciju efektivnog prenosa energije 8. Napajanje: 100-240V ±10% (50-60Hz) 9. Sastavni dio aparata su dvije ultrazvučne sonde veličine min 0,8 cm2 i max 5 cm2 10. Ultrazvučne frekvencije: 1 i 3 MHz 11.Ultrazvuk: kontinuirani i impulsni 12. Radni ciklus: min 5,10,20,30,50,80% 13. Impulsna frekvencija : min 16,48 i 100 Hz 14. Intenzitet: min 0-2 W/cm2, 0-2,5 W/cm2 15. Programirani protokoli za ultrazvuk: min 25 max 30 16. Slobodnih pozicija za ultrazvuk min 300 max 400	1,00 Komad

- | | | |
|--|--|--|
| | <p>17. Vrsta struja za elektroterapiju za elektroterapiju min 26 po kanalu, max 30 po kanalu</p> <p>18. Programiranih protokola za elektroterapiju min 42 max 50</p> <p>19. Slobodnih protokola za elektroterapiju min 300 max 400</p> <p>20. Izlazne karakteristike za elektroterapiju CC i CV</p> <p>21. Podešavanje polariteta za elektroterapiju</p> <p>22. Programirani protokol za kombinovanu terapiju min 2 max 5</p> <p>23. Slobodnih pozicija za kombinovanu terapiju min 300 max 400</p> <p>Dodaci: - Dvije ultrazvučne sonde veličine min 0,8 cm² i max 5 cm²</p> <p>Dva pacijent kabla, dva para gumenih elektroda, četiri sunđer za elektrode, dvije trake za fiksaciju elektroda, ultrazvučni gel, dva držača ultrazvučnih sondi, kabal za napajanje, uputstvo za upotrebu.</p> | |
|--|--|--|