

PREGLED POSTUPKA #92220

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JU DOM ZDRAVLJA DIMITRIJE DIKA MARENIĆ DANILOVGRAD
PIB	02015862
E-mail	domzdravljadg@t-com.me
Telefon	020/811-575
Internet adresa	www.dzdg.me
Fax	//
Adresa	I Bokeljške brigade bb
Grad	Danilovgrad
Poštanski broj	81410

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka binokularnog video kolposkopa sa Full HD kamerom
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dragica Čović
Kontakt	020/812-527
Datum objave	14.05.2025. 10:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	JU DOM ZDRAVLJA DIMITRIJE DIKA MARENIĆ DANILOVGRAD Medicinska oprema 33100000 - Medicinska oprema	12.716,39 EUR	2.670,44 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki (Član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (“Službeni list Crne Gore”, br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24, 114/24)).	Obrazac 2

U postupku javne nabavke može da učestvuje privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Rješenje o ispunjenosti uslova za vršenje prometa medicinskih sredstava izdato od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore (Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore) 2. Rješenje o upisu medicinskog sredstva koje je predmet javne nabavke u registar medicinskih sredstava, izdato od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore (Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore). Ukoliko je ponuđaču rješenje o upisu u registar medicinskog sredstva isteklo, Naručilac dozvoljava mogućnost dostavljanja potvrde Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore/Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu (uz dostavljanje rješenja kojem je istekao rok važenja). U slučaju da ponuđač nije nosilac upisa ponuđenog medicinskog sredstva obavezan je dostaviti ovlašćenje od nosioca upisa da ponuđeno medicinsko sredstvo po predmetnom javnom pozivu može ponuditi naručiocu, kao i rješenje o upisu u registar nosioca upisa. Ukoliko neki od ponuđenih proizvoda ne pripadaju grupi medicinskih sredstava, ponuđač je dužan da dostavi rješenje Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, da se ponuđeni proizvod ne smatra medicinskim sredstvom ili izjavu proizvođača da se ponuđeni proizvod ne smatra medicinskim sredstvom. Izuzetno, ukoliko niti jedan od ponuđača čije su ponude ocijenjene kao ispravne, ne nudi medicinsko sredstvo koje je upisano u registar medicinskih sredstava Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, uzeće se u razmatranje ponude ponuđača koji nude medicinsko sredstvo koje nije upisano u registar, ukoliko je ponuđeno medicinsko sredstvo registrovano u zemljama EU, SAD-a, Kanadi, Švajcarskoj, Norveškoj i zemljama bivše SFRJ, za koje moraju dostaviti slijedeću dokumentaciju: - CE znak u zavisnosti od klase; - Sertifikat o sistemu kvaliteta ISO 13485; - Deklaraciju o konformitetu; - Dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača. Ponuđač je dužan da na dostavljenim rješenjima o upisu u registar medicinskih sredstava, odnosno dokumentaciji koju dostavlja u slučaju da medicinsko sredstvo nije upisano u registar medicinskih sredstava, jasno naznači proizvod, partiju, kao i stavku partije na koju se odnosi.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Primopredaja i puštanje u rad: Ponuđač je dužan da obavi aplikacionu obuku ljekara u prostoriji Naručioca kao i da dostavi Naručiocu uputstvo za upotrebu i servisnu dokumentaciju (na crnogorskom i engleskom jeziku)	Uslovi za primopredaju

Garantni rok: Ponuđač je dužan navesti garantni rok koji ne može biti kraći od 12 mjeseci od momenta instalacije i primopredaje opreme. Ponuđač je dužan da navede uslove garancije i održavanja aparata u garantnom roku. Ponuđač je dužan u garantnom roku obavljati sve redovne servise po preporuci proizvođača, radi obezbjeđivanja optimalnog funkcionisanja opreme. Ponuđač se obavezuje da se, u toku garantnog perioda, po prijavi kvara od strane naručioca, odazove pozivu u roku od 24 časa i da kvar otkloni u roku od 10 dana od dana prijave kvara na opremi. U slučaju da se kvar ne otkloni u roku od 10 dana, opremu je neophodno zamijeniti novim, istih ili boljih karakteristika, o svom trošku. Ukoliko ponuđač ne otkloni kvar u roku iz prethodnog stava, Naručilac ima pravo na nadoknadu prouzrokovane štete tako što će za svaki dan nefunkcionisanja opreme ili dijela opreme, naplatiti od dobavljača iznos od 0,5% vrijednosti opreme u kvaru. Otklanjanje kvara po prijavljenim reklamacijama izvršiće se u prisustvu predstavnika naručioca i dobavljača i o istom će se sačiniti zapisnik. Svi troškovi popravke opreme u garantnom roku padaju na teret dobavljača.	Garantni rok
Rok važenja ponude: 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora: Maksimum 30 dana od dana potpisivanja Ugovora	Rok izvršenja ugovora
Ponuđač je dužan dostaviti izjavu proizvođača opreme da će najmanje 7 godina od dana isporuke i puštanja u rad ponuđenih aparata biti dostupni rezervni djelovi i pružanje servisne podrške za iste.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan dostaviti izjavu o servisnoj podršci u kojoj će navesti naziva i sjedišta servisa. ovlašćenog servisa u toku trajanja garantnog roka • Ponuđač je dužan da dostavi sertifikat proizvođača aparata da je serviser završio odgovarajuću obuku za održavanje ponuđene opreme sa jednim od navedenih dokaza: -Ako je serviser zaposlen kod ponuđača-dokaz o radnom odnosu -Ako serviser nije zaposlen kod ponuđača-ugovor koji ponuđač ima sa ovlašćenim servisom.	Drugi uslovi
Ponuđač je obavezan da u finansijskom dijelu ponude u koloni "bitne karakteristike predmeta nabavke", unese zaštićen naziv i kataloški broj aparata, kao i pun naziv proizvođača, prema zahtjevima iz Tehničkih karakteristika ili specifikacija predmeta nabavke.	Drugi uslovi
Mjesto izvršenja ugovora je Dom zdravlja Danilovgrad, I Bokeljske brigade bb.	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	Način plaćanja
Rok plaćanja je 30 dana od dana uredno izvršene isporuke i dostavljene fakture	Rok plaćanja

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **12.716,39 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Binokularni video kolposkop sa Full HD kamerom	1. Kolposkop treba da posjeduje plutajuću pomjerajuću pneumatsku ruku koja obezbijedi glatko i stabilno kretanje, prilagođeno postojećem ginekološkom stolu, sa potpuno podesivim duplim ručkama za manevrisanje. 2. Potrebno je da posjeduje HD razdjelnik sa integrisanom Full HD-om kamerom 1920x1080p sa razdjelnikom snopa sa jednim portom za kameru za histeroskopiju. 3. Mobilna baza sa gumenim točkovima za stabilno kretanje i kočnice za najmanje dva točka. 4. Potrebno je da posjeduje uveličanje manuelno promjenjivo u minimum pet pozicija od min 4- 25x 5. Integrisani LED hladni izvor svjetla sa minimum 6000K i trajanje 50.000hs sa napajanjem do 240V /50Hz 6. Instalacija treba da je integrisana u pantografsku ruku kolposkopa. 7. Sočiva objektiva min 300 mm, opciono 250,400 mm, 8. okulari 10x širokog ugla / dioptička korekcija +/-5, 9. mikro fokus - manuelno podesiv za lijevu i desnu ruku, 10. kosi tubus 45° nagiba binokularne cijevi. 11 Potrebno je da posjeduje minimum 3 rotirajuća filtera (zeleni, narandžasti, amber). 12. Interpupilarna distanca 55 - 80 mm. 13. Podesiva visina od min 550mm do max 1180 mm., 14. Kolposkop potrebno isporučiti sa monitorom za reprodukciju slike sa HD kamere rezolucije 1920 x 1080 i min 31 inča	1,00 kom