

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
ДОМ ЗДРАВЉА
АНДРИЈЕВИЦА

тел: +382 51 243 407 - директор; тел/факс: +382 51 243 949; +382 51 243 094 - централа;
е-маил: jzudza@t-com.me
жиро рачун: Прва банка Црне Горе 535-0000000011453-58
Прва банка Црне Горе 535-0000000018121-36

Наш знак: 2114

Датум: 09.06.2025. године

Ваш знак:

Na osnovu člana 94 stav 4 i 5 i člana 95 stav 2 i 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.), a postupajući po zahtjevu zainteresovanog lica u vezi pojašnjenja Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku br. 93321 objavljen dana 03. 06. 2025.godine, za nabavku medicinske opreme po partijama, Naručilac JZU Dom zdravlja Andrijeviца daje sledeće pojašnjenje:

POJAŠNJENJE

Pitanje 1.: Pregledom dijela 6 („Uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke“) utvrđujemo da nije navedeno obavezno dostavljanje sledećeg:

“Rješenje o upisu/obnovi upisa u registar ponuđenog medicinskog sredstva, izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojem je istekao rok važenja), izdatu od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore. Ukoliko ponuđač nije nosilac upisa ponuđenog medicinskog sredstva, obavezan je dostaviti ovlašćenje od lica koje je izvršilo upis ponuđenog medicinskog sredstva. Ako nijedan od ponuđača čije su ponude ocijenjene kao ispravne ne nudi medicinsko sredstvo koje je upisano u registar medicinskih sredstava kod Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, uzeće se u razmatranje i ponude ponuđača koji nude medicinsko sredstvo koje nije upisano u Registar, pod uslovom da je ponuđeno medicinsko sredstvo registrovano u zemljama Evropske unije, SAD-a, Kanadi, Švajcarskoj, Norveškoj ili zemljama bivše SFRJ, uz dostavljanje sljedeće dokumentacije:

- a. CE znak u zavisnosti od klase;
- b. Sertifikat o sistemu kvaliteta ISO 13485;
- c. Deklaracija o konformitetu;

d. Dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača.

Ako neki od ponuđenih proizvoda nije deklarisan kao medicinsko sredstvo, ponuđač je dužan da dostavi rješenje Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore kojim je konstatovano da taj proizvod nije klasifikovan kao medicinsko sredstvo.

Kako su predmet nabavke medicinska sredstva predlažemo da se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, i Zakonom o medicinskim sredstvima izvrši izmjena tenderske dokumentacije kao što je navedeno.

Odgovor: Pripada se.

Tačka 1. Mijenja se i glasi:

“Rješenje o upisu/obnovi upisa u registar ponuđenog medicinskog sredstva, izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojem je istekao rok važenja), izdatu od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore. Ukoliko ponuđač nije nosilac upisa ponuđenog medicinskog sredstva, obavezan je dostaviti ovlaštenje od lica koje je izvršilo upis ponuđenog medicinskog sredstva. Ako nijedan od ponuđača čije su ponude ocijenjene kao ispravne ne nudi medicinsko sredstvo koje je upisano u registar medicinskih sredstava kod Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, uzeće se u razmatranje i ponude ponuđača koji nude medicinsko sredstvo koje nije upisano u Registar, pod uslovom da je ponuđeno medicinsko sredstvo registrovano u zemljama Evropske unije, SAD-a, Kanadi, Švajcarskoj, Norveškoj ili zemljama bivše SFRJ, uz dostavljanje sljedeće dokumentacije:

- a. CE znak u zavisnosti od klase;
- b. Sertifikat o sistemu kvaliteta ISO 13485;
- c. Deklaracija o konformitetu;

Ako neki od ponuđenih proizvoda nije deklarisan kao medicinsko sredstvo, ponuđač je dužan da dostavi rješenje Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore kojim je konstatovano da taj proizvod nije klasifikovan kao medicinsko sredstvo.

2: Pitanje: Partija 4. Tačka 2.: “Integrisani LCD touch screen” :

U dijelu 8 Predmet nabavke, za partiju br 4 Spirometar navedena je tehnička karakteristika: Integrisani LCD touch screen.

- Pošto će se traženi spirometar koristiti sa računarom (tačka 10) i pratećim programom (tačka 12) smatramo da nije neophodno insistirati da uređaj ima integrisani ekran, jer taj ekran je svakako malih dimenzija da bi rezultati mjerenja bili pregledni. Iz navedenih razloga predlažemo da se izvrši izmjena tenderske dokumentacije.

Odgovor: Mogućnost rada spirometra nezavisno od PC računara je opcija koja korisniku pruža dodatnu fleksibilnost i komfor prilikom rada. Takođe, na tržištu su dostupni spirometri koji posjeduju integrisane LCD ekrane osjetljive na dodir, tako da nije ugroženo načelo konkurentnosti.

Na osnovu navedenog, ne želimo da bespotrebno unižavamo kvalitet uređaja. Ostajemo pri svom zahtjevu.

3. Pitanje: Partija 4. Tačka 3.: “Integrisana punjiva baterija” :

U dijelu 8 Predmet nabavke, za partiju br 4 Spirometar navedena je tehnička karakteristika: Integrisana punjiva baterija (tačka 3)

– Ugradnja punjive baterije može povećati cijenu i otežati zamjenu baterije na terenu (zbog specifičnog modela), a može se desiti da punjenje bude neophodno u sred rada sa pacijentom. Standardne AA baterije su široko dostupne, jeftinije i mogu biti zamijenjene čak i u zdravstvenim ustanovama bez specijalizovanih dobavljača. Iz navedenih razloga predlažemo da se izvrši izmjena tenderske dokumentacije.

Odgovor: Punjive baterije su dugoročno isplativije u odnosu na alkalne baterije. Očigledna prednost punjivih baterija je njihov dug vijek trajanja. Traženu karakteristiku posjeduju svi renomirani proizvođači spirometara, tako da nije ugroženo načelo konkurentnosti.

Ostajemo pri svom zahtjevu.

4. Pitanje: Partija 4. Tačka 5.: “Integrisana memorija za čuvanje velikog broja pacijenata”:

U dijelu 8 Predmet nabavke, za partiju br 4 Spirometar navedena je tehnička

karakteristika: Integrisana memorija za čuvanje velikog broja pacijenata (tačka 5):

– Budući da će se traženi spirometar koristiti sa računarom (tačka 10) i pratećim programom (tačka 12) smatramo da nije neophodno insistirati da uređaj ima

integrisanu memoriju, jer će u računarskom programu biti dostupna baza u kojoj se čuvaju sva prethodna mjerenja. Iz navedenih razloga predlažemo da se izvrši izmjena tenderske dokumentacije.

Odgovor: Kao što integrisani LCD touch screen omogućava korisniku da koristi spirometar nezavisno od PC računara, tako integrisana memorija uređaja pruža mogućnost korisniku da sačuva rezultate testova i kasnije ih po potrebi prebaci u bazu podataka na PC računaru. S obzirom da se radi o karakteristikici koja predstavlja kvalitativnu prednost, ne želimo da unižavamo kvalitet uređaja.

Ostajemo pri svom zahtjevu.

5. Pitanje: Partija 4. Tačka 10.: “Mogućnost povezivanja sa PC-om putem USB-a.”:

U dijelu 8 Predmet nabavke, za partiju br 4 Spirometar navedena je tehnička karakteristika: Mogućnost povezivanja sa PC-om putem USB-a (tačka 10):
– Bluetooth povezivanje često je sigurnije za pacijenta jer se uređaj ne veže direktno na računar (koji nije medicinski sertifikovan uređaj), a i izbjegava se ograničenje kablom u odnosu distanca pacijent–računar, pa predlažemo da se u ovu tačku doda mogućnost povezivanja i preko Bluetooth veze.

Odgovor: Prihvatamo Vaš zahtjev i izmijenimo karakteristiku, tako da uređaj posjeduje mogućnost povezivanja sa PC-om putem USB-a i Bluetooth-a.

Tačka 5. mijenja se i glasi: Uređaj treba da posjeduje mogućnost povezivanja sa PC-om putem USB-a i Bluetooth-a.

6. Partija 4. Tačka 15.: “Laptop računar sa minimum Windows 10 operativnim sistemom.”:

U dijelu 8 Predmet nabavke, za partiju br 4 Spirometar navedena je tehnička karakteristika: Laptop računar sa minimum Windows 10 OS (tačka 15):
– Da li se ovo tačkom izričito traži da se uz traženi spirometar isporuči laptop računar sa odgovarajućom verzijom operativnog sistema, ili je on naveden samo kao računar sa kojim je potrebno koristiti traženi spirometar?

Odgovor: Ovom tačkom se izričito traži da se uz spirometar isporuči i laptop uređaj sa odgovarajućim operativnim sistemom.

Napominjemo da je predmet nabavke jasno i potpuno određen i predstavlja objektivnu potrebu za predmetom nabavke, a vodilo se računa o načelu konkurentnosti. Naručilac u postupcima javnih nabavki iskazuje svoje ili potrebe korisnika, a vodeći se zakonskim odredbama i pravilnicama. Određeni zahtjevi potencijalnih ponuđača mogu biti usvojeni, a neki ne, jer bi sami postupak predstavljao zadovoljavanje ekonomskih potreba ponuđača, a ne stvarne i objektivne potrebe Naručioca (korisnika).

U skladu sa razmotrenim zahtjevom i datim odgovorima po stavkama kako je navedeno, službenik za javne nabavke izvršiće izmjene i dopune Zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Službenik za javne nabavke

Danka Bojović dipl.ecc

