

PREGLED POSTUPKA #94110

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU
PIB	02012863
E-mail	anima.rac@t-com.me
Telefon	032/330-920
Internet adresa	www.psihijatrijakotor.me
Fax	032/330-923
Adresa	Dobrota bb
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka bolničkih kreveta
Status	Čeka na objavu
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Nevena Marković
Kontakt	067-755-131
Datum objave	12.06.2025. 16:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU Nabavka bolničkih kreveta 33192120 - Bolnički kreveti	18.691,59 EUR	1.308,41 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uslov za obavljanje djelatnosti: upis u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Navedeni uslov će Naručilac za Ponuđače iz Crne Gore provjeriti na sajtu: http://www.pretraga.crps.me , s toga nije neophodno dostavljati skeniran dokaz, već je dovoljno garantovati Izjavom (Obrazac 2) da se navedeni uslov ispunjava.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava ponuđača kojom potvrđuje da ispunjava sve uslove utvrđenje zahtjevom za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke (Obrazac2) u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023, 114/23 od 19.12.2023, 049/24 od 29.05.2024, 114/24 od 29.11.2024) - data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki (vidjeti Uputstvo za korišćenje CEJNa).	Obrazac 2
Magacin ZU Specijalne bolnice za psihijatriju Kotor	Mjesto izvršenja ugovora
Max. 45 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Virmanski	Način plaćanja
Plaćanje će se vršiti u roku od 40 dana od dana ispostavljene fakture za uredno isporučenu robu.	Rok plaćanja
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Od strane ovlašćenog/ih lica Naručioca prilikom prijema robe, uvidom u isporučenu robu i provjerom usklađenosti sa zahtijevanim/ponuđenim karakteristikama. Ponuđač se obavezuje da bez odlaganja, o svom trošku otkloni nedostatak a koji nije posledica nepravilnog rukovanja Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponudjac koji posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom, što se dokazuje dostavljanjem: -Rješenje o upisu u registar prometa na veliko medicinskim sredstvima (dozvola za obavljanje djelatnosti), izdato od strane nadležnog organa.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Dostaviti katalog proizvoda sa pratećim tehničkim karakteristikama.	Elektronski katalog
Krevet treba da ima minimalni period garancije od 2 godine	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 18.691,59 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		1. Krevet namijenjen za psihijatrijsku službu. 2. Proizvod izrađen od izdržljive i stabilne konstrukcije koja sprječava podrhtavanje. Materijal konstrukcije: nerđajući čelik. 3. Glavno tijelo uzglavlja i podnožja izrađeno od cijevi minimalnih dimenzija 40x2 mm. Spojna cijev uzglavlja i podnožja izrađena od cijevi minimalnih dimenzija 32x1,2 mm, a svako od njih ojačano sa najmanje 3 vertikalne cijevi dimenzija 16x1 mm koje podržavaju ram. Svaka noga uzglavlja i podnožja treba da ima plastični klin. 4. Zadnji dio ručno podesiv preko zupčastog sistema sa metalnim dijelovima debljine 5 mm. Između ta dva metalna dijela se nalazi prenosno vratilo minimalne debljine 10 mm. Ovo prenosno vratilo treba biti povezano sa ramom. Zadnji dio da može da se pomjera u 5 nivoa. Sa lijeve i desne strane treba da postoje držači za ručku koji omogućavaju lako podešavanje zadnjeg dela. Na zadnjem i donjem dijelu treba da budu zavarena dva metalna dijela minimalne debljine 4 mm. Ti metalni dijelovi treba da budu zavareni za glavni ram kreveta. Zahvaljujući ovome, krevet treba da ima izdržljivu i stabilnu konstrukciju bez podrhtavanja. 5. Površina za ležanje treba da bude sastavljena iz 2 dijela.	

1	Bolnički krevet	Gornji dio površine za ležanje je napravljen od prenosnih žica minimalne debljine 4 mm, a razmak između tih žica treba da bude 5x5 cm. Sve žice treba da budu potpuno zavarene za glavni ram. Sa desne i leve strane površine za ležanje treba da budu protivklizne potpore, izrađene od metalnog materijala, koje sprječavaju pomeranje kreveta. 6. Glavni ram treba da bude izrađen od profila minimalnih dimenzija 50x30x1,5 mm, pri čemu svi uglovi profila treba da budu zavareni. Na zadnjem dijelu treba da bude zavaren jedan paralelni profil. Na dijelu za ležanje treba da budu zavarena dva horizontalna profila minimalnih dimenzija 20x20x1 mm i jedan vertikalni profil minimalnih dimenzija 20x20x1 mm. 7. Dimenzije uzglavlja: minimalno 90 cm (širina) x minimalno 90 cm (visina) (dozvoljena tolerancija +/- 1 cm). 8. Dimenzije podnožja: minimalno 90 cm (širina) x minimalno 75 cm (visina) (dozvoljena tolerancija +/- 1 cm). 9. Visina kreveta bez dušeka treba biti minimalno 40 cm (dozvoljena tolerancija +/- 1 cm). 10. Dimenzije površine za ležanje treba da budu minimalno 200x90 cm (dozvoljena tolerancija +/- 1 cm). 11. Ukupne dimenzije kreveta treba da budu minimalno 211x91 cm (dozvoljena tolerancija +/- 1 cm). 12. Metalna konstrukcija, svi dijelovi treba da imaju elektrostatski naneseeni prah-sloj (praškasto farbanje) i pečeni na temperaturi od 220°C. 13. Uzglavlje, podnožje i glavni ram treba da budu pakovani odvojeno.	87,00 komad
		1. Krevet treba biti namijenjen za psihijatrijsku službu. 2. Proizvod treba da bude izrađen od izdržljive i stabilne konstrukcije koja sprječava podrhtavanje.	

2

Bolnički krevet sa ojačanjem

3. Glavno tijelo uzglavlja i podnožja treba da bude izrađeno od cijevi minimalnih dimenzija 40x2 mm. Spojna cijev uzglavlja i podnožja treba da bude izrađena od cijevi minimalnih dimenzija 32x1,2 mm, a svako od njih treba da bude ojačano sa najmanje 3 vertikalne cijevi dimenzija 16x1 mm koje podržavaju ram. Svaka noga uzglavlja i podnožja treba da ima plastični klin.

4. Zadnji dio treba da bude ručno podesiv preko zupčastog sistema sa metalnim dijelovima debljine 5 mm. Između ta dva metalna dijela treba da se nalazi prenosno vratilo minimalne debljine 10 mm. Ovo prenosno vratilo treba biti povezano sa ramom. Zadnji dio treba da može da se pomera u 5 nivoa. Sa lijeve i desne strane treba da postoje držači za ručku koji omogućavaju lako podešavanje zadnjeg dela. Na zadnjem i donjem dijelu treba da budu zavarena dva metalna dijela minimalne debljine 4 mm. Ti metalni dijelovi treba da budu zavareni za glavni ram kreveta. Zahvaljujući ovome, krevet treba da ima izdržljivu i stabilnu konstrukciju bez podrhtavanja.

5. Površina za ležanje treba da bude sastavljena iz 2 dijela. Gornji dio površine za ležanje je napravljen od prenosnih žica minimalne debljine 4 mm, a razmak između tih žica treba da bude 5x5 cm. Sve žice treba da budu potpuno zavarene za glavni ram. Sa desne i leve strane površine za ležanje treba da budu protivklizne potpore, izrađene od metalnog materijala, koje sprječavaju pomeranje kreveta.

6. Glavni ram treba da bude izrađen od profila minimalnih dimenzija 50x30x1,5 mm, pri čemu svi uglovi profila treba da budu zavareni. Na zadnjem dijelu treba da bude zavaren jedan paralelni profil. Na dijelu za ležanje treba da budu zavarena dva horizontalna profila minimalnih dimenzija

35,00 komad

20x20x1 mm i jedan vertikalni profil minimalnih dimenzija 20x20x1 mm.

7. Dimenzije uzglavlja: minimalno 90 cm (širina) x minimalno 90 cm (visina) (dozvoljena tolerancija +/- 1 cm).

8. Dimenzije podnožja: minimalno 90 cm (širina) x minimalno 75 cm (visina) (dozvoljena tolerancija +/- 1 cm).

9. Visina kreveta bez dušeka treba biti minimalno 40 cm (dozvoljena tolerancija +/- 1 cm).

10. Dimenzije površine za ležanje treba da budu minimalno 200x90 cm (dozvoljena tolerancija +/- 1 cm).

11. Ukupne dimenzije kreveta treba da budu minimalno 211x91 cm (dozvoljena tolerancija +/- 1 cm).

12. Metalna konstrukcija, svi dijelovi treba da imaju elektrostatski nanesei prah-sloj (praškasto farbanje) i pečeni na temperaturi od 220°C.

13. Uzglavlje, podnožje i glavni ram treba da budu pakovani odvojeno.

14. Metalne noge treba da budu izrađene od profila dimenzija 50x30x1,5 mm i zavarene za glavni okvir u sredini kreveta, s desne i lijeve strane.