

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Dijagnostička, medicinska i laboratorijska oprema za mikrobiologiju

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE

PIB:

02015340

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da
60 dana od dana otvaranja	Rok važenja ponude	Da
Mjesto izvršenja ugovora je magacin Instituta za javno zdravlje Crne Gore, u ulici Džona Džeksona bb, Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Rok plaćanja do 60 dana od dana uredno izvršene isporuke i ispostavljene fakture.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja	Da

Uslovi plaćanja su: roba mora biti isporučena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa isporučenom robom, ponudom i zaključenim ugovorom	Uslovi plaćanja	Da
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2 u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG”, br. 16/23, 20/23, 36/23 , 114/23, 049/24, 114/24), elektronski potpisan koji se preuzima na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki.	Obrazac 2	Da
Rok izvršenja ugovora je 60 dana od dana sklapanja ugovora,	Rok izvršenja ugovora	Da
Ponuđač je dužan da ponudi garantni rok koji ne može biti kraći od 18 mjeseci za partije 1 i 7 od dana puštanja u rad, a za ostale partije od dana isporuke opreme. Dobavljač se obavezuje da se, u toku garantnog perioda, po prijavi kvara od strane Naručioca odazove pozivu u roku od 24 sata i da kvar otkloni u roku od 15 dana od dana prijave kvara na opremi, u slučaju da se kvar ne otkloni u roku od 15 dana, opremu je neophodno zamijeniti novim istim modelom o svom trošku. Ukoliko Dobavljač ne otkloni kvar u roku iz prethodnog stava, Naručilac ima pravo na nadoknadu prouzrokovane štete tako što će za svaki dan nefunkcionisanja opreme ili dijela opreme naplatiti od Dobavljača iznos od 0,5% vrijednosti opreme u kvaru. Otklanjanje kvara po prijavljenim reklamacijama izvršiće se u prisustvu predstavnika Naručioca i Dobavljača i o istom će se sačiniti zapisnik. Svi troškovi popravke opreme u garantnom roku padaju na teret Dobavljača. Za svaki dan nefunkcionisanja ugovorene opreme u garantnom roku garancija se produžava.	Garantni rok	Da
Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda – katalog, brošuru koji je izdat od proizvođača koji sadrži opis ponuđenog proizvoda i tehničke karakteristike. Ukoliko se u katalogu ne nalaze sve tražene tehničke karakteristike ponuđač može dostaviti izjavu proizvođača kojom se dokazuje da ponuđeni aparat posjeduje zahtijevane tehničke karakteristike	Drugi uslovi	Da

Za partije 1, 2,3(za poziciju 1), 4, 5, 6, i 7 ponuđač je dužan da dostavi izjavu da će obezbijediti rezervne djelove u postgarantnom periodu u trajanju do 7 godina.	Drugi uslovi	Da
Za partiju 1 ponuđač je dužan dostaviti izjavu da će obaviti instalaciju i obuku za neograničen broj ljudi u trajanju od jedan radni dan u laboratorijama Instituta.	Drugi uslovi	Ne
Za partiju 7 ponuđač je dužan dostaviti izjavu da će obaviti instalaciju i obuku za neograničen broj ljudi u trajanju od jedan radni dan u laboratorijama Instituta.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor dostavi naručiocu: bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 7 (sedam) dana duže od ugovorenog roka, koju je Naručilac dužan aktivirati u slučaju kršenja ugovora od strane Izvršioca. Garancija za dobro izvršenje ugovora dostavlja se na iznos sa uračunatim PDV-om.	Drugi uslovi	Da

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi	Da

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da
60 dana od dana otvaranja	Rok važenja ponude	Da
Mjesto izvršenja ugovora je magacin Instituta za javno zdravlje Crne Gore, u ulici Džona Džeksona bb, Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Rok plaćanja do 60 dana od dana uredno izvršene isporuke i ispostavljene fakture.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja	Da
Uslovi plaćanja su: roba mora biti isporučena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa isporučenom robom, ponudom i zaključenim ugovorom	Uslovi plaćanja	Da
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2 u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 16/23, 20/23, 36/23 , 114/23, 049/24, 114/24), elektronski potpisan koji se preuzima na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki.	Obrazac 2	Da
Rok izvršenja ugovora je 60 dana od dana sklapanja ugovora,	Rok izvršenja ugovora	Da

Ponuđač je dužan da ponudi garantni rok koji ne može biti kraći od 18 mjeseci za partije 1 i 7 od dana puštanja u rad, a za ostale partije od dana isporuke opreme. Dobavljač se obavezuje da se, u toku garantnog perioda, po prijavi kvara od strane Naručioća odazove pozivu u roku od 24 sata i da kvar otkloni u roku od 15 dana od dana prijave kvara na opremi, u slučaju da se kvar ne otkloni u roku od 15 dana, opremu je neophodno zamijeniti novim istim modelom o svom trošku. Ukoliko Dobavljač ne otkloni kvar u roku iz prethodnog stava, Naručilac ima pravo na nadoknadu prouzrokovane štete tako što će za svaki dan nefunkcionisanja opreme ili dijela opreme naplatiti od Dobavljača iznos od 0,5% vrijednosti opreme u kvaru. Otklanjanje kvara po prijavljenim reklamacijama izvršiće se u prisustvu predstavnika Naručioća i Dobavljača i o istom će se sačiniti zapisnik. Svi troškovi popravke opreme u garantnom roku padaju na teret Dobavljača. Za svaki dan nefunkcionisanja ugovorene opreme u garantnom roku garancija se produžava.	Garantni rok	Da
Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda – katalog, brošuru koji je izdat od proizvođača koji sadrži opis ponuđenog proizvoda i tehničke karakteristike. Ukoliko se u katalogu ne nalaze sve tražene tehničke karakteristike ponuđač može dostaviti izjavu proizvođača kojom se dokazuje da ponuđeni aparat posjeduje zahtijevane tehničke karakteristike	Drugi uslovi	Da
Za partije 1, 2, 3 (za poziciju 1), 4, 5, 6, i 7 ponuđač je dužan da dostavi izjavu da će obezbijediti rezervne dijelove u postgarantnom periodu u trajanju do 7 godina.	Drugi uslovi	Da
Za partiju 1 ponuđač je dužan dostaviti izjavu da će obaviti instalaciju i obuku za neograničen broj ljudi u trajanju od jedan radni dan u laboratorijama Instituta.	Drugi uslovi	Ne
Za partiju 7 ponuđač je dužan dostaviti izjavu da će obaviti instalaciju i obuku za neograničen broj ljudi u trajanju od jedan radni dan u laboratorijama Instituta.	Drugi uslovi	Ne

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor dostavi naručiocu: bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 7 (sedam) dana duže od ugovorenog roka, koju je Naručilac dužan aktivirati u slučaju kršenja ugovora od strane Izvršioca. Garancija za dobro izvršenje ugovora dostavlja se na iznos sa uračunatim PDV-om.	Drugi uslovi	Da
---	--------------	----

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

1	PCR kabinet	3800.00	1	Nabavka I isporuka Pcr kabineta	PCR kabinet • dizajniran za operacije sa DNK uzorcima i drugim radnim metodama • instalirana UV-C lampa, koja dezinfikuje radnu površinu • prednji i bočni zidovi kabineta od stakla (EUROGLASS) • leđa i radna površina kabineta od nerđajućeg čelika • Dimenzije radne površine (D x Š) 640-650 x 485-495 mm • funkcija automatskog zaustavljanja UV lampe prilikom otvaranja prednje zaštitne ploče • UV recirkulator • digitalni tajmer za kontrolu trajanja direktnog UV zračenja • dodatni sto/postolje za komoru • Priključak napajanja 230V AC 50hz, euro priključak	1.00	kom
---	-------------	---------	---	---------------------------------	--	------	-----

	2 Centrifuga	1290.00	1 Nabavka I isporuka mini spin centrifuge	Mini Spin centrifuga • Vrijeme ubrzavanja <24 sek. • Vrijeme zautavljanja <10 sek. • Digitalni displej za vrijeme i brzinu • Rotor od aluminijuma • Poseban taster za kratko centrifugiranje • Dijagnostika neravnoteže rotora sa automatskim zaustavljanjem • Zvučni signal za kraj ciklusa • Kapacitet 12 epruveta od 1,5/2,0 mL (sa rotorom) • Maks. RCF 15.588 x g (sa rotorom) • Uključen rotor sa 12 mjesta, poklopac • Opseg kontrole brzine u ospegu od 1.000 do 16.250 obrtaja/min • Maks. brzina 16.250 rpm • LCD ekran, 2 x 16 karaktera	1.00	kom
--	--------------	---------	---	--	------	-----

3	Tehnička vaga I set tegova	1640.00	1	Nabavka digitalne tehničke vage	Tehnička digitalna vaga • Rezolucija: 1 mg• Max Kapacitet:210 g• Ekran: LCD• Dimenzije ploče za mjerenje: 125-130 x 125-130 mm• Reproducibilnost: 0.5 mg• Linearnost: ± 2 mg• Vreme stabilizacije do 2 s• Komunikacioni interfejs 2×RS232 ¹ , USB-A, USB-B• CE znak • Priključak napajanja 230V AC 50hz, euro priključak	1.00	kom
			2	Nabavka seta tegova	Set radnih tegova za internu kontrolu mase • minimalan sadržaj seta 1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 50g, 100g i 200g • Klasa F2 • PCA Kalibracioni sertifikat • Kutija za čuvanje	1.00	kom

4	Mjerač gustine	900.00	1	Nabavka I isporuka Denzimata	Denzimat • mjeri optičku gustinu bakterijskog inokuluma proizvedenog u ampuli tečnog medijuma • Automatsko uključivanje kada se ampula ubaci u optički blok Optičke karakteristike – Izvor svjetlosti: LED 950 nm – Centralni fotosenzor – Bočni fotosenzor – Logaritamski prikaz u McFarland jedinicama: 0,5 McF do 7,5 McF -Priključak napajanja 230V AC 50hz, euro priključak	1.00	kom
5	Ultrazvučno kupatilo	600.00	1	Nabavka I isporuka ultrazvučnog kupatila	Ultrazvučno kupatilo • Ultrazvučno kupatilo zapremine od 1,5 do 2 lit. • korpa od nerđajućeg čelika sa korpom i poklopcem • Tajmer 1-15 min. • Ultrazvučna frekvencija od 44-50 kHz. • Ultrazvučna snaga od 35-45 W. •Priključak napajanja 230V AC 50hz, euro priključak	1.00	kom

6	Blender	4500.00	1	Nabavka blendera za kese	Laboratorijski blender za kese • Oplata od nerđajućeg čelika 304L • Optimalna zapremina mešanja: 50 - 400 mL • Promjenljiva brzina: 4, 6, 8, 10 udaraca/sekundi • Promjenljivo vrijeme miješanja: 1 sekunda - 1 sat ili odbrojavanje • Tiho mješanje do 50 dB - Priključak napajanja 230V AC 50hz, euro priključak	1.00	kom
7	Mikrobiološki zaštitni kabinet	6400.00	1	Nabavka laminarne komore	Mikrobiološka Laminarna komora klase II, sa UV lampom i postoljem: Zaštita operatera , uzorka i okoline; Korisne max dimenzije (ŠxDxV): 732 x 380 x 580 mm Ukupne max dimenzije bez postolja (ŠxDxV): 830 x 652 x 980 mm Radni otvor za operatera: 200 mm Nivo buke <53 dBA Nivo osvetljenja >800 lux, -digitalni ekran, opremljen alarmom; bezbjednost vazduha u klasi ISO 3, po standardu ISO 14644-1, radna površina i zadnja strana od nerđajućeg čelika AISI 304L;--Priključak napajanja 230V AC 50hz, euro priključak	1.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	PCR kabinet	3800.00	1	Nabavka I isporuka Pcr kabineta	PCR kabinet • dizajniran za operacije sa DNK uzorcima i drugim radnim metodama • instalirana UV-C lampa, koja dezinfikuje radnu površinu • prednji i bočni zidovi kabineta od stakla (EUROGLASS) • leđa i radna površina kabineta od nerđajućeg čelika • Dimenzije radne površine (D x Š) 640-650 x 485-495 mm • funkcija automatskog zaustavljanja UV lampe prilikom otvaranja prednje zaštitne ploče • UV recirkulator • digitalni tajmer za kontrolu trajanja direktnog UV zračenja • dodatni sto/postolje za komoru • Priključak napajanja 230V AC 50hz, euro priključak	1.00	kom

	2 Centrifuga	1290.00	1 Nabavka I isporuka mini spin centrifuge	Mini Spin centrifuga • Vrijeme ubrzavanja <24 sek. • Vrijeme zautavljanja <10 sek. • Digitalni displej za vrijeme i brzinu • Rotor od aluminijuma • Poseban taster za kratko centrifugiranje • Dijagnostika neravnoteže rotora sa automatskim zaustavljanjem • Zvučni signal za kraj ciklusa • Kapacitet 12 epruveta od 1,5/2,0 mL (sa rotorom) • Maks. RCF 15.588 x g (sa rotorom) • Uključen rotor sa 12 mjesta, poklopac • Opseg kontrole brzine u ospegu od 1.000 do 16.250 obrtaja/min • Maks. brzina 16.250 rpm • LCD ekran, 2 x 16 karaktera	1.00	kom
--	--------------	---------	---	--	------	-----

3	Tehnička vaga I set tegova	1640.00	1	Nabavka digitalne tehničke vage	Tehnička digitalna vaga • Rezolucija: 1 mg• Max Kapacitet:210 g• Ekran: LCD• Dimenzije ploče za mjerenje: 125-130 x 125-130 mm• Reproducibilnost: 0.5 mg• Linearnost: ± 2 mg• Vreme stabilizacije do 2 s• Komunikacioni interfejs 2×RS232 ¹ , USB-A, USB-B• CE znak • Priključak napajanja 230V AC 50hz, euro priključak	1.00	kom
			2	Nabavka seta tegova	Set radnih tegova za internu kontrolu mase • minimalan sadržaj seta 1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 50g, 100g i 200g • Klasa F2 • PCA Kalibracioni sertifikat • Kutija za čuvanje	1.00	kom

4	Mjerač gustine	900.00	1	Nabavka I isporuka Denzimata	Denzimat • mjeri optičku gustinu bakterijskog inokuluma proizvedenog u ampuli tečnog medijuma • Automatsko uključivanje kada se ampula ubaci u optički blok - Optičke karakteristike – Izvor svjetlosti: LED 950 nm – Centralni fotosenzor – Bočni fotosenzor – Logaritamski prikaz u McFarland jedinicama: 0,5 McF do 7,5 McF -Priključak napajanja 230V AC 50hz, euro priključak	1.00	kom
5	Ultrazvučno kupatilo	600.00	1	Nabavka I isporuka ultrazvučnog kupatila	Ultrazvučno kupatilo • Ultrazvučno kupatilo zapremine od 1,5 do 2 lit. • korpa od nerđajućeg čelika sa korpom i poklopcem • Tajmer 1-15 min. • Ultrazvučna frekvencija od 44-50 kHz. • Ultrazvučna snaga od 35-45 W. •Priključak napajanja 230V AC 50hz, euro priključak	1.00	kom

6	Blender	4500.00	1	Nabavka blendera za kese	Laboratorijski blender za kese • Oplata od nerđajućeg čelika 304L • Optimalna zapremina mešanja: 50 - 400 mL • Promjenljiva brzina: 4, 6, 8, 10 udaraca/sekundi • Promjenljivo vrijeme miješanja: 1 sekunda - 1 sat ili odbrojavanje • Tiho mješanje do 50 dB - Priključak napajanja 230V AC 50hz, euro priključak	1.00	kom
7	Mikrobiološki zaštitni kabinet	6400.00	1	Nabavka laminarne komore	Mikrobiološka Laminarna komora klase II, sa UV lampom i postoljem: Zaštita operatera , uzorka i okoline; Korisne max dimenzije (ŠxDxV): 732 x 380 x 580 mm Ukupne max dimenzije bez postolja (ŠxDxV): 830 x 652 x 980 mm Radni otvor za operatera: 200 mm Nivo buke <53 dBA Nivo osvetljenja >800 lux, -digitalni ekran, opremljen alarmom; bezbjednost vazduha u klasi ISO 3, po standardu ISO 14644-1, radna površina i zadnja strana od nerđajućeg čelika AISI 304L;--Priključak napajanja 230V AC 50hz, euro priključak	1.00	kom

