

PREGLED POSTUPKA #96479

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JZU OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE
PIB	02014670
E-mail	opstabolnicabp@gmail.com
Telefon	050/684-142
Internet adresa	www.bpbolnica.me
Fax	
Adresa	Medanovići bb
Grad	Bijelo Polje
Poštanski broj	84000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Kompresorska stanica gasova
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Armin Spahic
Kontakt	-
Datum objave	21.07.2025. 10:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Kompresorska stanica gasova	21.07.2025 10:00	24.07.2025 10:00	24.07.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki.2, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, 020/23 od 22.02.2023. godine, 036/23 od 29.03.2023. godine, 114/23 od 19.12.2023. godine, 049/24 od 29.05.2024. godine i 114/24 od 29.11.2024).	Obrazac 2
Privredni subjekat je dužan da angažuje najmanje 2 (dva) serviseru obučena za servisiranje i montažu sklopova, djelova, elemenata sistema medicinskih gasova kod proizvođača navedenog u ponudi; i 2 (dva) lemioca za bakarne cijevi. Isto se dokazuje dostavljanjem: dokaza o angažmanu izvršioca (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu, djelu i dr.) i dokaza kvalifikacijama izvršioca opredmetne nabavke u skladu sa zakonom: kopije sertifikata serviseru; kopija sertifikata za lemioce po EN ISO 13585:2013 ili ekvivalent.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi ovlašćenje proizvođača kompresorske stanice za učešće u postupku javne nabavke.	Drugi uslovi
Ugovor se zaključuje na rok od 30 dana. Rok pojedinačnih aktivnosti : isporuka opreme, instaliranje opreme, testiranje, sertifikovanje ne mogu biti duži od 30 dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Poštovanje standarda u pogledu materijala i radova vezanih za predmet nabavke: Cijevi koje se ugrađuju moraju biti atestirane, dezoksidirane, odmašćene, bakarne, tvrdoće R290 za medicinsku upotrebu u skladu sa DIN EN 13348. Ponuđač je dužan da dostavi dokaz: kopije atesta cijevi po standard EN13348. Napomena: svaka cijev je označena, sa ugraviranim standardom, brojem šarže kada je napravljena,čepirana i odmašćena.	Drugi uslovi
Dostaviti dokaz da izvođač ima uspostavljen sistem kvaliteta - ISO 9001 i - ISO 13485.	Drugi uslovi
Rok plaćanja 30 dana od dana uredno izvršene isporuke, instaliranja opreme, testiranja, puštanja u rad i ispostavljene fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja - virmanski.	Način plaćanja
Garantni rok: Na isporučenu i ugrađenu opremu garantni rok je godinu dana.	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Rok isporuke, vrednovaće se na način što se ponuđeni rok isporuke podijeli sa najkraćim ponuđenim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa - 30 bodova po formuli: $\text{Broj bodova} = C (\text{ponuđeni rok isporuke}) / C (\text{najkraći ponuđeni rok isporuke}) * 30$. Rok isporuka opreme, instaliranje opreme, testiranje, sertifikovanje ne mogu biti duži od 30 dana od dana potpisivanja ugovora.

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 19.995,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Stanica komprimovanog vazduha KV5 sa kompresorskom jedinicom, filterskom i redukcionom grupom, freonskim sušačem, armaturom i cjevovodima.	Sastoji se od: - Usisni kapacitet2 x 500 lit/min - Efektivni kapacitet2 x 370 lit/min - Radni pritisakdo 10 bar - Snaga2 x 3,2 kW - Napajanje trofazno400V - Broj cilindara.....2 x 1 kom - Brzina rotacije.....2 x.1.450 o/min - Rezervoar270 lit - Elektronski odvajač kondenzata.... - Bekomat - Elektrokomandni orman sa kontaktorim i kontrolom rada klipnih pumpi i rasterećenjem preko solenoidnog ventila - filterske grupe, - sterilnog filtera sa stepenom filtracije 0,01µm - frižiderskog sušača vazduha, - elektronskog odvajača kondenzata na rezervoaru, - redukcione grupe, - kuglastih ventila i manometara, - odvajač uljnih kondenzata	1,00 kom
2	Cu cijev	Ø 15 x 1 mm	20,00 m
3	Cu cijev	Ø 22 x 1 mm	30,00 m

4	Fiting (lukovi, T komadi, reducirati i sl.)	Fiting (lukovi, T komadi, reducirati i sl.)	1,00 pau
5	Montaža, ispitivanje, puštanje u rad	Montaža, ispitivanje, puštanje u rad	1,00 pau