

Broj: 3020/25/353/4-6194
Podgorica, 21.07.2025. godine

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 03/23, 11/23 i 84/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke Instituta za lijekove i medicinska sredstva, na zahtjev privrednog subjekta Professional Development Group doo Podgorica, od 16.07.2025. godine, daje

POJAŠNJENJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE

broj 3020/25/353/3-6194 od 09.07.2025. godine za otvoreni postupak javne nabavke laboratorijskih instrumenata i prateće opreme

Pitanje:

Stavka 1 "HPLC uređaj/aparat" Tenderskom dokumentacijom zahtijevali ste sistem tolerancije pritiska ≥ 700 , a protok $\geq 0.001-10\text{ml/min}$.

Da li je za Naručioca prihvatljiv sistem koji ima toleranciju radnog pritiska od 600bar, pri protoku od 0,001-10ml/min, budući da ni jedan proizvođač ne može da zadovolji radni pritisak od 700bar pri protocima većim od 5ml/min?

Odgovor:

Istraživanjem tržišta Naručilac je utvrdio da postoje HPLC sistemi koji zadovoljavaju u tenderskoj dokumentaciji navedenu specifikaciju. Pored navedenog, i u prethodnom pozivu za nadmetanje koji je za ovu nabavku sproveden krajem 2024. godine, ponuđači su dostavljali ponude prema kojima su bili ponuđeni HPLC sistemi sa tolerancijom pritiska $\geq 700\text{bar}$, a protokom $\geq 0.001-10\text{ml/min}$. Imajući u vidu navedeno, kao i potrebe Naručioca, za Naručioca nije prihvatljiv instrument čije su specifikacije nižih vrijednosti u odnosu na zahtijevane.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke
Predsjednik komisije



Mr David Kočović

Struka i nauka u službi zdravlja

T: +382 (0) 20 310 280
+382 (0) 20 310 281
+382 (0) 20 310 580

M: info@cinmed.me
W: www.cinmed.me
A: Bulevar Ivana Crnojevića 64a,
81000 Podgorica, Crna Gora

PIB: 02739658
ŽR: 520-3603-33 – Hipotekarna banka
530-166587-93 – NLB banka