

Na osnovu člana 4 stav 5 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23 i 49/24), postupajući po zahtjevu zainteresovanog lica od 18.07.2025 15:33h i 22.07.2025 09:49h u postupku broj #95398, službenik za javne nabavke JZU Dom zdravlja Kotor dostavlja sledeće:

POJAŠNJENJE B R. 2

Pitanje 1:

- Potrebno pojašnjenje da li je došlo do greške prilikom upisivanja dimenzija stavke 4 – Pokrovno staklo obično 25x75mm, jer pokrovna stakla u ovim dimenzijama ne postoje?

Odgovor 1: Poštovani, u konsultaciji sa laboratorijskim tehničarom izvršena je ispravka Zahtjeva za podnošenje ponuda – na način da su dimenzije stakla 18x18mm.

Pitanje 2:


- Potrebno nam je pojašnjenje vezano za partiju 4 – Gotove hranljive podloge: Da li ste pod dimenzijom 100 x 90 mm Columbia agar + 5% sheep blood, kako je zahtevano u pregledu postupka, ustvari mislili na petri posudu Ø 90mm

Odgovor 2: Poštovani, kod Gotovih hranljivih podloga - Columbia agar + 5% sheep blood dimenzije Ø 90mm su u redu. Izvršena je ispravka Zahtjeva za podnošenje ponuda u tom dijelu.

S poštovanjem,

Olivera Todorović, Službenik za javne nabavke

JZU Dom zdravlja Kotor



Kotor, 22.07.2025. godine

Broj: 01-1261/1