

UNIVERZITET CRNE GORE

Broj: 01/14-206/5

Mjesto i datum: Podgorica, 30.07.2025. godine

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19 od 30.12.2019. godine, 003/23 od 10.01.2023. godine, 011/23 od 27.01.2023. godine i 084/24 od 06.09.2024. godine), UNIVERZITET CRNE GORE postupa po Zahtjevu za pojašnjenje tenderske dokumentacije dostavljeno dana 25.07.2025. godine i objavljuje

POJAŠNJENJE BR. 1 TENDERSKE DOKUMENTACIJE

broj 01/14-206/2 od 18.07.2025. godine za otvoreni postupak javne nabavke ICP-OES optičkog emisionog spektrometra sa pripadajućom opremom, sistema za mikrotalasnu digestiju i uređaja za mjerenje koeficijenta refleksije/apsorpcije filter papira za potrebe Metalurško-tehnološkog fakulteta

Pitanje 1: Tenderskom dokumentacijom, za **stavku 1 (partija 1)** zahtijevana je sledeća karakteristika: "*moгуćnost rada sa uređajem na protoku argona u plazmi od 8L/min* "

Ovako napisana karakteristika, tehnički je nemušta. Ako se zahtijeva samo mogućnost rada pri 8 L/min - to je tehnički prihvatljivo. Ako je 8 L/min postavljen kao ograničenje ili obavezni režim - to je tehnički neopravdano. U realnim laboratorijskim uslovima, čak i kod uzoraka sa minimalnim smetnjama (npr. voda visoke čistoće), održavanje plazme pri 8 L/min može biti nestabilno i nepouzđano. Većina uređaja koristi protok plazme od minimalno 8 L/min pa sve do 20 L/min i više zavisno od matriksa. Bez te preciznosti, zahtijev može biti dvosmislen, tehnički neodrživ i tržišno ograničavajući. Sistem treba da omogućava stabilan rad plazme pri protoku argona u rasponu od minimum 8 L/min, u zavisnosti od tipa uzorka i potrebne osetljivosti. Molimo da shodno tome definišete specifikaciju detaljnije i da dopunite tehničku specifikaciju sa minimalnim zahtijevima. Pitanje: Potrebno pojasniti na koji način je ovaj zahtijev postavljen - tj. da li se odnosi na mogućnost rada, ili se definiše kao ograničenje ili standardni režim rada uređaja na kome uređaj radi u kontinuitetu?

Odgovor naručioca:

Naručilac ostaje pri zahtijevanoj tehničkoj karakteristici ne ograničavajući potencijane ponuđače da ponude svoja tehnička rešenja. Vodeći se svojim potrebama a znajući da potrošnja argona direktno utice na eksploatacione troškove rada sa ICP-OES-om definisali smo ovu tehničku karakteristiku. Primjera radi uređaj sa zahtijevanom tehničkom karakteristikom pri radu plazme na protoku 8L/min u odnosu na uređaj koji ima protok od 16 L/min potroši bocu argona za duplo duže vrijeme. Naručilac nema potrebe da kupuje opremu koja zahtijeva više eksploatacione troškove ako na tržištu postoji oprema više različitih proizvođača koja može ispuniti tražene karakteristike, i čak raditi na manjim protocima plazme od zahtijevanog. **Pitanje 2:** Tenderskom dokumentacijom, za **stavku 1 (partija 1)** zahtijevana je sledeća karakteristika: "*Peristaltička pumpa sa četiri kanala, minimalne brzine od 0.2 do 7 ml/min, kompjuterski kontrolisana*"

Da li je prihvatljivo da ponuđeni uređaj koristi četvorokanalnu peristaltičku pumpu sa opsegom brzine od 0-80 rpm, koja u kombinaciji sa cevima unutrašnjeg prečnika 1.03 mm koja se koriste za unos uzorka, ostvaruje protok u rasponu od 0.28 do 11.2 ml/min, čime je obuhvaćen traženi opseg od 0.2 do 7 ml/min?


Odgovor naručioca:

Naručilac ostaje pri zahtijevanoj tehničkoj karakteristici ne ograničavajući potencijane ponuđače da ponude svoja tehnička rešenja.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

mr Ranko Rakočević

 S.r