

BOLNICA NIKŠIĆ

Broj: 7239

Nikšić, 11.08.2025. godine

Shodno čl. 94 Zakona o javnim nabavkama (Sl.list CG broj 74/19, 03/23 i 11/23) JZU Opšta bolnica Nikšić u svojstvu Naručioca daje:

IZMJENE TENDERSKE DOKUMENTACIJE BROJ OP 12-25 od 01.08.2025. godine (ESJN #94763) ZA NABAVKA APARATA ZA ANESTEZIJU

Izmjene tenderske dokumentacije odnose se na izmjenu Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke, u dijelu bitne karakteristike predmeta nabavke

Stavka 6: „Integrisana baterija kapaciteta 120 minuta“

Vrši se izmjena tenderske dokumentacije na sledeći način.

Stavka 6 sada glasi:

„Integrisana baterija kapaciteta minimum 90 minuta.“

Stavka 8: “Minimalna frekvencija apnea ventilacije: 3 – 20”

Vrši se izmjena tenderske dokumentacije na sledeći način.

Stavka 8 sada glasi:

„Minimalna frekvenca apnea ventilacije je: ne manje od 3 do minimalno 20.“

Stavka 9: “ Mogućnost mehaničke ventilacije u slučaju prestanka snabdijevanja gasovima iz centralnog dovoda – električno pogonjen ventilator ”

Naručilac neće vršiti Izmjene tenderske dokumentacije.

Obrazloženje:

Tehnologija izrade ventilatora sa električnim pogonom neophodna je Naručiocu zbog autonomije rada. Rad aparata ne može da zavisi od snabdijevanja gasovima iz centralnog dovoda kao i rezervnom bocom koja se kači na sam aparat jer su aparati za anesteziju predviđeni za rad u operacionim salama u kojima ne postoji dovod komprimovanog vazduha i kiseonika.

U ovakvim sala došlo bi do otežanog rada sa aparatom usljed čestih zamjena rezervnih boca a znatno bi uticalo i na troškove same ustanove. Zamjena rezervnih boca u toku operacije može uticati na bezbijednost pacijenta.

Ventilator pogonjen električnom energijom je ventilator kome nije potreban eksterni izvor komprimovanog vazduha/kiseonika, već svojim integrisanim električnim kompresorom stvara potisak kojim se pokreće meh ili klip koji dovodi kiseonik do pacijena. Pneumatski

pogonjen ventilator je ventilator koji za pokretanje meha, koji dovodi kiseonik do pacijenta, kao energiju koristi potisak komprimovanog vazduha koji stvara mehaničko kretanje. Pneumatski pogonjen ventilator nije prihvatljiv za Naručioca iz prethodno opisanog razloga, a Naručiocu nije poznato koliko svjetskih proizvođača proizvodi aparate sa električno pogonjenim ventilatorima niti čije je to rješenje.

Stavka 10: „Tidalni volumen: 20 – 1400 ml Limit pritiska od 15 do 70 cm H₂O PEEP od 0 do 20 cm H₂O Frekvencija disanja: 4 – 60 Inspiratorna pauza: 0 – 50% Osjetljivost triger: 2 – 15 L/min.“

Vrši se izmjena tenderske dokumentacije na sljedeći način.

Stavka 10 sada glasi:

„Tidalni Volumen: 20-1400 mL, Limit pritiska od 15 do 70 cm H₂O, PEEP od 4 do 20 cm H₂O, Frekvenca disanja: 4-60, Inspiratorna pauza: 5-50%, Osjetljivost triger: od 2 – 10 L/min.,“

Stavka 12: „Kolor ekran veličine minimum 10 inča, za očitavanje parametara ventilacije kao i prikaz krive.“

Naručilac neće vršiti Izmjene tenderske dokumentacije.

Obrazloženje:

Navedene su minimalne tehničke karakteristike koje aparat mora da posjeduje. Svaki ponuđač koji ponudi specificirane ili bolje karakteristike biće prihvaćen. Samim tim ukoliko ponuđač ponudi displej od 15 inča biće prihvaćen.

Stavka 21: „Monitor ima rotaciono dugme za navigaciju po ekranu, izbor i potvrdu funkcija, kao i zasebnu fiksnu dugmad vertikalno postavljeno za sledeće funkcije: - pauziranje zvuka alarma - NIBP mjerenje - prikaz trendova - zamrzavanje krivih na ekranu - štampanje na integrisanom štampaču - ulazak u meni“

Naručilac neće vršiti Izmjene tenderske dokumentacije.

Obrazloženje:

Naručilac je definisao svoje objektivne potrebe sve u cilju što bolje zdravstvene njege pacijenata.

Iz tog razloga neophodno je da pristup svim parametrima od vitalne važnosti za život pacijenta budu brži i lako pristupni. Samo opcija sa dugmadima osjetljivim na dodir nijesu prihvatljiva za naručioca jer su konfigurabilna i mogu da mijenjaju poziciju na ekranu u zavisnosti od postavke koju svaki korisnik može da modifikuje. Napominjemo, oprema se koristi u operacionoj sali gdje je obavezno korišćenje hiruških rukavica koje dodatno otežavaju korišćenje dugmadi osjetljivih na dodir (touch screen).

Stavka 25: „Pacijent monitor poseduje internu integrisanu bateriju, sa mogućnošću rada na baterijsko napajanje minimum 5h.“

Vrši se izmjena tenderske dokumentacije na sledeći način.

Stavka 25 sada glasi:

„Pacijent monitor posjeduje internu integrisanu bateriju, sa mogućnošću rada na baterijsko napajanje minimum 4h“.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

- 1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
- 2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
- 3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>

KOMISIJA ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDA

1. Boris Papić, dipl. pravnik. – predsjednik
2. Danilo Radulović, dipl. ecc, službenik za javne nabavke – član
3. Luka Tadić, mašinski inženjer – član