



**CRNA GORA**  
**ZAVOD ZA HIDROMETEOROLOGIJU**  
**I SEIZMOLOGIJU**



Broj: 01-2611/2  
Podgorica, 22. 08. 2025.

Na osnovu člana 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023, 084/24 od 06.09.2024), postupajući po zahtjevu za pojašnjenje – podnesenom u otvorenom postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji broj 01-2354/2, objavljenoj na Portalu CEJN dana 08.08.2025, šifra postupka 96838, za nabavku (roba) „Revitalizacija mreže meteoroloških stanica - nabavka automatskih meteoroloških stanica“, CPV 38127000 - Meteorološke stanice, ukupne procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke bez uračunatog PDV-a 388.425,00 €, redni broj nabavke 9 iz Plana javnih nabavki 22045 od 29.07.2025, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke objavljuje odgovor na zahtijevano pojašnjenje kako slijedi:

**POJAŠNJENJE**  
**broj 3**

po Tenderskoj dokumentaciji broj 01-2354/2 od 08.08.2025.  
(šifra postupka 96838 od 08.08.2025)

za

nabavku „Revitalizacija mreže meteoroloških stanica - nabavka automatskih meteoroloških stanica“

Pitanje 1:

U prilogu je dokaz i za dio dokumentacije koji nije moguće otvoriti na način da se može očitati tekst. Molimo Vas da otklonite nepravilnosti na koje smo Vam ukazali, kako bi ponudjaci mogli da imaju jednak pristup postupku javne nabavke.

**PRILOG ISJJEČAK DOKUMENT NK20231103**

Odgovor:

Postupajući u skladu sa članom 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023, 084/24 od 06.09.2024) a shodno vašem obraćanju od 20.08.2025. godine, kojim nas informišete „da nam dostavljate dokaz **(PRILOG ISJJEČAK DOKUMENT NK20231103)** i za dio dokumentacije koji nije moguće otvoriti na način da se može očitati tekst, te nas molite da otklonimo nepravilnosti na koje ste nam ukazali, kako bi ponuđači mogli da imaju jednak pristup postupku javne nabavke“, informišemo vas kako slijedi:



CRNA GORA  
ZAVOD ZA HIDROMETEOROLOGIJU  
I SEIZMOLOGIJU



- **Fajl pod imenom NK 20231103 (1).txt je txt fajl koji otvaraju Notepad, Notepad++, Wordpress**

Fajl pod imenom NK 20231103 (1).txt je txt fajl koji predstavlja dnevne izvještaje sa stanice u Nikšiću.

Grupa 911xx predstavlja podatke o najjačim udarima vjetra, te je vidljivo da su u većem broju termina zabilježeni udari koji zahtijevaju da se pri nabavci senzora za brzinu vjetra traži povećan mjerni opseg. Stoga je jedan od zahtjeva kroz tehničku specifikaciju senzora za brzinu vjetra mogućnost mjerenja brzina do 90 m/s.

**Dakle, navedeni fajl je, uz tendersku dokumentaciju, priložen isključivo kao dokaz zašto se Naručilac prilikom određivanja tehničkih specifikacija opredijelio da zahtijeva da senzor za vjetar pokrije brzinu do 90 m/s, inače nema značaj za ponuđača u smislu dodatnog uslova koji je potrebno ispuniti, već služi samo kao informacija ponuđačima zašto je jedan od parametara u okviru tehničke specifikacije utvrđen na način kako je utvrđen.**

S poštovanjem,

ZA KOMISIJU ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE  
Milica Mihaljević, dipl. ecc.