

Na osnovu člana 4 stav 5 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23 i 49/24), postupajući po zahtjevu zainteresovanog lica od 25.8.2025 12:59 u postupku broj #98257, službenik za javne nabavke JZU Dom zdravlja Kotor dostavlja sledeće:

POJAŠNJENJE B R. 2

Pitanje:

Za stavku 2 B MOP PROFESIONAL TEST (PAKOVANJE 10X1 TEST), tražili pakovanje od 10 komada. Kao jedinicu mjere ste odredili komad. Da li to znači da se cijena daje za jedan test? Ako je jedinična cijena određena na komad onda svako ne bi trebalo da se određuje pakovanje.

U tom smislu, i za stavke 1 i 3 trebalo bi dozvoliti da se mogu ponuditi različita pakovanja (npr. da li je moguće ponuditi pakovanje od 5 komada) jer nemaju svi proizvođači ista pakovanja i precizno specificirano pakovanje predstavlja ograničavajući faktor i suprotno je načelu obezbjeđenja konkurentnosti, a osim toga samo pakovanje nije nešto što utiče na funkciju i efikasnost samog testa. Da li ćete ukloniti definisana pakovanja iz specifikacije ili dozvoliti da se ponude različita pakovanja obzirom da se svakako u ponudi daju cijene na 1 komad tj. test?

Za stavku 4 TEST NA ALKOHOL, molimo za pojašnjenje koju osjetljivost je potrebno da posjeduje ponuđeni test 500ng/mL ili 1000ng/mL? Logično je da je efikasniji test sa 500ng/mL jer detektuje niže koncentracije alkohola pa je 1000ng/mL sasvim suvišno u specifikaciji. Molimo za odgovor da li ćete u skladu sa navedenim izvršiti izmjenu specifikacije?


Odgovor: Poštovani, definisana pakovanja testova na drogu će biti uklonjena iz opisa u dijelu tehničke specifikacije predmeta nabavke.

Za stavku 4, potrebna osjetljivost je minimalno 500ng/mL, te će gornja granica biti uklonjena iz opisa u dijelu tehničke specifikacije predmeta nabavke.

S poštovanjem,

Olivera Todorović, Službenik za javne nabavke

JZU Dom zdravlja Kotor



Broj: 01-1464/2

Datum: 25.08.2025. godine