

PREGLED POSTUPKA #98642

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka defibrilatora za potrebe bolnice Meljine
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zorica Begović
Kontakt	Zorica Begović
Datum objave	28.08.2025. 09:00
Napomena	Defibrilator je donacija opštine Herceg Novi bolnici Meljine

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka defibrilatora za potrebe bolnice Meljine	28.08.2025 09:00	02.09.2025 09:00	02.09.2025 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	OPŠTINA HERCEG NOVI Medicinska oprema 33100000 - Medicinska oprema	82.644,63 EUR	17.355,37 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) - Rješenje Instituta (bivše Agencije) za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore o upisu u registar za promet na veliko medicinskim sredstvima.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rješenje o upisu/obnovi upisa u registar ponuđenog medicinskog sredstva izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojem je istekao rok važenja), izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore. (U slučaju da ponuđač nije nosilac upisa ponuđenog medicinskog sredstva obavezan je da dostavi ovlašćenje od lica koje je izvršilo upis ponuđenog medicinskog sredstva.) Izuzetno, ako neko od ponuđača nudi medicinsko sredstvo koje nije upisano u registar medicinskih sredstava kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, a ukoliko je to medicinsko sredstvo registrovano u zemljama Evropske Unije, SAD-a, Kanadi, Švajcarskoj, Norveškoj i zemljama bivše SFRJ, ponuđač je dužan da dostavi: a. CE znak u zavisnosti od klase; b. Sertifikat o sistemu kvaliteta ISO 13485; c. Deklaracija o konformitetu; d. Dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača.	Drugi uslovi

Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki nabavki („Službeni list Crne Gore”, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23,49/24 i 114/24) - Obrazac 2.	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 90 (devedeset) dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 30 (trideset) dana od dana potpisivanja Ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: bolnica Meljine	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: U roku od 60 (šezdeset) dana od dana uredno isporučene, instalirane i testirane opreme uz obavljanu obuku za medicinsko osoblje. Ispostavljena faktura treba da sadrži broj postupka javne nabavke i broj ugovora o javnoj nabavci, a uz istu se dostavlja zapisnik o kvantitativno i kvalitativnom prijemu robe i izvršenoj obuci osoblja	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski na žiro-račun ponuđača na osnovu uredno ispostavljene fakture i prateće dokumentacije. Ponuđač je dužan da navede naziv poslovne banke i broj žiro-računa na koji će se izvršiti plaćanje	Način plaćanja
Garantni rok: 24 mjeseca od dana potpisivanja zapisnika o uredno izvršenoj primopredaji i puštanju u rad predmetne opreme. Ponuđač se obavezuje da se, u toku garantnog perioda, po prijavi kvara od strane Naručioca odazove pozivu u roku od 24 sata i da kvar otkloni u roku od 15 dana od dana prijave kvara na opremi. U slučaju da se kvar ne otkloni u roku od 15 dana, Dobavljač je dužan isporučenu opremu -aparat, zamijeniti novim istim modelom o svom trošku. Ukoliko Dobavljač ne otkloni kvar u roku iz prethodnog stava, Naručilac ima pravo na nadoknadu prouzrokovane štete tako što će za svaki dan nefunkcionisanja opreme ili dijela opreme naplatiti od Dobavljača iznos od 0,5% vrijednosti opreme u kvaru. Otklanjanje kvara po prijavljenim reklamacijama izvršiće se u prisustvu predstavnika Naručioca i Dobavljača i o istom će se sačiniti zapisnik. Svi troškovi popravke opreme u garantnom roku padaju na teret Dobavljača. Za svaki dan nefunkcionisanja ugovorene opreme u garantnom roku garancija se produžava.	Garantni rok
Ponuđač je dužan da o danu isporuke pisanim putem obavijesti nadležne u bolnici Meljine kao krajnjeg korisnika opreme najkasnije 2 dana prije dana namjeravane isporuke iste.	Drugi uslovi

Ponuđač je dužan da dostavi originalni katalog proizvođača za ponuđene aparate sa jasno naznačenim tehničkim karakteristikama koje je naručilac zahtijevao tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan u priloženom katalogu zaokružiti ili markirati markerom svaku tehničku karakteristiku koja se zahtijeva, sa naznakom broja karakteristike iz tehničke specifikacije Naručioca.

Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 6.500,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Defibrilator	1. Bifazni defibrilator sa integrisanom AED funkcijom i funkcijom eksternog pacing-a 2. Maksimalna energija defibrilacije 200 J sa mogućnošću odabira energije: 50-100-150-200 J. 3. Integrisano strujno/baterijsko napajanje defibrilatora 4. Kapacitet baterije defibrilatora min 200 šokova maksimalnom energijom ili 8h EKG monitoringa. 5. Defibrilator je potrebno da posjeduje pedale za defibrilaciju , tastere za odabir energije, tastere za punjenje i isporuku šoka . 6. Potrebno je da defibrilator posjeduje integrisan ekran u boji, dijagonale minimum 7“ . 7. U monitoring modu na displeju potrebno je da bude omogućen prikaz min. 5-kanalnog EKG signala sa detekcijom otkaćenih elektroda. 8. Aparat treba da posjeduje integrisani, min 3- kanalni termo printer, sa štampom grafičkih i numeričkih izvještaja na termo papiru širine minimum 50 mm. 9. Štampa izvještaja je potrebno da se izvršava manuelno na zahtjev korisnika i automatski nakon izvršenog elektro šoka. 10. Aparat treba da posjeduje integrisanu funkciju automatske eksterne defibrilacije sa tekstualnim i grafičkim	1,00 kom

instrukcijama operateru.

11. Potrebno je da aparat posjeduje integrisani WiFi modul za transfer snimljenih podataka i komunikaciju sa informacionim sistemima.

12. Potrebno je da aparat posjeduje mogućnost automatskog samotestiranja ispravnosti sa automatskom štampom izvještaja.

13. Aparat treba da posjeduje integrisanu memoriju sa događajima defibrilacije, EKG-a, registrovanim događajima, pejsing informacijama , vrstom šoka, datumom i vremenom, vitalnim znacima.

14. Masa defibrilatora maksimalno 5,5kg

15. Defibrilator se isporučuje sa standardnim priborom za rad: - 1x Pedale za defibrilaciju - 1x Samolepljive elektrode za defibrilaciju odraslih i eksterni pejsing - 1x 3-žilni EKG pacijent kabl - 1x Strujni kabl - 1x Termalni papir - 1x Korisničko uputstvo na crnogorskom jeziku ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.