

Broj: 3020/24/595/28-9685
Podgorica, 01.09.2025. godine

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 03/23, 11/23 i 84/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke Instituta za lijekove i medicinska sredstva, na zahtjev privrednog subjekta Professional Development Group doo Podgorica, od 29.08.2025. godine, daje

POJAŠNJENJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE

broj 3020/25/353/12-6194 od 27.08.2025. godine za otvoreni postupak javne nabavke laboratorijskih instrumenata i prateće opreme

Pitanje:

Ovako definisana tehnička karakteristika ograničava konkurenciju, a bez uticaja na funkcionalne karakteristike predmeta nabavke. Povećanje pritiska je u direktnoj vezi sa smanjenjem protoka, pa tako uređaji koji imaju veću toleranciju pritiska imaju manji protok od 10ml/min. Iz ovoga razloga je važno da je tehnička specifikacija definisana na način da obezbjeđuje funkcionalne karakteristike predmeta nabavke, a ne da se definisanjem tehničkih karakteristika ograničava tržišna konkurencija. Naime, proizvođač Aglient Technologies, u svom portfoliju posjeduje HPLC uređaj sa protokom do 10ml/min, ali ima toleranciju pritiska do 600 bara, takođe, posjeduje HPLC uređaj sa protokom do 5ml/min, koji ima toleranciju pritiska do 800 bara. Međutim, proizvođač Therumo Scientifict posjeduje HPLC uređaj sa opsegom protoka do maksimalno 10ml/min i pritiska do 700 bara. Međutim povećanjem protoka iznad 5ml/min pritisak pada linearno do 300 bara i ovaj uređaj ne može obezbijediti pritisak od 700 bara za protok od 10ml/min. U prilogu dostavljamo brošuru proizvođača Thermo Scientifict. Iz ovoga se jasno zaključuje da je tehnička specifikacija nejasna, jer bitne karakteristike predmeta nabavke ne predstavljaju funkcionalne karakteristike predmeta nabavke. Takođe, jasno je da su tehničke karakteristike prilagođene privrednom društvu koje bi u postupku nabavke ponudio HPLC uređaj Therumo Scientifict, iako proizvođač Aglient Technologies za protok od 10ml/min, može obezbijediti viši nivo pritiska.

Da li je neophodno da tolerancija pritiska min 700 bara bude dostupna u cijelom opsegu protokola 0.001-10ml/min?

Da oli je odgovarajuće ponuditi HPLC uređaj koji posjeduje toleranciju pritiska 600 bara i protok 0.001-10ml/min?

Za koje vrste aplikacija je Naručiocu neophodan pritisak veći od 600bara?

Odgovor:

Povodom Vašeg dopisa u vezi sa tehničkom specifikacijom za stavku 1 – HPLC uređaj, a vezano za zahtjev za pojašnjenje i moguću izmjenu kriterijuma „Tolerancija pritiska: ≥ 700 bar • Protok $\geq 0.001-10$ mL/min“, obavještavamo Vas sljedeće:

Struka i nauka u službu zdravlja

T: +382 (0) 20 310 280
+382 (0) 20 310 281
+382 (0) 20 310 580

M: info@cinmed.me
W: www.cinmed.me
A: Bulevar Ivana Crnojevića 64a,
81000 Podgorica, Crna Gora

PIB: 02739658
ŽR: 520-3603-33 – Hipotekarna banka
530-166587-93 – NLB banka

Tehnička specifikacija je definisana na način koji u potpunosti osigurava funkcionalnost predmeta nabavke i ne predstavlja neopravdano ograničenje konkurencije. Traženi tehnički zahtjevi u pogledu minimalnog pritiska od 700 bara i protoka u opsegu 0.001–10 mL/min nijesu proizvoljni, već su rezultat potreba krajnjeg korisnika.

Takođe želimo podsjetiti da je u prethodnom postupku, koji je poništen, a koji je vođen pod šifrom 81275 za "Nabavku laboratorijskih instrumenata i prateće opreme", dopisom „Zahtjev za izmjenu tenderske dokumentacije“ od 06.11.2024. godine, isti ponuđač ukazao na to da je tadašnja specifikacija bila formulisana u korist proizvođača Shimadzu. Taj zahtjev, kao i svi ostali koje je isti ponuđač uputio, su tada u cijelosti usvojeni.

U ovom novom postupku, isti ponuđač sada ukazuje na to da tehnička specifikacija pogoduje drugom proizvođaču – Thermo Scientific. Ovakva kontradiktornost dodatno potvrđuje da specifikacija nije formulisana sa ciljem favorizovanja bilo kog proizvođača, već isključivo u skladu sa potrebama krajnjeg korisnika i funkcionalnim karakteristikama uređaja.

Odgovori na Vaša pitanja:

1. Ne, nije neophodno da tolerancija pritiska od najmanje 700 bara bude dostupna u cijelom opsegu protoka 0.001–10 mL/min, već je potrebno da tolerancija pritiska sistema bude jednaka ili veća od 700 bara, a opseg protoka bude 0.001–10 mL/min ili bolji.
2. Ne, nije odgovarajuće ponuditi HPLC uređaj koji posjeduje toleranciju pritiska od 600 bara, iako podržava protok 0.001–10 mL/min, jer takav uređaj ne ispunjava jedan od osnovnih tehničkih zahtjeva tenderske dokumentacije, tj. minimalnu toleranciju pritiska od 700 bara.
3. Institut za lijekove i medicinska sredstva nije u obavezi da obrazlaže planirane aktivnosti i upotrebu opreme ponuđačima.

U vezi sa navedenim, obavještavamo Vas da Naručilac neće vršiti izmjene tehničke specifikacije, jer bi izmjena narušila jednakost svih ponuđača i mogla dovesti do nesrazmjernog uticaja na kvalitet i funkcionalnost predmeta nabavke.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke
Predsjednik komisije

Mr David Kočović

