

JZU Specijalna bolnica „Vaso Cukovic“Risan

Broj:02-2517/3

Risan,15.09.2025.

IZMJENA 1

Tenderske dokumentacije br 02-2517

Tehnička specifikacija prije izmjena

1. Baterijska busilica /rimer Izradjena od titanijuma,quick zvjezdasti spoj za nasadnike za busenje i rimovanje 2.00 kom
2. Baterija NiMH tehnologija da ima ugrađen sistem elektronske provjere napunjenosti i ispravnosti baterije jačine 1,9- 2,2Ah 8.00 kom
3. Sterilni poklopac izradjen od crnog polimer/kobalt,ergonomski dio na pritisakza otvaranje,tezine 90 gr. 4.00 kom
4. Jacobs DRILL nasadnik sa ključem Napravljen od titanijuma, 0.5-7,5mm, 5Nm, 0-1.000 1/min, naprijed/nazad, kanulacija 4mm, 300-310g 2.00 kom
5. Nasadnik za kiršner igle 0.6 - 4.0 mm, broj obrtaja 0 - 1,250 rpm 2.00 kom
6. AO mali nastavak za bušilicu izrađen od titanijuma za borere 2,8mm, 0- 1,250rpm, 4.0Nm 2.00 kom
7. "Sagitalni nastavak testere za testere sa brzim mehanizmom sa maksimalnom upotrebljivom dužinom od 50 mm" 2.00 kom
8. "Nastavak za reamer sa Hudson / Zimmer prihvatom 0 – 250 obrtaja/min" 2.00 kom
9. Punjač za NiMH i Li-ion baterije sa 4 mjesta za punjenje 100-240V AC,50/60Hz sa mrežnim kablom i automatskom dijagnostikom baterije 2.00 kom
10. Dno kontejnera za sterilizaciju približnih dimenzija 590x275x135mm 2.00 kom
11. Perforirana rešetka za kontejner za sterilizaciju približnih dimenzija 540x255x110mm 2.00 kom
12. Poklopac kontejnera za sterilizaciju sa integrisanim filterom do 5000 sterilizacija 2.00 kom
- 13 .ECCOS® SET za sterilizaciju za 2 mašine sa pripadajućim nastavcima. 2.00 k

Nakon izmjena glasi:

1. Baterijska busilica /rimer Izradjena od titanijuma,quick zvjezdasti spoj za nasadnike za busenje i rimovanje 2.00 kom 66116.00
2. Baterija NiMH tehnologija da ima ugrađen sistem elektronske provjere napunjenosti i ispravnosti baterije jačine 1,9- 2,2Ah 8.00 kom
3. Sterilni poklopac izradjen od crnog polimer/kobalt,ergonomski dio na pritisakza otvaranje,tezine 90 gr. 4.00 kom
4. Jacobs DRILL nasadnik sa ključem Napravljen od titanijuma, 0.5-7,5mm, 5Nm, 0 -1.000 1/min, naprijed/nazad, kanulacija 4mm, 300-310g 2.00 kom
5. Nasadnik za kiršner igle 0.6 - 4.0 mm, broj obrtaja 0 - 1,250 rpm 2.00 kom
6. AO mali nastavak za bušilicu izrađen od titanijuma za borere 2,8mm, 0- 1,250rpm, 4.0Nm 2.00 kom
7. "Sagitalni nastavak testere za testere sa brzim mehanizmom sa maksimalnom upotrebljivom dužinom od 50 mm" 2.00 kom
8. "Nastavak za reamer sa Hudson / Zimmer prihvatom 0 – 250 obrtaja/min" 2.00 kom
9. Punjač za NiMH i Li-ion baterije sa 4 mjesta za punjenje 100-240V AC,50/60Hz sa mrežnim kablom i automatskom dijagnostikom baterije 2.00 kom
10. Dno kontejnera za sterilizaciju približnih dimenzija 590x275x135mm 2.00 kom
11. Perforirana rešetka za kontejner za sterilizaciju približnih dimenzija 540x255x110mm 2.00 kom
- 12 .Poklopac kontejnera za sterilizaciju sa integrisanim filterom do 5000 sterilizacija 2.00 kom
13. ECCOS® SET za sterilizaciju za 2 mašine sa pripadajućim nastavcima. 2.00 kom
- 14 .Baterijska oscilatorna testera Izradjena od titanijuma,250W, 0-13.000 obrtaja, približnih dimenzija 210x180x60mm 1.00 kom
15. Baterijska oscilatorna testera prava, i izrađena od titanijuma, 250W,0-13.000 obrtaja,približnih dimenzija 290x60x85mm 1.00 kom
16. Spiralni borer mala AO konekcija, Ø3,2mm,radne dužine 120mm, ukupna dužina 145mm 6.00 kom
17. Spiralni borer mala AO konekcija, Ø3,2mm,radne dužine 170mm, ukupna dužina 190mm 6.00 kom
- 18 .Spiralni borer mala AO konekcija, Ø3,5mm,radne dužine 85mm, ukupna dužina 110mm 6.00 kom
19. Spiralni borer mala AO konekcija, Ø3,5mm,radne dužine 85mm, ukupna dužina 110mm 6.00 kom
20. Spiralni borer mala AO konekcija, Ø4,5mm,radne dužine 120mm, ukupna dužina 145mm 6.00 kom
- 21 .Spiralni borer mala AO konekcija, Ø4,5mm,radne dužine 175mm, ukupna dužina 200mm 6.00 kom
22. Sagitalna (Oscilatorna) testera, radne dužine 20mm, ukupne dužine 50mm, debljina sječiva 0,7mm 5.00 kom

23. Sagitalna (Oscilatorna) testera, radne dužine 23mm, ukupne dužine 90mm, debljina sječiva 0,89mm
4.00 kom 66116.00

24. Sagitalna (Oscilatorna) testera, radne dužine 23mm, ukupne dužine 90mm, debljina sječiva 1,00mm
10.00 kom

25. Sagitalna (Oscilatorna) testera, radne dužine 23mm, ukupne dužine 90mm, debljina sječiva 1,19mm
10.00 kom

26. Sagitalna (Oscilatorna) testera, radne dužine 23mm, ukupne dužine 90mm, debljina sječiva 1,27mm
4.00 kom

27. Sagitalna (Oscilatorna) testera, radne dužine 10mm, ukupne dužine 35mm, debljina sječiva 0,5mm
3.00 kom Izvještaj generisan 15.09.

Stavka 9 Nacin,mjesto I vrijeme podnosenja I otvaranja ponuda se mijenja I glasi:

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 01.10.2025. godine do 13 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 01.10.2025. godine u 13 sati.

Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Specijalna bolnica "Vaso Cukovic" Risan;
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Specijalna bolnica "Vaso Cukovic" Risan,

radnim danima od 07 do 14 sati, zaključno sa danom 01.10.2025. godine do 13 sati.

Za komisiju za sprovođenje postupka javne nabavke

Zdraljevic Aleksandar ,dipl.pravnik

