Crna Gora
JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar
Broj 8065
Bar 17. 09. 2025 god.

JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar
Broj 8065
Bar 17.09.2025.godine

Saglasno članu 95 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), naručilac JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar, daje

ODGOVOR PO ZAHTJEVU ZA POJAŠNJENJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE
Broj 7787 od 09.09.2025.godine i poziva za nadmetanje
u OPJN broj 13-2025 ,(šifra postupka 99322)

Zainteresovano lice se obratilo , dana 15.09.2025.godine , naručiocu u postupku, sa upitom

Stavka 3

1. Da li bi bilo prihvatljivo ponuditi poluautomatski mikrotom sledećih karakteristika: sa intuitivnom kontrolnom tablom i displejem, posudom za otpad. Raspon debljine presjeka 0,5 - 100 µm Vrijednosti podešavanja Za 0.5 - 2 µm u 0.5-µm-koracima
2 - 20 µm u 1-µm- koracima
20 - 50 µm u 2-µm- koracima
50 - 100 µm u 5-µm- koracima
Raspon debljine obrezivanja 5 - 750 µm
Vrijednosti podešavanja 5 - 20 µm u 1-µm-koracima
20 - 50 µm u 2-µm- koracima
50 - 150 µm u 5-µm- koracima
150 - 750 µm u 10-µm- koracima

Odgovor: Poštovani, naručilac je u tehničkoj specifikaciji dao minimalne tehničke karakteristike, na osnovu potreba naručioca, koje treba da ispunjava ponuđeni predmet nabavke.

Molimo naručioca da pojasni o kakvoj otpadnoj vodi se odnosi zahtjev za posudom zapremine minimalno 1500 ml, antistatičkom?
Odgovor: **„Otpadna voda":**
*Radi se o **terminološkom rješenju/izrazu** koje se u širem smislu koristi da označi posudu za sakupljanje otpada – ne mora se nužno raditi o vodi, već o svim otpadnim materijalima nastalim tokom rada aparata.*

Kod mikrotoma se u toj posudi sakupljaju ***parafinske trake, sitne čestice tkiva, parafin, vlaga i kondenzat*** *koji mogu nastati tokom rezanja i hlađenja. U praksi se ponekad u posudu dodaje i* ***manja količina vode*** *radi lakšeg prikupljanja i taloženja parafinskih traka, čime se olakšava održavanje higijene i sprječava njihovo lijepljenje za zidove posude.*
Antistatička posuda sprječava nakupljanje statičkog elektriciteta, čime se onemogućava lijepljenje i rasipanje parafinskih traka i kondenzata te obezbjeđuje higijena i sigurnost rada.

Stavka 4
Molimo naručioca da pojasni iz kog razloga je predviđeno da vrijeme zagrijavanja do operativne temperature bude maksimalno 30 minuta?
Odgovor: *Zbog operativnog rada (uštede vremena).*

Da li je prihvatljivo nuditi uređaj zapremine parafinskog tanka 5,5l, sa intuitivnom kontrolnom tablom i displejem?
Odgovor: *Poštovani, naručilac je dao minimalne tehničke karakteristike, , na osnovu potreba naručioca ,koje ponuđeni predmet nabavke treba da ispounjava.*
Hladna ploča: sa intuitivnom kontrolnom tablom i displejem?

Odgovor: Hladna ploča : Displej : osjetljiv na dodir.Ostale stavke su u kriterijumu za bodovanje.

Komisija za sprovođenje postupka
Predsjednik
Mr.sci.med. Dacić dr Amel, spec.patohistolog