

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

RAZVOD GASOVA ZA MEDICINSKE SVRHE-nabavka opreme sa uslugom ugradnje u prostprijama bolnice

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

JZU OPŠTA BOLNICA BLAŽO
ORLANDIĆ BAR

PIB:

02015102

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. *Ispunjenost uslova ponuđač dokazuje podnošenjem Izjave privrenog subjekta, saglasno članu 111 Zakona o javnim nabavkama. **Dokaz za provjeru tačnosti izjave privrednog subjekta za navedeni uslov je - uvjerenje, potvrda ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. *Ispunjenost uslova ponuđač dokazuje podnošenjem Izjave privrenog subjekta, saglasno članu 111 Zakona o javnim nabavkama. **Dokaz za provjeru tačnosti izjave privrednog subjekta za navedeni uslov je - uvjerenje, potvrda ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi	Da

Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se podnošenjem Izjave privrenog subjekta, saglasno članu 111 Zakona o javnim nabavkama. ** Dokaz za provjeru tačnosti izjave privrednog subjakta za navedeni uslov je dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da
Izjava privrednog subjekta	ESPD	Da
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude	Da
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, i rokom važenja 10 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude	Da
Rok važenja ugovora uključuje vrijeme isporuke i garantni rok. Dinamika realizacije ugovora: 1. Rok isporuke je parametar za vrednovanja ponude i iskazuje se u danima od zaključenja ugovora. Pod datumom isporuke se podrazumjeva datum potpisanog zapisnika kojim se potvrđuje da je oprema isporučena , instalirana, urađeno testiranje opreme i izvršena obuka osoblja. 2. Održavanje opreme i snabdijevanje rezervnim djelovima u garantnom roku minimum 12 mjeseci od zapisnika o izvršenoj instalaciji i puštanju u rad opreme I završenoj obuci osoblja. 3. Održavanje opreme i snabdijevanje rezervnim djelovima po isteka garantnog roka - minimum 7 godina od isporuke se definiše posebnim ugovorom.	Rok izvršenja ugovora	Da

Mjesto izvršenja ugovora: prostorije naručioca -Podgrad bb Stari Bar.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Plaćanje 30 dana po ispostavljenoj fakturi . Plaćanje se vrši na osnovu 1)fakture koja obavezno sadrži poziv na broj postupka T12-2025 ili broj ugovora i 2) zapisnika o izveštenoj isporuci, instaliranju opreme i obuci osoblja potpisanim od predstavnika ponuđača i naručioca	Rok plaćanja	Da
Garantni rok je minimum 24 mjeseca od puštanja u rad opreme i završene obuke osoblja , po sljedećim uslovima: a. Ponuđač je obavezan je obezbijediti servisera koji je prošao obuku proizvođača opreme za održavanje aparata , što dokazuje dostavljanjem sertifikata proizvođača opreme o izvršenoj obuci servisera I dokaz o random angažovanju servisera. b. Ponuđač će za vrijeme garantnog roka obavljati sve redovne preventivne inspekcije i servise najmanje dva puta godišnje ili više puta ukoliko je tako definisano po preporuci proizvođača kao i interventne inspekcije i servisiranje opreme po prijavi naručioca o problemu u radu i nefunkcionisanju aparata. Servisiranje sistema za razvod medicinskih gasova pored servisne intervencije podrazumjeva i isporuku dijelova i potrošnog materijala za tehničko održavanje, o otrošku dobavljača. c. Ponuđač je odgovoran za ispravnost aparata za vrijeme trajanja ugovora u minimum 90% vremena tj.329 dana na nivou godine. d. Ponuđač je obavezan da se na prijavu kvara odazove u roku od 24 sata i kvar otklone u roku najduže do 7 dana od dana prijave kvara na aparatu. Ukoliko serviseri ponuđača ne otkloni kvar u roku iz od 7 dana, naručilac ima pravo na nadoknadu prouzrokovane štete tako što će za svaki dan nefunkcionisanja opreme ili dijela opreme naplatiti od ponuđača iznos od 0,01% vrijednosti opreme po ugovoru. f. Za svaki dan nefunkcionisanja aparata dužim od 10% vremena tj 36 dana u godini, produžava se garantni rok i rok garancije za dobro izvršenje ugovora . Dokaz o prihvatanju navedenog uslova je Izjava ponuđača o održavanju u garantnom roku I zahtijevani dokazi vezani za servisera (tačka 1 ovog uslova).	Garantni rok	Da

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: 1) Komisijski prijem isporuke opreme, i praćenje istaliranja , puštanja u rad i opreme, obuka osoblja. 2)Ponudač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prilikom isporuke dostavi ateste za ponuđene cijevi i automatske utičnice za O2. 3) Obezbjedeno održavanje u garantnom roku minimum 24 mjeseca po isporuci aparata. 4) Ponudač je obavezan da obezbijedi dostupnost servisne intervencije i rezervni djelovi u vangarantnom roku minimum 7 godlna po instaliranju sistema za razvod gasova. 5) Ponudač je obavezan da pruži naručiocu kontinuirana stručna podrška za rad sa isporučenom opremom. 6) Ponudač je obavezan da ,uz isporučenu opremu , naučiocu ispostavi korisničko uputstvo na crnogorskom jeziku .	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da
Privredni subjekat je dužan da angažuje najmanje 2 (dva) servisera obučena za servisiranje i montažu sklopova, djelova, elemenat sistema medicinskih gasova kod proizvođača navedenog u ponudi; i 2 (dva) lemioca za bakarne cijevi. Isto se dokazuje dostavljanjem: dokaza o angažmanu izvršioca (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu, djelu i dr.) i dokaza kvalifikacijama izvršioca predmetne nabavke nabavke u skladu sa zakonom: kopije sertifikata servisera; kopija sertifikata za lemioce po EN ISO 13585:2013 ili ekvivalent.	Drugi uslovi	Da
Ponudač je obavezan da dostavi autorizaciju/Ovlašćenje proizvođača opreme da može ponuditi njegove aparate, u predmetnom postupku javne nabavke 12-2025-šifra (99303)..	Drugi uslovi	Da

SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI: 1) Garancija za dobro izvršenje ugovora : Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da, uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu,garanciju za dobro izvršenje ugovora , za slučaj povrede ugovorenih obaveza, u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora (sa uračunatim pdv-om) i rokom važenja 12 mjeseci od zaključenja ugovora. 2) Dobavljač je dužan da najkasnije 5 dana po sačinjavanju zapisnika o isporuci instaliranju i testiranju opreme i završenoj obuci osoblja , dostavi Naručiocu: garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku i obezbjeđenje postgarantnog održavanja, u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora (sa uračunatim pdv-om) sa rokom važenja 15 dana po isteku garantnog roka. Danom predaje garancije koja se odnosi na garantni rok naručilac će dobavljaču vratiti prethodno dostavljenu garanciju za dobro izvršenje ugovora.	Drugi uslovi	Da
Održavanje u postgarantnom roku: Ponuđač se obavezuje da će u periodu od 7 godina po isporuci aparata obezbijediti snabdijevanje rezervnim djelovima proizvođača i potpuno servisno održavanje u rokovima kao i tokom garantnog roka : da se odazovu ba prijavu kvara u roku od 24 sata i kvar otklone u roku najduže do 7 dana od dana prijave. Ukoliko serviseri ponuđača ne otkloni kvar u roku iz predhodnog stava, Naručilac ima pravo na nadoknadu prouzrokovane štete tako što će za svaki dan nefunkcionisanja opreme ili dijela opreme naplatiti od ponuđača iznos od 0,01% vrijednosti opreme, Ponuđač je obavezan u sklopu ponude podnijeti IZJAVU PROIZVOĐAČA O PRIHVATANJU USLOVA VEZANO ZA POSTGARANTNO ODRŽAVANJE.	Drugi uslovi	Da
Ponuđena oprema treba da je nova i neuporebljivana. i atestirana u skladu sa standardima. Ponuđač je obavezan prilikom isporuke robe dostaviti ateste za istu.	Drugi uslovi	Da

Ponudjač je obavezan u ponudi navesti zaštićen naziv (ukoliko ima) i kataloški broj predmeta nabavke i proizvođača i uz ponudu podnijeti: 1) katalog proizvođača u kojem su obilježene i zahtijevane tehničke karakteristike ponuđenog proizvoda . 2)Ukoliko u katalogu nijesu vidljive sve zahtijevane karakteristike , dozvoljeno je dokazivanje istih izjavom proizvođača, pečatiranu i potpisanu od strane ovlaštenog lica proizvođača, . *Navedeni dokazi (katalog i izjava proizvođača) mogu biti dostavljeni i na engleskom jeziku , uz pravo naručioca da u slučaju potrebe zatraži prevod na crnogorski jezik . *Prvorangirani ponudjač je obavezan dostaviti i original izjavu proizvođača.	Drugi uslovi	Da
--	--------------	----

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. *Ispunjenost uslova ponudjač dokazuje podnošenjem Izjave privrenog subjekta, saglasno članu 111 Zakona o javnim nabavkama. **Dokaz za provjeru tačnosti izjave privrednog subjekta za navedeni uslov je - uvjerenje, potvrda ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi	Da

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. *Ispunjenost uslova ponuđač dokazuje podnošenjem Izjave privrenog subjekta, saglasno članu 111 Zakona o javnim nabavkama. **Dokaz za provjeru tačnosti izjave privrednog subjakta za navedeni uslov je - uvjerenje, potvrda ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi	Da
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se podnošenjem Izjave privrenog subjekta, saglasno članu 111 Zakona o javnim nabavkama. ** Dokaz za provjeru tačnosti izjave privrednog subjakta za navedeni uslov je dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da
Izjava privrednog subjekta	ESPD	Da
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude	Da
Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, i rokom važenja 10 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude	Da

Rok važenja ugovora uključuje vrijeme isporuke i garantni rok. Dinamika realizacije ugovora: 1. Rok isporuke je parametar za vrednovanja ponude i iskazuje se u danima od zaključenja ugovora. Pod datumom isporuke se podrazumjeva datum potpisanog zapisnika kojim se potvrđuje da je oprema isporučena , instalirana, urađeno testiranje opreme i izvršena obuka osoblja. 2. Održavanje opreme i snabdijevanje rezervnim djelovima u garantnom roku minimum 24 mjeseca od zapisnika o izvršenoj instalaciji i puštanju u rad opreme I završenoj obuci osoblja. 3. Održavanje opreme i snabdijevanje rezervnim djelovima po isteka garantnog roka - minimum 7 godina od isporuke se definiše posebnim ugovorom.	Rok izvršenja ugovora	Da
Mjesto izvršenja ugovora: prostorije naručioca -Podgrad bb Stari Bar.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Plaćanje 30 dana po ispostavljenoj fakturi . Plaćanje se vrši na osnovu 1)fakture koja obavezno sadrži poziv na broj postupka T12-2025 ili broj ugovora i 2) zapisnika o izvešenoj isporuci, instaliranju opreme i obuci osoblja potpisanim od predstavnika ponuđača i naručioca	Rok plaćanja	Da

Garantni rok na predmet nabavke je minimum 24 mjeseca od puštanja u rad opreme i završene obuke osoblja i podrazumjeva sljedeće uslove: a. Ponuđač je obavezan je obezbijediti servisera/e koji su kvalifikovani , obučeni i imaju iskustva u održavanje sistema razvoda gasova i odgovoran je za blagovremenost i kvalitet servisnih intervencija. b. Ponuđač će za vrijeme garantnog roka obavljati sve redovne preventivne inspekcije i servise najmanje dva puta godišnje ili više puta ukoliko je tako definisano po preporuci proizvođača kao i interventne inspekcije i servisiranje opreme po prijavi naručioca o problemu u radu i nefunkcionisanju aparata. Servisiranje sistema za razvod medicinskih gasova u garantnom roku, pored servisne intervencije podrazumjeva i isporuku dijelova i potrošnog materijala za tehničko održavanje, o trošku dobavljača. c. Ponuđač je odgovoran za ispravnost aparata za vrijeme trajanja ugovora u minimum 90% vremena tj.329 dana na nivou godine. d. Ponuđač je obavezan da se na prijavu kvara odazove u roku od 24 sata i kvar otklone u roku najduže do 7 dana od dana prijave kvara na aparatu. Ukoliko serviseri ponuđača ne otkloni kvar u roku iz od 7 dana, naručilac ima pravo na nadoknadu prouzrokovane štete tako što će za svaki dan nefunkcionisanja opreme ili dijela opreme naplatiti od ponuđača iznos od 0,01% vrijednosti opreme po ugovoru. f. Za svaki dan nefunkcionisanja aparata dužim od 10% vremena tj 36 dana u godini, produžava se garantni rok i rok garancije za dobro izvršenje ugovora . ***Dokaz o prihvatanju navedenog uslova je Izjava ponuđača o održavanju u garantnom roku .	Garantni rok	Da
--	--------------	----

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: 1) Komisijski prijem isporuke opreme, i praćenje istaliranja , puštanja u rad i opreme, obuka osoblja. 2)Ponudāč čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prilikom isporuke dostavi ateste za ponuđene cijevi i automatske utičnice za O2. 3) Obezbjedeno održavanje u garantnom roku minimum 24 mjeseca po isporuci aparata. 4) Ponudāč je obavezan da obezbijedi dostupnost servisne intervencije i rezervni djelovi u vangarantnom roku minimum 7 godlna po instaliranju sistema za razvod gasova. 5) Ponudāč je obavezan da pruži naručiocu kontinuirana stručna podrška za rad sa isporučenom opremom. 6) Ponudāč je obavezan da ,uz isporučenu opremu , naučiocu ispostavi korisničko uputstvo na crnogorskom jeziku .	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da
Privredni subjekat je dužan da angažuje najmanje 2 (dva) serviseru obučena za servisiranje i montažu sklopova, djelova, elemenat sistema medicinskih gasova kod proizvođača navedenog u ponudi; i 2 (dva) lemioca za bakarne cijevi. Isto se dokazuje dostavljanjem: dokaza o angažmanu izvršioca (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu, djelu i dr.) i dokaza kvalifikacijama izvršioca predmetne nabavke nabavke u skladu sa zakonom: kopije sertifikata serviseru; kopija sertifikata za lemiocce po EN ISO 13585:2013 ili ekvivalent.	Drugi uslovi	Da
Ponudāč je obavezan da dostavi autorizaciju/Ovlašćenje proizvođača opreme da može ponuditi njegove aparate, u predmetnom postupku javne nabavke 12-2025-šifra (99303)..	Drugi uslovi	Da

SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI: 1) Garancija za dobro izvršenje ugovora : Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da, uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu,garanciju za dobro izvršenje ugovora , za slučaj povrede ugovorenih obaveza, u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora (sa uračunatim pdv-om) i rokom važenja 12 mjeseci od zaključenja ugovora. 2) Dobavljač je dužan da najkasnije 5 dana po sačinjavanju zapisnika o isporuci instaliranju i testiranju opreme i završenoj obuci osoblja , dostavi Naručiocu: garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku i obezbjeđenje postgarantnog održavanja, u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora (sa uračunatim pdv-om) sa rokom važenja 15 dana po isteku garantnog roka. Danom predaje garancije koja se odnosi na garantni rok naručilac će dobavljaču vratiti prethodno dostavljenu garanciju za dobro izvršenje ugovora.	Drugi uslovi	Da
Održavanje u postgarantnom roku: Ponuđač se obavezuje da će u periodu od 7 godina po isporuci aparata obezbijediti snabdijevanje rezervnim djelovima proizvođača i potpuno servisno održavanje u rokovima kao i tokom garantnog roka : da se odazovu ba prijavu kvara u roku od 24 sata i kvar otklone u roku najduže do 7 dana od dana prijave. Ukoliko serviseri ponuđača ne otkloni kvar u roku iz predhodnog stava, Naručilac ima pravo na nadoknadu prouzrokovane štete tako što će za svaki dan nefunkcionisanja opreme ili dijela opreme naplatiti od ponuđača iznos od 0,01% vrijednosti opreme, Ponuđač je obavezan u sklopu ponude podnijeti IZJAVU PROIZVOĐAČA O PRIHVATANJU USLOVA VEZANO ZA POSTGARANTNO ODRŽAVANJE.	Drugi uslovi	Da
Ponuđena oprema treba da je nova i neuporebljivana. i atestirana u skladu sa standardima. Ponuđač je obavezan prilikom isporuke robe dostaviti ateste za istu.	Drugi uslovi	Da

Ponuđač je obavezan u ponudi navesti zaštićen naziiv (ukoliko ima) i kataloški broj predmeta nabavke i proizvođača i uz ponudu podnijeti: 1) katalog proizvođača u kojem su obilježene i zahtijevane tehničke karakteristike ponuđenog proizvoda . 2)Ukoliko u katalogu nijesu vidljive sve zahtijevane karakteristike , dozvoljeno je dokazivanje isth izjavom proizvođača, pečatiranu i potpisanu od strane ovlašćenog lica proizvođača, . *Navedeni dokazi (katalog i izjava proizvođača) mogu biti dostavljeni i na engleskom jeziku , uz pravo naručioca da u slučaju potrebe zatraži prevod na crnogorski jezik . *Prvorangirani ponuđač je obavezan dostaviti i original izjavu proizvođača.	Drugi uslovi	Da
---	--------------	----

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
Kriterij kvalitet-parametar rok isporuke. Ponuđač definiše rok isporuke u danima od zaključenja ugovora. PO isporukom se podrazumjeva datum predaje opreme u funkcionalnom stanju, nakon završene instalacije, testiranja i obuke osoblja.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno	Da

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
Kriterij kvalitet-parametar rok isporuke. Ponuđač definiše rok isporuke u danima od zaključenja ugovora. PO isporukom se podrazumjeva datum predaje opreme u funkcionalnom stanju, nakon završene instalacije, testiranja i obuke osoblja.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno	Da

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
--------------------	------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

	1	INSTALACIJA SISTEMA MEDICINSKIH GASOVA	22100.00	1	razvod medicinskih gasova u dograđenom dijelu bolnice 1. Zidni instalacioni set za anesteziološko radno mesto u Magnetu koji se sastoji od dva kanala SASTAV SETA: -Konstruktivni elementi - aluminijumski profil L=1000 mm, visine H=130 mm, sa zatvaračima krajeva, namjenjen za ugradnju utičnica za medicinske gasove i jaku struju. Komada 2 -Jaka struja - utičnica, šuko, agregat (crvena)-kom 2x3 - izjednačenje potencijala-kom 2x2 -Aparat za terapiju kiseonikom (kiseonički protokomjer, direktni sa ovlaživačem) -kom 1 -Medicinski gasovi - utičnica za kiseonik (O2)-kom1 - utičnica za komprimovani vazduh (Kv5)-kom 2 - utičnica za azot oksidul (N2O)-kom 1 - utičnica za odsis narkoznih gasova AGSS-kom 1 2. Zidni instalacioni set za OP malu salu, koji se sastoji od dva kanala SASTAV SETA: -Konstruktivni elementi - aluminijumski profil L=500 mm, visine H=130 mm, sa zatvaračima krajeva, namjenjen za ugradnju utičnica za medicinske gasove i jaku struju. Komada 1 -Jaka struja - utičnica, šuko,	1.00	Komplet
--	---	--	----------	---	--	------	---------

agregat (crvena)-kom
2

- izjednačenje
potencijala-kom 1
-Aparat za terapiju
kiseonikom (kiseonički
protokomjer, direktni
sa ovlaživačem) -kom
1

-Medicinski gasovi
- utičnica za kiseonik
(O2)-kom1

3. Zidni instalacioni
kanal tipa "Intenzivna
njega", za 5 kreveta
dužine L= 9000 mm.

Služi za napajanje
uređaja električnom
energijom i
medicinskim
gasovima.

Izveden je po principu
spajanja osnovnih
priključnica u jednu
cjelinu sa centralnim
mjestom dovoda svih
potrebnih instalacija.Za
postavljanje opreme i
pribora obezbjedjene
su noseće šine 25x10
mm, horizontalno
montirane na gornjem i
donjem dijelu
instalacionog kanala.

SASTAV SETA:

-Konstruktivni elementi
- aluminijumski profil
L=9000 mm, visine
H=130 mm,sa
zatvaračima krajeva,
namjenjen za ugradnju
utičnica za medicinske
gasove i jaku
struju.Komada 1

-Jaka struja
- utičnica, šuko,
agregat (crvena)-kom
5X3

- izjednačenje
potencijala-kom 5X2
-Aparat za terapiju
kiseonikom (kiseonički
protokomjer, direktni

sa ovlaživačem) -kom
5
-Medicinski gasovi
- utičnica za kiseonik
(O2)-kom 5X1
- Nosači opreme
- kutijasta šina za
pribor, donja na
kanalu, L = 9000 mm –
kom 1
4. Zidni instalacioni
kanal tipa
"Reanimacija", za 1
krevet dužine L= 1 m.
Služi za napajanje
uređaja električnom
energijom i
medicinskim
gasovima.
Izveden je po principu
spajanja osnovnih
priključnica u jednu
cjelinu sa centralnim
mjestom dovoda svih
potrebnih instalacija.Za
postavljanje opreme i
pribora obezbjedjene
su noseće šine 25x10
mm, horizontalno
montirane na gornjem i
donjem delu
instalacionog kanala.
SASTAV SETA:
-Konstruktivni elementi
- aluminijumski profil
L=1000 mm, visine
H=130 mm,sa
zatvaračima krajeva,
namjenjen za ugradnju
utičnica za medicinske
gasove i jaku
struju.Komada 1
-Jaka struja
- utičnica, šuko,
agregat (crvena)-kom
6
- izjednačenje
potencijala-kom 4
-Aparat za terapiju
kiseonikom (kiseonički
protokomjer, direktni
sa ovlaživačem) -kom
1

-Medicinski gasovi
- utičnica za kiseonik (O2)-kom 2
5. Zidni instalacioni kanal tipa "Ambulanta", za 1 krevet dužine L= 1 m.
Služi za napajanje uređaja električnom energijom i medicinskim gasovima.
Izveden je po principu spajanja osnovnih priključnica u jednu cjelinu sa centralnim mjestom dovoda svih potrebnih instalacija.Za postavljanje opreme i pribora obezbjedjene su noseće šine 25x10 mm, horizontalno montirane na gornjem i donjem delu instalacionog kanala.
SASTAV ZA 1 SET :

-Konstruktivni elementi
- aluminijumski profil L=1000 mm, visine H=130 mm,sa zatvaračima krajeva, namnjenjen za ugradnju utičnica za medicinske gasove i jaku struju.Komada 1
-Jaka struja
- utičnica, šuko, agregat (crvena)-kom 4
- izjednačenje potencijala-kom 2
-Aparat za terapiju kiseonikom (kiseonički protokomjer, direktni sa ovlaživačem) -kom 1
-Medicinski gasovi
- utičnica za kiseonik (O2)-kom 1
UKUPNO SETOVA – 3 KOMADA
6. RAZVODNA

MREŽA

6.1 Specijalne, atestirane, odmašćene i dezoksidirane bakarne cijevi SF-Cu prema EN 13348.

6.2 Cijevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cijevi dužine 5 m: Ø 8 x 1 mm – 110m ; Ø 12 x 1 mm – 70m ; Ø 15 x 1 mm – 60m

6.3 Fitinzi (lukovi, T-komadi, reducirani i sl.), obujmice za montažu i povezivanje cijevi i armature, računa se sa 30% od vrednosti cijevi – paušal- 1

6.4 Kontrolna ventilna kaseta KVK3 za 3 gasa (O₂, KV5, VAK), koja se sastoji od:

- osnovne kutije 396 x 396 x 92 mm,
- prednjeg dijela sa vratancima i bravom,
- zaštitne maske,
- prednje ploče sa oznakama 3 gasa
- ventilske blokove DN15 za O₂,
- ventilske blokove DN15 za KV5,
- ventilske blokove DN20 za VAK,
- davača pritiska za O₂, kontakti 4 i 6 bar,
- davača pritiska za KV5, kontakti 4 i 6 bar,

- davača pritiska za VAK, kontakti -0,4 bar,
- integrisanog alarmnog panela signalizacije,
- interfejsa za prikupljanje signala
- trafoa 220/12 V, 30 W, napajanje alarmnog panela

ISPORUČUJE SE
KAO SET – KOM 1
6.5 Specijalni kuglasti ventil od mesinga, prema EN 19, odmašćen i pripremljen za medicinske gasove, upakovan u plastičnu vrećicu, sa odgovarajućim atestom, komplet sa priključnim navojnim fitinzima: DN10 sa navojnim priključcima 3/8" , KOM – 4
6.6 Specijalna, atestirana, odmašćena creva za medicinske gasove Ø 13 x 3 mm . DUŽINA 25m
6.7 Montaža, sva potrebna ispitivanja, puštanje u rad i predaja korisniku sa izradom tehničkog crteža . paušal – 1
6.8 Regulator visokog pritiska za upotrebu sa medicinskim gasnim bocama opremljenim ventilom medicinskog cilindra. Rotirajući manometar koji omogućava praktično očitavanje Izlaz koji se okreće za 360° – omogućava bolju orijentaciju nazalne kanile ili maske za kiseonik prema pacijentu (sprečavajući uvrtanje)
Inovativni samocentrirajući uređaj za podešavanje protoka sa kontinuiranim protokom između podešavanja.Bočno i frontalno očitavanje podešavanja protoka.Dodatni protok

					od 25 l/min na tradicionalnoj varijanti od 15 l/min, omogućava upotrebu u reanimaciji. komada -5		
	2	INSTALACIJA SISTEMA MEDICINSKIH GASOVA	18210.00	1	razvod medicinskih gasova za metaboličku jedinicu 1. Viseći set za 3 kreveta, L=6,0m Za postavljanje opreme i pribora obezbijedena noseća šina 25x10mm, horizontalno montirana na donjem dijelu kanala. Komada -1 2. Viseći set za 2 kreveta, L=4,0m Za postavljanje opreme i pribora obezbijedena noseća šina 25x10mm, horizontalno montirana na donjem dijelu kanala. Komada -1 3. Baktericidna svjetiljka sa zaštitnim prohronskim zastorom – fiksna. Komada-2 4. Kiseonički protokomjer, direktni sa ovlaživačem. Komada -5 5. Cijevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cijevi dužine 5 m: Ø 8 x 1 mm – 30m ; Ø 12 x 1 mm – 15m 6. Fitinzi (lukovi, T-komadi, reducirani i sl.), obujmice za montažu i povezivanje cijevi i armature – paušal- 1 7. Montaža, sva potrebna ispitivanja, puštanje u rad i predaja korisniku sa izradom tehničkog crteža . paušal – 1	1.00	Komplet

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	RAZVOD MEDICINSKIH GASOVA U DOGRAĐENOM DIJELU BOLNICA	22100.00	1	Zidni instalacioni set za anesteziološko radno mesto u Magnetu koji se sastoji od dva kanala	SASTAV SETA: - Konstruktivni elementi - aluminijumski profil L=1000 mm, visine H=130 mm, sa zatvaračima krajeva, namjenjen za ugradnju utičnica za medicinske gasove i jaku struju. Komada 2 - Jaka struja - utičnica, šuko, agregat (crvena)-kom 2x3 - izjednačenje potencijala-kom 2x2 - Aparat za terapiju kiseonikom (kiseonički protokomjer, direktni sa ovlaživačem) -kom 1 -Medicinski gasovi - utičnica za kiseonik (O2)-kom1 - utičnica za komprimovani vazduh (Kv5)-kom 2 - utičnica za azot oksidul (N2O)-kom 1 - utičnica za odsis narkoznih gasova AGSS-kom 1	1.00	set

1	RAZVOD MEDICINSKIH GASOVA U DOGRAĐENOM DIJELU BOLNICA	22100.00	2	Zidni instalacioni set za OP malu salu, koji se sastoji od jednog kanala	SASTAV SETA: - Konstruktivni elementi - aluminijumski profil L=500 mm, visine H=130 mm, sa zatvaračima krajeva, namjenjen za ugradnju utičnica za medicinske gasove i jaku struju. Komada 1 - Jaka struja - utičnica, šuko, agregat (crvena)-kom 2 - izjednačenje potencijala-kom 1 - Aparat za terapiju kiseonikom (kiseonički protokolmer, direktni sa ovlaživačem) -kom 1 - Medicinski gasovi - utičnica za kiseonik (O2)-kom1	1.00	ser
---	---	----------	---	--	---	------	-----

1	RAZVOD MEDICINSKIH GASOVA U DOGRAĐENOM DIJELU BOLNICA	22100.00	3	Zidni instalacioni kanal tipa "Intenzivna njega", za 5 kreveta dužine L= 9000 mm. Služi za napajanje uređaja električnom energijom i medicinskim gasovima. Izveden je po principu spajanja osnovnih priključnica u jednu cjelinu sa centralnim mjestom dovoda svih potrebnih instalacija. Za postavljanje opreme i pribora obezbjedjene su noseće šine 25x10 mm, horizontalno montirane na gornjem i donjem dijelu instalacionog kanala. SASTAV SETA: - Konstruktivni elementi - aluminijumski profil L=9000 mm, visine H=130 mm, sa zatvaračima krajeva, namjenjen za ugradnju utičnica za medicinske gasove i jaku struju. Komada 2 - Jaka struja - utičnica, šuko, agregat (crvena)-kom 5X3 - izjednačenje potencijala-kom 5X2 - Aparat za terapiju kiseonikom (kiseonički protokomjer, direktni sa ovlaživačem) -kom 5 -Medicinski gasovi - utičnica za kiseonik (O2)-kom 5X1 - Nosači opreme - kutijasta šina za pribor, donja na kanalu, L = 9000 mm – kom 1	1.00	set
---	---	----------	---	---	------	-----

1	RAZVOD MEDICINSKIH GASOVA U DOGRAĐENOM DIJELU BOLNICA	22100.00	4	Zidni instalacioni kanal tipa "Reanimacija", za 1 krevet dužine L= 1 m. Služi za napajanje uređaja električnom energijom i medicinskim gasovima	Izveden je po principu spajanja osnovnih priključnica u jednu cjelinu sa centralnim mjestom dovoda svih potrebnih instalacija. Za postavljanje opreme i pribora obezbjedjene su noseće šine 25x10 mm, horizontalno montirane na gornjem i donjem delu instalacionog kanala. SASTAV SETA: - Konstruktivni elementi - aluminijumski profil L=1000 mm, visine H=130 mm, sa zatvaračima krajeva, namjenjen za ugradnju utičnica za medicinske gasove i jaku struju. Komada 1 -Jaka struja - utičnica, šuko, agregat (crvena)-kom 6 - izjednačenje potencijala-kom 4 - Aparat za terapiju kiseonikom (kiseonički protokomjer, direktni sa ovlaživačem) -kom 1 -Medicinski gasovi - utičnica za kiseonik (O2)-kom 2	1.00	set
---	---	----------	---	--	---	------	-----

	1	RAZVOD MEDICINSKIH GASOVA U DOGRAĐENOM DIJELU BOLNICA	22100.00	5	Zidni instalacioni kanal tipa "Ambulanta", za 1 krevet dužine L= 1 m	Služi za napajanje uređaja električnom energijom i medicinskim gasovima. Izveden je po principu spajanja osnovnih priključnica u jednu cjelinu sa centralnim mjestom dovoda svih potrebnih instalacija. Za postavljanje opreme i pribora obezbjeđene su noseće šine 25x10 mm, horizontalno montirane na gornjem i donjem delu instalacionog kanala. SASTAV ZA 1 SET : - Konstruktivni elementi - aluminijumski profil L=1000 mm, visine H=130 mm, sa zatvaračima krajeva, namjenjen za ugradnju utičnica za medicinske gasove i jaku struju. Komada 1 - Jaka struja - utičnica, šuko, agregat (crvena)-kom 4 - izjednačenje potencijala-kom 2 - Aparat za terapiju kiseonikom (kiseonički protokomjer, direktni sa ovlaživačem) -kom 1 - Medicinski gasovi - utičnica za kiseonik (O2)-kom 1	3.00	set
				6	Cu cijev Ø 8 x 1 mm	Specijalne, atestirane, odmašćene i dezoksidirane bakarne cijevi SF-Cu prema EN 13348. 6.2 Cijevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cijevi dužine 5 m	100.00	m

1	RAZVOD MEDICINSKIH GASOVA U DOGRAĐENOM DIJELU BOLNICA	22100.00	7	Cu cijev Ø 12 x 1 mm	Specijalne, atestirane, odmašćene i dezoksidirane bakarne cijevi SF-Cu prema EN 13348. 6.2 Cijevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cijevi dužine 5 m	70.00	m
			8	Cu cijev Ø 15 x 1 mm	Specijalne, atestirane, odmašćene i dezoksidirane bakarne cijevi SF-Cu prema EN 13348. 6.2 Cijevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cijevi dužine 5 m	60.00	m
			9	Fitinzi (lukovi, T-komadi, reducir i sl.), obujmice za montažu i povezivanje cijevi i armature, računa se sa 30% od vrednosti cijevi	Fitinzi (lukovi, T-komadi, reducir i sl.), obujmice za montažu i povezivanje cijevi i armature, računa se sa 30% od vrednosti cijevi	1.00	paušal

1	RAZVOD MEDICINSKIH GASOVA U DOGRAĐENOM DIJELU BOLNICA	22100.00	10	Kontrolna ventilska kaseta KVK3 za 3 gasa (O2, KV5, VAK)	Kontrolna ventilska kaseta KVK3 za 3 gasa (O2, KV5, VAK), koja se sastoji od: - osnovne kutije 396 x 396 x 92 mm, - prednjeg dijela sa vratancima i bravom, - zaštitne maske, - prednje ploče sa oznakama 3 gasa - ventilskog bloka DN15 za O2, - ventilskog bloka DN15 za KV5, - ventilskog bloka DN20 za VAK, - davača pritiska za O2, kontakti 4 i 6 bar, - davača pritiska za KV5, kontakti 4 i 6 bar, - davača pritiska za VAK, kontakti -0,4 bar, - integrisanog alarmnog panela signalizacije, - interfejsa za prikupljanje signala - trafoa 220/12 V, 30 W, napajanje alarmnog panela ISPORUČUJE SE KAO SET	1.00	set
			11	DN10 sa navojnim priključcima 3/8"	Specijalni kuglasti ventil od mesinga, prema EN 19, odmašćen i pripremljen za medicinske gasove, upakovan u plastičnu vrećicu, sa odgovarajućim atestom, komplet sa priključnim navojnim fitinzima: DN10 sa navojnim priključcima 3/8"	4.00	kom
			12	Specijalna, atestirana, odmašćena crijeva za medicinske gasove Ø 13 x 3	Specijalna, atestirana, odmašćena crijeva za medicinske gasove Ø 13 x 3 mm	25.00	m

1	RAZVOD MEDICINSKIH GASOVA U DOGRAĐENOM DIJELU BOLNICA	22100.00	13	Montaža, sva potrebna ispitivanja, puštanje u rad i predaja korisniku sa izradom tehničkog crteža	Montaža, sva potrebna ispitivanja, puštanje u rad i predaja korisniku sa izradom tehničkog crteža	1.00	paušal
			14	Regulator visokog pritiska za upotrebu sa medicinskim gasnim bocama opremljenim ventilom medicinskog cilindra	Rotirajući manometar koji omogućava praktično očitavanje Izlaz koji se okreće za 360° – omogućava bolju orijentaciju nazalne kanile ili maske za kiseonik prema pacijentu (sprečavajući uvrtanje) Inovativni samocentrirajući uređaj za podešavanje protoka sa kontinuiranim protokom između podešavanja.Bočno i frontalno očitavanje podešavanja protoka.Dodatni protok od 25 l/min na tradicionalnoj varijanti od 15 l/min, omogućava upotrebu u reanimaciji.	5.00	kom
2	RAZVOD MEDICINSKIH GASOVA ZA METABOLIČKU JEDINICU	17100.00	1	Viseći set za 3 kreveta, L=6,0m	"Za postavljanje opreme i pribora obezbijedena noseća šina 25x10mm, horizontalno montirana na donjem dijelu kanala.SASTAV ZA 3 KREVETA Konstruktivni elementi - aluminijumski profil L=6000 mm, visine H=130 mm, sa zatvaračima krajeva, namjenjen za ugradnju utičnica za medicinske gasove i jaku struju kom 2, - prohromski viseći profili 80 x 80 mm zajedno sa - konstrukcijom za	1.00	set

pričvršćivanje na
 plafon za nošenje -
 horizontalnih Al profila
 kom 4, Jaka struja
 - utičnica, šuko,
 agregat (crvena) kom
 4x3
 - utičnica, šuko,
 UPS (zelena) kom 4x3
 - izjednačenje
 potencijala kom 2x3
 - prekidač za
 paljenje direktnog
 svetla kom 1x3
 ,Svijetlo
 - direktno svetlo
 LED 1x24W kom 1x3
 - indirektno svetlo
 LED 1x44W kom 1x3
 ,Medicinski gasovi
 - utičnica za kiseonik
 (O2) kom 1x3
 - utičnica za
 komprimovani vazduh
 (Kv5) kom 1x3 ,
 Nosači opreme
 - kutijasta šina za
 pribor,
 gornja na kanalu, L
 = 6000 mm kom 1
 donja na kanalu, L
 = 6000 mm kom 1 , "

2 Viseći set za 2 kreveta,
 L=4,0m

"Za postavljanje
 opreme i pribora
 obezbijedena noseća
 šina 25x10mm,
 horizontalno montirana
 na donjem dijelu
 kanala.SASTAV ZA 2
 KREVETA
 Konstruktivni elementi
 - aluminijumski profil
 L=4000 mm, visine
 H=130 mm,
 sa zatvaračima
 krajeva, namjenjen za
 ugradnju
 utičnica za
 medicinske gasove i
 jaku struju kom 2,
 - prohromski viseći
 profili 80 x 80 mm

1.00 set

		zajedno sa konstrukcijom za pričvršćivanje na plafon za nošenje horizontalnih Al profila kom 3, Jaka struja - utičnica, šuko, agregat (crvena) kom 4x2 - utičnica, šuko, UPS (zelena) kom 4x2 - izjednačenje potencijala kom 2x2 - prekidač za paljenje direktnog svetla kom 1x2 ,Svijetlo - direktno svetlo LED 1x24W kom 1x2 - indirektno svetlo LED 1x44W kom 1x2 ,Medicinski gasovi - utičnica za kiseonik (O2) kom 1x2 - utičnica za komprimovani vazduh (Kv5) kom 1x2 , Nosači opreme - kutijasta šina za pribor, gornja na kanalu, L = 4000 mm kom 1 donja na kanalu, L = 4000 mm kom 1 , "		
	3	Aparat za terapiju kiseonikom sa ovlaživačem	Aparat za terapiju kiseonikom sa ovlaživačem	5.00 kom
	4	Cu cijev Ø 8 x 1 mm	Specijalne, atestirane, odmašćene i dezoksidirane bakarne cijevi SF-Cu prema EN 13348. 6.2 Cijevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cijevi dužine 5 m	30.00 m
	5	Cu cijev Ø 12 x 1 mm	Specijalne, atestirane, odmašćene i dezoksidirane bakarne cijevi SF-Cu prema EN	15.00 m

				13348. 6.2 Cijevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cijevi dužine 5 m		
			6	Fitinzi (lukovi, T-komadi, reducirani i sl.), obujmice za montažu i povezivanje cijevi i armature, računa se sa 30% od vrednosti cijevi	1.00	paušal
			7	Montaža, sva potrebna ispitivanja, puštanje u rad i predaja korisniku sa izradom tehničkog crteža .	1.00	paušal

Izveštaj generisan 17.09.2025 15:03