

PREGLED POSTUPKA #100004

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	UNIVERZITET CRNE GORE
PIB	02016702
E-mail	javne.nabavke@ucg.ac.me
Telefon	020/414-285
Internet adresa	www.ucg.ac.me
Fax	020/414-209
Adresa	Cetinjska 2
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Medicinska oprema i laboratorijska oprema za stipendiste i stipendistkinje – doktorande
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zeljka Simonović
Kontakt	+38268814821
Datum objave	19.09.2025. 18:40
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Inkubator sa CO2, stipendije izvrsnosti za doktorske studije (INFINITE)	19.09.2025 18:40	25.09.2025 09:00	25.09.2025 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	UNIVERZITET CRNE GORE Medicinska oprema i laboratorijska oprema za stipendiste i stipendistkinje – doktorande - Medicinski fakultet 33100000 - Medicinska oprema 39300000 - Razna oprema	8.264,46 EUR	1.735,54 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje na osnovu dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta odnosno izvršnom direktoru.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, , shodno članu 9 stav 10 i 11 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, 020/23 od 22.02.2023. godine, 036/23 od 29.03.2023. godine, 114/23 od 19.12.2023. godine, 049/24 od 29.05.2024. godine, 114/24 od 29.11.2024) potpisana elektronskim potpisom.	Drugi uslovi
Naručilac će plaćanje vršiti po izvršenoj isporuci i kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, a na osnovu ispostavljene fakture u roku ne dužem od 30 dana. Dobavljač se obavezuje da na ispostavljenoj fakturi obavezno navede broj postupka jednostavne nabavke. Dobavljač će uz fakturu dostaviti Naručiocu otpremnicu.	Rok plaćanja
Rok isporuke robe koja je predmet jednostavne nabavke iznosi _____ dana (ponuđači su u obavezi da se u svojim ponudama izjasne o roku isporuke robe i isti ne može biti duži od 60 od dana prijema poziva ovlašćenog lica Naručioca i naloga za isporuku, koji se može uručiti pisanim putem, e-mail-om.	Rok izvršenja ugovora
Isporuka se vrši na adresu Naručioca: zgrada Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Kruševac bb, Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora

Ponuđači su u obavezi da u finansijskom dijelu ponude navedu proizvođača i model uređaja koji nude. U ponuđenu cijenu je potrebno uračunati instalaciju, puštanje u rad i obuku korisnika.	Drugi uslovi
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja
Privredni subjekat je u obavezi da uz ponudu dostavi tehničke listove za ponuđenu opremu. Tehnički listovi moraju sadržavati sljedeće informacije: 1) naziv i oznaku opreme: jasno navođenje naziva i šifre proizvoda; 2) tehničke karakteristike: detaljan opis performansi i funkcionalnosti proizvoda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije Naručioca.	Drugi uslovi
Garantni rok: proizvođačka garancija. Svi garantni rokovi počinju teći od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji robe. Garantni rok podrazumijeva da će, ukoliko se u toku trajanja garantnog roka na isporučenu robu pojave nedostaci koji nisu posljedica nesavjesne upotrebe Naručioca, dobavljač biti dužan da istu zamijeni u roku od 10 dana od dana poziva Naručioca. Zamijenjena roba mora imati novi garantni rok pod istim uslovima kao i prvobitno isporučena roba. Ponuđač se obavezuje da će obezbijediti postgarantnu servisnu podršku, rezervne i potrošne djelove.	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 7.603,34 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		KONTROLA TEMPERATURE Opseg podešavanja temperature: 10-50° C u koracima od 0,1 (minimalno podešavanje: sobna temperatura +5° C) Mjerenje temperature: Sedam termistora usklađenih sa RT krivom Stabilnost kontrole temperature: ± 0,1° C Tačnost temperature: ± 0,1° C Ujednačenost temperature u komori: od ± 0,3° C Vrijeme oporavka temperature: Oko 5 minuta nakon otvaranja vrata u trajanju od 15 sekundi Zaštita od pregrijavanja: Nezavisna zaštita, isključuje sve grijače pri prekoračenju iznad 1,0° C iznad podešene vrijednosti temperature SISTEM ZA CO2 Senzor: IR senzor sa automatskim anuliranjem atmosferskog CO2 Opseg regulacije CO2: 0,5 do 20 % CO2, u koracima od 0,1% Stabilnost kontrole: ± 0,1% CO2 Tačnost: ± 0,2% na podešenoj vrijednosti od 5% CO2 Vrijeme oporavka: Oko 5 minuta nakon otvaranja vrata u trajanju od 15 sekundi	

1	inkubator sa CO2, za projekat stipendije izvrsnosti za doktorske studije (INFINITE),	SISTEM RELATIVNE VLAŽNOSTI Rezervoar: 2,5 L, posuda za vlažnost od nerđajućeg čelika Nivo relativne vlažnosti u komori: ≥ 95% CIKLUS DEKONTAMINACIJE Tip ciklusa dekontaminacije: Automatski ciklus na 125° C Vrijeme povećanja temperature: 1,5-2,5 sata Vrijeme izlaganja: 4 sata Vrijeme smanjenja temperature: 5-7 sati Ukupno vrijeme ciklusa: 10,5 do 13,5 sati KONSTRUKCIJA Unutrašnja komora: Nerđajući čelik 304 Zapremina komore (bruto /upotreblijiva): min 188,6 L/min140 L Spoljašnjost: Meki čelik sa poklopcem spoljašnjih vrata od ABS plastike Unutrašnji pristup: Grijana spoljna vrata sa direktnim pristupom komori i zatvorena unutrašnja staklena vrata Smjer otvaranja vrata: Na desnu stranu SISTEM POLICA Police: Lako sklopive, od nerđajućeg čelika 304, sa odstojnicima od plastike otporne na visoke temperature Tip police: Čvrste (neperforirane) police od nerđajućeg čelika Kapacitet: 4 police ALARMNI SISTEM Alarm za status komore: Potpuno programabilan, audio-vizuelni, automatsko resetovanje kada se uslovi u komori	1,00 KOMAD
---	--	--	------------

vrate u normalu

Funkcije alarma: automatska detekcija i upozorenja na kvar grijača ili senzora

Evidencija alarmnih događaja: memorija do 500 događaja, prikaz na displeju, uključujući programiranu vrijednost, stvarnu vrijednost, vrijeme i trajanje alarmnog događaja

EKSTERNI PRIKLJUČCI

RS 232 izlaz: prenos podataka o radnim uslovima, alarmima i događajima

Kontakt za daljinski alarm: Beznaponski, za povezivanje na spoljni alarmni uređaj ili alarmni sistem