



ОБРАЗАЦ 1

JZU DOM ZDRAVLJA BAR

Број из евиденције поступака јавних набавки: 201-6307

Редни број из Плана јавних набавки : 36

Мјесто и датум: Бар, 22.09.2025.

На основу члана 93 став 1 Закона о јавним набавкама ("Сл. List CG" br. 074/19 од 30.12.2019, 003/23 од 10.01.2023, 011/23 од 27.01.2023), **JZU Dom zdravlja Bar** објављује

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE**

ULTRAZVUČNI APARATI

(predmet javne nabavke)

Предмет набавке се набавља:

- ☒ као cjelina
☐ po partijama

1. POZIV ZA NADMETANJE¹

1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke:
 - 2.1. Vrsta postupka,
 - 2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
 - 2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke²,
 - 2.4. Način nabavke:
 - Cjelina, po partijama,
 - Zajednička nabavka,
 - Centralizovana nabavka,
 - 2.5. Posebni oblik nabavke:
 - Okvirni sporazum,
 - Dinamički sistem nabavki,
 - Elektronska aukcija,
 - Elektronski katalog,
 - 2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
 - 2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
 - 2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
 - 2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
 - 2.10. Rok važenja ponude,
 - 2.11. Garancija ponude

2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE³

1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama

Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

¹ Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;

² U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim informacijama;

³ Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;

Ultrazvučni aparat za pedijatriju za pregled kukova	1.1 Ultrazvučni aparat najnovije generacije, velike pokretljivosti na točkovima sa kočnicama. 1.2 HD LED monitor veličine minimum 21.5 inča dijagonale, sa mogućnošću rotiranja u svim pravcima i rezolucije minimum 1920x1080 piksela. 1.3 4 točka od kojih minimum 2 točka imaju blokadu. 1.4 Kontrolna tabla sa integrisanim touch screen monitorom za brži odabir funkcija od minimum 13 inča dijagonale, rezolucije minimum 1920x1080 piksela, alfanumerička tastatura, mehanička integrisana ili na touch screenu, integrisani stereo zvučnici, minimum 8 TGC klizača, integrisani sistem hlađenja sa tihim ventilatorima, minimum 2 USB priključka, Ethernet RJ45. 1.5 Dinamički raspon od minimum 350 db. 1.6 HDD/SSD memorije od minimum 500 GB, sa mogućnošću nadogradnje do 5 TB. 1.7 Četiri ili više aktivna priključka za sonde uz elektronski odabir sondi. 1.8 Podržavanje sledećih sondi: konveksnih, mikro-konveksnih, volumetrijskih, linearnih, sektorskih, endokavitarnih, transezofagealnih (TEE). 1.9 Frekventni raspon uređaja od 1-20 MHz ili šire. 1.10 Dubina prikaza slike minimum 44 cm. 1.11 Prenos video signala; formati - DICOM i AVI. 1.12 Windows 10, operativni sistem. 1.13 Podešavanje visine konzole sa tastaturom i monitorom. 2. Način rada sistema 2.1 2D (B-mod). 2.2 PW Doppler. 2.3 CW Doppler. 2.4 Power Doppler i direkcijski Power Doppler. 2.5 CFM (kolor doppler) 2.6 TEI (Tissue Enhancement Imaging) način rada ili ekvivalent. 2.7 M-mod. 2.8 Duplex način rada (2D i Doppler način rada). 2.9 Triplex način rada (2D + kolor doppler + PW doppler). 2.10 HD Zoom; Zoom u realnom vremenu minimum 50x, a na zamrznutoj slici minimum 10x. 2.11 Dualni i četvorougaooni prikaz slike. 2.12 Mjerenja i analize svih numeričkih parametara za pedijatrijska mjerenja. 2.13 Tehnika koja poboljšava obrazac svakog kadra na nivou piksela, eliminišući artefakte spektra i buke, dinamički povećavajući rubove tkiva, poboljšavajući vidljivost tkiva i povećavajući dijagnostičku pouzdanost kroz prilagodljivi algoritam u realnom vremenu. 2.14 Mogućnost automatskog podešavanja parametara slike	1	komad
---	---	----------	--------------

	u 2D i Doppler modu pritiskom na dugme. 2.15 Tehnika koja primjenjuje upravljanje snop-linijom i dobija nekoliko koplanarnih skeniranja organa iz različitih uglova gledanja. 2.16 Tehnika panoramskog snimanja koja spaja više B-moda slika u jednu kompletnu panoramsku sliku, proširujući vidno polje na čitave organe. 2.17 Tehnika proširivanja vidnog polja bez gubitka rezolucije i proširanje struktura u grudima, vaskularnim i mišićno-koštanim aplikacijama. 2.18 Tehnika za automatsko prepoznavanje najniže brzine sa ultra osjetljivošću za male krvne sudove i otkrivanje sporog protoka. 2.19 Tehnika koja poboljšava rezoluciju kontrasta omogućavajući vizualizaciju visokog nivoa detalja, čak i kod zahtijevnih pacijenata. 2.20 Funkcija za optimizaciju parametara (rezolucija, kontrast, oštrina) slike sa tri klizna tastera. 2.21 Čuvanje digitalnih slika i video isječaka na hard disku, USB memoriji i DVD-u. 2.22 Standardni termalni B/W printer. 2.23 Integrisana baterija koja omogućava rad aparata bez strujnog napajanja minimum 2h. 3. Sonde: 3.1 Linearna sonda: Širokopojasna linearna sonda, raspona frekvencija od 3 do 15 MHz ili šire, širina vidnog polja minimum 45 mm.		
--	---	--	--

Ultrazvučni aparat za internu medicinu za pregled abdomena	1.1 Ultrazvučni aparat najnovije generacije, velike pokretljivosti na točkovima sa kočnicama. 1.2 HD LED monitor veličine minimum 21.5 inča dijagonale, sa mogućnošću rotiranja u svim pravcima i rezolucije minimum 1920x1080 piksela. 1.3 4 točka od kojih minimum 2 točka imaju blokadu. 1.4 Kontrolna tabla sa integrisanim touch screen monitorom za brži odabir funkcija od minimum 13 inča dijagonale, rezolucije minimum 1920x1080 piksela, alfanumerička tastatura, mehanička integrisana ili na touch screenu, integrisani stereo zvučnici, minimum 8 TGC klizača, integrisani sistem hlađenja sa tihim ventilatorima, minimum 2 USB priključka, Ethernet RJ45. 1.5 Dinamički raspon od minimum 350 db. 1.6 HDD/SSD memorije od minimum 500 GB, sa mogućnošću nadogradnje do 5 TB. 1.7 Četiri ili više aktivna priključka za sonde uz elektronski odabir sondi. 1.8 Podržavanje sledećih sondi: konveksnih, mikro-konveksnih, volumetrijskih, linearnih, sektorskih, endokavitarnih, transezofagealnih (TEE). 1.9 Frekventni raspon uređaja od 1-20 MHz ili šire. 1.10 Dubina prikaza slike minimum 44 cm. 1.11 Prenos video signala; formati - DICOM i AVI. 1.12 Windows 10, operativni sistem. 1.13 Podešavanje visine konzole sa tastaturom i monitorom. 2. Način rada sistema 2.1 2D (B-mod). 2.2 PW Doppler. 2.3 CW Doppler. 2.4 Power Doppler i direkcijski Power Doppler. 2.5 CFM (kolor doppler) 2.6 TEI (Tissue Enhancement Imaging) način rada ili ekvivalent. 2.7 M-mod. 2.8 Duplex način rada (2D i Doppler način rada). 2.9 Triplex način rada (2D + kolor doppler + PW doppler). 2.10 HD Zoom; Zoom u realnom vremenu minimum 50x, a na zamrznutoj slici minimum 10x. 2.11 Dualni i četvorougaooni prikaz slike. 2.12 Mjerenja i analize svih numeričkih parametara za mjerenje abdomena. 2.13 Tehnika koja poboljšava obrazac svakog kadra na nivou piksela, eliminišući artefakte spektra i buke, dinamički povećavajući rubove tkiva, poboljšavajući vidljivost tkiva i povećavajući dijagnostičku pouzdanost kroz prilagodljivi algoritam u realnom vremenu. 2.14 Mogućnost automatskog podešavanja parametara slike u 2D i Doppler modu pritiskom na dugme. 2.15 Tehnika koja primjenjuje upravljanje snop-linijom i dobija	1 komad
--	---	----------------

	nekoliko koplanarnih skeniranja organa iz različitih uglova gledanja. 2.16 Tehnika panoramskog snimanja koja spaja više B-moda slika u jednu kompletnu panoramsku sliku, proširujući vidno polje na čitave organe. 2.17 Tehnika proširivanja vidnog polja bez gubitka rezolucije i proširivanje struktura u grudima, vaskularnim i mišićno-koštanim aplikacijama. 2.18 Tehnika za automatsko prepoznavanje najniže brzine sa ultra osjetljivošću za male krvne sudove i otkrivanje sporog protoka. 2.19 Tehnika koja poboljšava rezoluciju kontrasta omogućavajući vizualizaciju visokog nivoa detalja, čak i kod zahtijevnih pacijenata. 2.20 Funkcija za optimizaciju parametara (rezolucija, kontrast, oštrina) slike sa tri klizna tastera. 2.21 Čuvanje digitalnih slika i video isječaka na hard disku, USB memoriji i DVD-u. 2.22 Standardni termalni B/W printer. 2.23 Integrisana baterija koja omogućava rad aparata bez strujnog napajanja minimum 2h. 3. Sonde: 3.1 Konveksna sonda: Širokopojasna konveksna sonda, raspona frekvencija od 1 do 8 MHz ili šire, širina vidnog polja minimum 100°.		
--	--	--	--

2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

OPIS

TIP USLOVA / ZAHTJEVA

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u

Obavezni uslovi

OPIS

TIP USLOVA / ZAHTJEVA

privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta

Uslovi za
obavljanje
djelatnosti

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): Rješenje o upisu ponuđača u registar za promet na veliko medicinskim sredstvima izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore;

Uslovi za
obavljanje
djelatnosti

Izjava privrednog subjekta

ESPD

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude.

Garancija ponude

Rok važenja ponude 60 dana od dana otvaranja ponuda

Rok važenja
ponude

OPIS**TIP USLOVA /
ZAHTJEVA**

Rok isporuke ne može biti duži od 30 dana od dana narudžbe. Ponuđač je dužan da navede rok isporuke. Ako Dobavljač kasni sa isporukom robe, obavezan je da naknadi štetu Naručiocu u visini 0,50% ukupne vrijednosti neisporučene robe, za svaki dan zakašnjenja, a najviše do 5% ugovorene vrijednosti.

Rok izvršenja
ugovora

Mjesto izvršenja ugovora JZU Dom zdravlja Bar

Mjesto izvršenja
ugovora

Način plaćanja je virmanski.

Način plaćanja

Uslovi plaćanja su: roba mora biti isporučena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa isporučenom robom, ponudom i zaključenim ugovorom.

Uslovi plaćanja

Ponuđač je dužan da dostavi: - Rješenje o upisu/obnovi upisa u registar ponuđenog medicinskog sredstva izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojem je istekao rok važenja), izdato od Institut za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore. (U slučaju da ponuđač nije nosilac upisa ponuđenog medicinskog sredstva obavezan je da dostavi ovlašćenje od lica koje je izvršilo upis ponuđenog medicinskog sredstva.)

Drugi uslovi

Ponuđač je obavezan da prilikom pripremanja finansijskog dijela ponude navede zaštićeni naziv proizvoda, kataloški broj proizvoda i naziv proizvođača;

Drugi uslovi

Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude u dijelu odgovora, navede tačne tehničke karakteristike proizvoda koje nudi, prema zahtjevima iz Tehničkih karakteristika ili specifikacija predmeta javne nabavke.

Drugi uslovi

Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda – katalog, brošuru, uputstvo za upotrebu, koji je izdat od proizvođača, i koji sadrži kataloški broj ponuđenog proizvoda i tehničke karakteristike u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke. Ukoliko u dokazu o tehničkim karakteristikama ne postoji neka tehnička karakteristika, ponuđač kao dokaz ispunjenosti takvih karakteristika dostavlja izjavu proizvođača o njihovoj ispunjenosti. U izjavi proizvođača te karakteristike moraju biti jasno i

Drugi uslovi

OPIS

TIP USLOVA / ZAHTJEVA

nedvosmisleno navedene i označene u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke. U slučaju da se u izjavi proizvođača navodi i ona karakteristika, koja je već sadržana u tehničkoj dokumentaciji proizvođača, kao prihvatljivi odgovor ponuđača će se uzeti opis te karakteristike kako stoji u tehničkoj dokumentaciji.

Ponuđač je dužan da na dostavljenom rješenju o upisu u registar medicinskih sredstava, odnosno drugoj dokumentaciji koja se odnosi na ponuđene proizvode, jasno označi proizvod na koji se dokument odnosi

Drugi uslovi

Ponuđač je dužan da o svom trošku izvrši instalaciju, puštanje u rad i obuku za rad na predmetnoj opremi kod korisnika, za medicinsko osoblje koje će raditi na aparatu u trajanju od 2 dana.

Drugi uslovi

Rok plaćanja je 30 dana od dana od dana dostavljanja uredne fakture uz priloženi zapisnik o uredno izvršenoj primopredaji, instalaciji i puštanju u rad.

Rok plaćanja

Garantni rok: minimum 24 mjeseci; Ponuđač se obavezuje da će vršiti preventivno održavanje aparata najmanje jednom godišnje u toku garantnog roka. Ponuđač se obavezuje da će se u toku garantnog roka, odazvati na poziv na dijagnostiku radi otklanjanja kvara u roku od 24 h od prijave kvara, i otkloniti kvara u najkraćem mogućem roku, a naduže u roku od 7 dana od prijave kvara, u kojem roku je obavezan i da obavi zamjenu djelova za koje se ustanovi da su neispravni. Garancija uključuje isporuku i zamjenu svih neispravnih djelova. Ponuđač je dužan da se po učinjenoj prijavi kvara od strane korisnika u garantnom roku odazvati pozivu u roku od 48 sati i kvar otkloniti u roku od 7 dana od dana prijave kvara na aparatu. Ukoliko Dobavljač ne otkloni kvar u navedenom roku, Naručilac ima pravo na nadoknadu prouzrokovane štete tako što će za svaki dan nefunkcionisanja opreme ili dijela opreme naplatiti od Dobavljača iznos od 0,5% vrijednosti opreme u kvaru. Svi troškovi popravke aparata (rezervni djelovi i radni sati servisera) u garantnom roku padaju na teret Dobavljača. Za svaki dan nefunkcionisanja ugovorenih aparata u garantnom roku garancija se produžava. Ukoliko dobavljač, za vrijeme trajanja garantnog roka, ne vrati aparat u funkcionalno stanje u roku od 30 (trideset) dana, računajući od dana prijave kvara, dužan je da izvrši zamjenu aparata sa novim koji mora biti istih ili boljih tehničkih karakteristika, o svom trošku.

Garantni rok

Obaveza dobavljača je da prilikom isporuke dostavi uputstvo za rukovanje na engleskom jeziku i uputstvo za rukovanje na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Drugi uslovi

OPIS**TIP USLOVA /
ZAHTJEVA**

Ponuđač je dužan da dostavi izjavu proizvođača da će se proizvoditi djelovi i da će se omogućiti servisna podrška za ponuđeni uređaj najmanje 5 godina nakon isteka garantnog roka.

Drugi uslovi

Ponuđač mora imati servis na teritoriji Crne Gore

Drugi uslovi

3. DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE⁴

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke:⁵

☐ Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:

☐ kao cjeline je 41.322.31 €;

Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:⁶

Predmet javne nabavke predstavlja jedinstvenu cjelinu u smislu vrste, svojstva, namjene, mjesta i vremena izvršenja ugovora, te stoga nije podijeljen po partijama.

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA⁷

Zaključiće se okvirni sporazum:

☒ ne

☐ da

4. NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: nema

5. OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

⁴ Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;

⁵ Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.

⁶ Ukoliko je predmet nabavke podijeljen na partije ovaj dio brisati

⁷ Ukoliko se ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije

- 1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama,
- 2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom,
- 3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom.

6. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

☐ garanciju za garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja koji je 10 dana duži od dana isteka roka važenja ugovora; bezuslovnu i plativu na prvi poziv, koju će naručilac aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ugovora o javnoj nabavci. Ako Ponuđač ne preda Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora u momentu zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude.

7. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma⁸:

☐ cijena 80 bodova

☐ garantni rok koji ne može biti manji od 24 mjeseci – 20 bodova

U okviru podkriterijuma kvalitet vrednovaće se garantni rok (izraziti u mjesecima), koji se iskazuje na način što se ponuđeni rok podijeli sa najkraćim ponuđenim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 20 bodova po formuli:

Broj bodova = K (ponuđeni garantni rok) / K (najkraći ponuđeni rok) * 20

8. JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

☐ crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

☐ Engleski jezik za dio ponude koji se odnosi na: finansijski dio opisa i bitnih karakteristika predmeta nabavke koji je Naručilac dao na engleskom na jeziku, dokaz o tehničkim

⁸ Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše

karakteristikama ponuđenog proizvoda (katalog, uputstvo ili drugi dokaz izdat od proizvođača), sertifikate, deklaracije, ovlašćenja, izjave proizvođača i zaštićene nazive proizvođača. Naručilac zadržava pravo da od ponuđača traži prevod dijela ponude koji je dat na engleskom jeziku.

9. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom **08.10.2025. godine do 9:00 sati**.

Otvaranje ponuda održaće se dana 08.10.2025. godine u 9:00 sati.

Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi *Jovana Tomaševića 32, Bar*
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi *Jovana Tomaševića 32, Bar*

radnim danima od 7 do 15 sati, zaključno sa danom 08.10.2025. godine do 8:30 sati.

10. USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE⁹

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:

- 1) odustane od ponude u roku važenja ponude;
- 2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora;
- 3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili
- 4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

11. TAJNOST PODATAKA

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

- ☒ ne
☐ da

⁹ Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma

12. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

13. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:¹⁰

14. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.

¹⁰ U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora