

ZU Dom zdravlja Dr Nika Labović Berane
Broj: 01-1121
Berane; 29.09.2025.godine

Izmjena zahtijeva za dostavljanje ponuda

Pitanje:

Poštovani,

U tehničkim specifikacijama navedene su i tačne dimenzije pakovanja, dimenzije same centrifuge, kao i neto i bruto težina uređaja. Smatramo da su ključni parametri centrifuge prvenstveno vezani za performanse, dok dimenzije i masa uređaja u pravilu mogu varirati između proizvođača, a da to ne utiče na kvalitet niti na funkcionalnost. Molimo da precizirate koliko je minimalni broj epruveta i koje zapremine epruveta centrifuga treba da podržava? Da li je prihvatljivo da je kućište centrifuge izrađeno od aluminijumskog lima, a prednji deo i poklopac od ABS plastike, s obzirom da takva konstrukcija obezbjeđuje dovoljnu čvrstoću, otpornost i bezbjednost u radu, pa ne utiče negativno na kvalitet ni na performanse uređaja? za swing rotor kombinacija 4 000 o/min i 20 000 g nije fizički moguća za standardne laboratorijske rotore (za 4 000 o/min radijus rotora bi morao biti preko 1 m). da li je cilj da swing rotor ispuni najmanje jednu od vrijednosti ili se očekuje da ponuđeni rotor dostigne obje vrijednosti istovremeno?

Odgovor: Poštovani,

U vezi sa dostavljenim tehničkim specifikacijama, dostavljamo sledeći odgovor:

Dimenzije i masa uređaja

Smatramo da su ključni parametri centrifuge prije svega vezani za performanse i funkcionalnost, dok se dimenzije i masa uređaja mogu razlikovati između proizvođača, a da to ne utiče na kvalitet ni na bezbednost u radu.

Minimalni broj i zapremina epruveta

Minimalni broj epruveta koji se traži je 8.

Materijal kućišta

Prihvatamo da kućište bude izrađeno od aluminijumskog lima, dok su prednji deo i poklopac izrađeni od ABS plastike..

Specifikacija za swing rotor

Swing rotor tereba da ispuni makar jednu od navedenih vrijednosti



Član komisije
Stanojka Džiknić