

ZU Dom zdravlja Dr Nika Labović Berane

Broj: 01 - 1128/2

Berane; 01.10.2025.godine

Izmjena zahtijeva za dostavljanje ponuda

Pitanje 1: Da li je za Naručioca prihvatljivo da ponudimo centrifugu bruto težine od 99kg?

Odgovor: Naručiocu je prihvatljivo

Pitanje 2: Da li je za Naručioca prihvatljivo da ponudimo centrifugu dimenzija 706*594*398mm ?

Odgovor: Naručiocu je prihvatljivo



Član komisije
Stanojka Džiknić