

PREGLED POSTUPKA #100275

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	ZAVOD ZA METROLOGIJU
PIB	02628511
E-mail	zavod@metrologija.gov.me
Telefon	020/601-360
Internet adresa	www.metrologija.me
Fax	020/634-651
Adresa	Arsenija Boljevića bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Usluge umjeravanja (kalibracije)
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ivona Mugoša
Kontakt	067-492-663
Datum objave	01.10.2025. 09:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Usluge umjeravanja (kalibracije)	01.10.2025 09:00	16.10.2025 09:00	16.10.2025 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	po partijama
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	ZAVOD ZA METROLOGIJU Usluge kalibracije 50433000 - Usluge umjeravanja (kalibracije)	18.197,11 EUR	3.821,39 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva	Važi za sve partije
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje ponuđač koji posjeduje ovlaštenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke, odnosno dokaz da je NMI/DI koji ima objavljen CMC u bazi podataka BIPM ili dokaz da je NMI/DI akreditovan od strane akreditacionog tijela potpisnika EA MLA.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	DA
Mjesto izvršenja ugovora: u sjedištu ponuđača	Mjesto izvršenja ugovora	DA
Rok plaćanja: u roku od 15 dana od dana ispostavljanja fakture	Rok plaćanja	DA
Način plaćanja je: na žiro-račun dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja	DA
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Nakon povratka opreme sa umjeravanja obaviće se provjera izdatih kalibracionih sertifikata da li su u skladu sa traženom specifikacijom	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	DA
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2. (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).	Obrazac 2	DA
Rok izvršenja ugovora: 4 mjeseca od dana zaključivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora	DA
Rok važenja ponude: 30 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude	DA

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	Važi za sve partije
Cijena	DA

8 PREDMET NABAVKE

Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV:

18.197,11 EUR

Broj partije		1	
Opis partije		Umjeravanje opreme Laboratorije za vrijeme i frekvenciju	
Procijenjena vrijednost bez PDV		2.326,50 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Kalibracija frekvenckmetra Agilent 53230A	Kalibracija frekvenckmetra Agilent 53230A • Frekvencija: DC (1 mHz) do 350 MHz • Vremenski interval: - 1 ns do 100 000 s • 12 digita rezolucija sekunde, 20 ps rezolucija vremenskog intervala • Opseg amplitude: ± 5 V (± 50 V) • Osjetljivost: - DC - 100 MHz: 20 mVpk >100 MHz: 40 mVpk Kalibracija parametara: - Osjetljivost ulaza; - Tačnost vremenske baze; - Funkcionalni test. Kalibraciju uraditi u skladu sa specifikacijom proizvođača, standardna mjerna nesigurnost u skladu sa sa EA-4/02. Uslugu je neophodno izvršiti uz izdavanje kalibracionog sertifikata od strane NMI/DI koji ima objavljen CMC u bazi podataka BIPM ili NMI/DI akreditovanog od strane akreditacionog tijela potpisnika EA MLA.	1,00 kom.

2	Kalibracija generator signala SG382	Kalibracija generator signala SG382 • Opseg frekvencije BNC izlaz DC do 62.5 MHz N tip izlaza 950 KHz do 2.025 GHz • Rezolucija: 1 μHz • Aging: $<\pm 0.05$ ppm/godini • Tipovi signala: Sine, ramp, saw, square, pulse, noise • Period generatora pulsa: 1 μs do 10 s Kalibracija parametara: - Dubina Pin konektora; - Podešavanje frekvencije; - Vremenska baza; - Tačnost amplitude; - Harmonijska distorzija; - Tačnost DC offset-a. Kalibraciju uraditi u skladu sa specifikacijom proizvođača, standardna mjerna nesigurnost u skladu sa EA-4/02. Uslugu je neophodno izvršiti uz izdavanje kalibracionog sertifikata od strane NMI/DI koji ima objavljen CMC u bazi podataka BIPM ili NMI/DI akreditovanog od strane akreditacionog tijela potpisnika EA MLA.	1,00 kom.
---	-------------------------------------	--	-----------

3	Kalibracija laserskog simulatora brzine	Kalibracija laserskog simulatora brzine Proizvođač: Laser Technology inc. Tip: 7024707 Fabrički broj: SS2000018 Mjerni opseg: 0 km/h do 300 km/h Maksimalno rastojanje mjerenja: 1200 m Minimalno rastojanje mjerenja: 23 m - Kalibracija mjerenja brzine - Kalibracija mjerenja vremenske baze i vremena kašnjenja signala Uslugu je neophodno izvršiti uz izdavanje kalibracionog sertifikata od strane NMI/DI koji ima objavljen CMC u bazi podataka BIPM ili NMI/DI akreditovanog od strane akreditacionog tijela potpisnika EA MLA.	1,00 kom.
---	---	--	-----------

4	Kalibracija digitalne štoperice Hanhart Stratos	Kalibracija digitalne štoperice Hanhart Stratos Rezolucija 1/100 sekunde Prikazuje: 9 h, 59 min, 59,99 sekundi Kalibracija parametara: - relativno vrijeme - funkcionalni test Uslugu je neophodno izvršiti uz izdavanje kalibracionog sertifikata od strane NMI/DI koji ima objavljen CMC u bazi podataka BIPM ili NMI/DI akreditovanog od strane akreditacionog tijela potpisnika EA MLA.	1,00 kom.
---	---	--	-----------

Broj partije		2	
Opis partije		Umjeravanje opreme Laboratorije za električne veličine	
Procijenjena vrijednost bez PDV		6.117,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Kalibracija digitalnog multimetra FLUKE 8508A	Kalibracija digitalnog multimetra FLUKE 8508A • DC Napon: 0 do ± 1050 V, Stabilnost : ± 3 ppm od očitano • AC Napon: 2 mV do 1050 V, 1 Hz do 1 MHz, Stabilnost : ± 65 ppm od očitano • DC Struja: 0 to ± 20 A, Stabilnost: ± 12 ppm od očitano • AC Struja: 2 μA do 20 A, 1 Hz to 100 kHz, Stabilnost: ± 200 ppm od očitano • Otpornost: 0 do 20 GΩ, Stabilnost ± 7.5 ppm od očitano Uslugu je neophodno izvršiti uz izdavanje kalibracionog sertifikata od strane NMI/DI koji ima objavljen CMC u bazi podataka BIPM ili NMI/DI akreditovanog od strane akreditacionog tijela potpisnika EA MLA.	1,00 kom.

2	Kalibracija Kalibratora FLUKE 5520A/kalem	Kalibracija Kalibratora FLUKE 5520A/kalem • DC Napon: 0 mV do 1000 V, Stabilnost: 0.0018 % • AC Napon: 1 mV do 1000 V, Stabilnost: > 0.8 % • DC Struja: 0 A do 20,5 A, Stabilnost: 0.1 % • AC Struja: od 29 mA do 20,5 A • Otpornost: od 0Ω do 1100 MΩ, Stabilnost: 1.5 % • Kalem Maksimalna struja: 11 Arms, neprekidno 20 Arms Maksimalni napon: 3 Vrms Sa kalibracionim sertifikatom izdatim od NMI potpisnikom CIPM MRA i objavljenim CMCs u bazi podataka BIPM dodatak C.	1,00 kom.
3	Kalibracija mjernog uređaja za mjerenje otpora i termonapona (BLACK STACK)	Kalibracija mjernog uređaja za mjerenje otpora i termonapona (BLACK STACK) Mjerna nesigurnost 20ppm;40ppm; ±0,002mV;±0,004 mV Uslugu je neophodno izvršiti uz izdavanje kalibracionog sertifikata od strane NMI/DI koji ima objavljen CMC u bazi podataka BIPM ili NMI/DI akreditovanog od strane akreditacionog tijela potpisnika EA MLA.	1,00 kom.

4	Kalibracija etalona električne snage proizvođača MTE, tipa PTS 400.3	Kalibracija etalona električne snage proizvođača MTE, tipa PTS 400.3 • Etalon električne snage proizvođača MTE, tipa PTS 400.3 • Tehnička specifikacija: • Struja: 1 mA - 120 A • Napon: 5 V - 520 V • Tačnost: 0,02 % • Frekvencija: 45 Hz - 70 Hz Uslugu je neophodno izvršiti uz izdavanje kalibracionog sertifikata od strane NMI potpisnika CIPM MRA, koji ima objavljen CMC u bazi podataka BIPM dodatak C ili NMI/DI akreditovanog od strane akreditacionog tijela potpisnika EA MLA sporazuma.	1,00 kom.
---	--	---	-----------

Broj partije		3	
Opis partije		Umjeravanje opreme Laboratorije za temperaturu	
Procijenjena vrijednost bez PDV		7.290,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Kalibracija sekundarnog etalona za temperaturu-TC, PtRh13-Pt, tip S i tip R	Kalibracija sekundarnog etalona za temperaturu-TC, PtRh13-Pt, tip S i tip R Kalibracija TC, tip R i S, temperaturni opseg od 0 °C do 1000 °C, dužina senzora 635 mm, prečnik senzora 6,35 mm, sa referentnim junction dužine 210 mm i prečnika 4,8 mm. Kalibraciju uraditi u fiksniim tačkama: Zn, Al, Ag, Cu i u tački 1200 °C. Mjerna nesigurnost 0,3 K, 0,6 K; 0,6 K Uslugu je neophodno izvršiti uz izdavanje kalibracionog sertifikata od strane NMI/DI koji ima objavljen CMC u bazi podataka BIPM ili NMI/DI akreditovanog od strane akreditacionog tijela potpisnika EA MLA.	2,00 kom.

2	Kalibracija Dew point metra Michell Instruments	Kalibracija Dew point metra Michell Instruments Sekundarni etalon za oblast relativne vlažnosti, temperaturnog opsega od -40 °C do +70 °C, opsega relativne vlažnosti od 10 % r.h. do 90 % r.h. Mjerna nesigurnost za opseg -40 °C do 70 °C iznosi 0,20 °C; Uslugu je neophodno izvršiti uz izdavanje kalibracionog sertifikata od strane NMI/DI koji ima objavljen CMC u bazi podataka BIPM ili NMI/DI akreditovanog od strane akreditacionog tijela potpisnika EA MLA.	1,00 kom.
3	Kalibracija Dew point metra, MBW 473-SH2	Kalibracija Dew point metra, MBW 473-SH2 Sekundarni etalon za oblast relativne vlažnosti Dewpoint metar, temperaturnog opsega -20 °C do 70 °C, opsega relativne vlažnosti od 0 % r.h. do 60 % r.h. Mjerna nesigurnost za opseg -20 °C do 70 °C iznosi 0,12 °C Uslugu je neophodno izvršiti uz izdavanje kalibracionog sertifikata od strane NMI/DI koji ima objavljen CMC u bazi podataka BIPM ili NMI/DI akreditovanog od strane akreditacionog tijela potpisnika EA MLA.	1,00 kom.

Broj partije		4	
Opis partije		Umjeravanje opreme Laboratorije za masu	
Procijenjena vrijednost bez PDV		2.343,61 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Kalibracija etalona mase (garnitura tegova klase E1 od 1 mg – 5 kg)	Kalibracija etalona mase (garnitura tegova klase E1 od 1 mg – 5 kg) Mjerna nesigurnost za klasu E1 u skladu sa OIML R 111. Uslugu je neophodno izvršiti uz izdavanje kalibracionog sertifikata od strane NMI/DI koji ima objavljen CMC u bazi podataka BIPM ili NMI/DI akreditovanog od strane akreditacionog tijela potpisnika EA MLA.	28,00 kom.
2	Kalibracija etalona mase - pojedinačni teg E1 10 kg	Kalibracija etalona mase - pojedinačni teg E1 10 kg Mjerna nesigurnost za klasu E1 u skladu sa OIML R 111. Uslugu je neophodno izvršiti uz izdavanje kalibracionog sertifikata od strane NMI/DI koji ima objavljen CMC u bazi podataka BIPM ili NMI/DI akreditovanog od strane akreditacionog tijela potpisnika EA MLA.	2,00 kom.

Broj partije		5	
Opis partije		Umjeravanje opreme Laboratorije za dužinu	
Procijenjena vrijednost bez PDV		120,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Kalibracija uređaja za kalibraciju mjernih satova	Usluga kalibracije uređaja za kalibraciju mjernih satova Tip/Proizvođač: 170-102M-2-Mitutoyo Mjerno područje: 0 mm do 25 mm Mjerna nesigurnost: $U=0,25\text{ }\mu\text{m}+2,5*10^{-6}\text{ l}$ Uslugu je neophodno izvršiti uz izdavanje kalibracionog sertifikata od strane NMI/DI koji ima objavljen CMC u bazi podataka BIPM ili NMI/DI akreditovanog od strane akreditacionog tijela potpisnika EA MLA.	4,00 kom.