

ZU Dom zdravlja Dr Nika Labović Berane

Broj: 01-1143

Berane; 03.10.2025.godine

Predmet: Zahtjev za izmjenu Zahtjeva za dostavljanje ponuda

Pitanje; Zahtjevom za dostavljanje ponuda propisano je sledeće:

11. Materijal kućišta i poklopca aluminijumski lim, doku su prednji dio i poklopac izrađeni od ABS plastike.

Ovako definisana karakteristika ograničava konkurenciju i vodi ka diskriminaciji ponuđača. Smatramo da je ovaj uslov potrebno izmijeniti na način da glasi: 11. Materijal kućišta i poklopca "aluminijumski lim, doku su prednji dio i poklopac izrađeni od ABS plastike" ili "Čelik premazan epoksijem", u skladu sa Čl 6. Stav 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki koji glasi "Naručilac treba da tehničkom specifikacijom omogući jednak pristup svim privrednim subjektima u postupku nabavke bez ograničavanja tržišne konkurencije."

Da li Naručilac pristaje da izmijeni Zahtjev za dostavljanje ponuda, na način kako je prethodno opisano?

Odgovor: Prihvata se izmjena i glasi: Materijal kućišta i poklopca "aluminijumski lim, doku su prednji dio i poklopac izrađeni od ABS plastike" ili "Čelik premazan epoksijem"

Rok za podnošenje ponuda:

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 07.10.2025. godine do 10 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 07.10.2025.godine u 10 sati.



Član komisije
Stanjka Džiknić