

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka centrifuge za mikrobiologiju

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

JZU DOM ZDRAVLJA DR NIKA
LABOVIĆ BERANE

PIB:

02012146

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) - Rješenje Instituta (bivše Agencije) za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore o upisu u registar za promet na veliko medicinskim sredstvima	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki.	Obrazac 2
60 dana dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Maksimum 60 dana dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Virmanski	Način plaćanja
30 (trideset) dana od dana uredno izvršene isporuke i dostavljene fakture.	Rok plaćanja
Miljana Tomičića bb	Mjesto izvršenja ugovora
Roba mora biti isporučena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa isporučenom robom, ponudom i zaključenim ugovorom.	Uslovi plaćanja

Ponuđač je dužan da dostavi: Rješenje o upisu/obnovi upisa u registar ponuđenog medicinskog sredstva izdato od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojem je istekao rok važenja), izdatu od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore. (U slučaju da ponuđač nije nosilac upisa ponuđenog medicinskog sredstva obavezan je da dostavi ovlaštenje od lica koje je izvršilo upis ponuđenog medicinskog sredstva.) - U koliko neki od ponuđenih proizvoda ne pripadaju grupi medicinskih sredstava ponuđač je dužan da dostavi rješenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore ili izjavu proizvođača da se ponuđeni proizvod ne smatra medicinskim sredstvom. - Izuzetno, ako niko od ponuđača čije su ponude ocijenjene kao ispravne ne nudi medicinsko sredstvo koje je upisano u registar medicinskih sredstava kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, uzeće se u razmatranje i ponude ponuđača koji nude medicinsko sredstvo koje nije upisano u Registar, ukoliko je ponuđeno medicinsko sredstvo registrovano u zemljama Evropske Unije, SAD-a, Kanadi, Švajcarskoj, Norveškoj i zemljama bivše SFRJ, za koje moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju: CE znak u zavisnosti od klase; Sertifikat o sistemu kvaliteta ISO 13485; Deklaracija o konformitetu; Dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača;	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da na dostavljenim rješenjima o upisu u registar medicinskih sredstava, odnosno dokumentaciji koju dostavlja u slučaju da ponuđeno medicinsko sredstvo nije upisano u registar medicinskih sredstava jasno označi proizvod, partiju i poziciju na koju se dokument odnosi	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi ovlaštenje proizvođača da može njegovu robu ponuditi u predmetnom postupku javne nabavke. Ukoliko ovlaštenje proizvođača nije direktno, lice koje posredno daje ovlaštenje ponuđaču mora biti direktno ovlašćeno od strane proizvođača ponuđenih proizvoda, o čemu je ponuđač dužan da dostavi dokaz- ovlaštenje proizvođača ponuđenih proizvoda za posrednika za potrebe predmetnog postupka javne nabavke.	Drugi uslovi

Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda izdat od proizvođača (katalog, uputstvo, specifikacija ili drugi dokaz izdat od proizvođača).	Drugi uslovi
Garantni rok ne može biti kraći od 12 mjeseci od dana instalacije i puštanja u rad ponuđenog sterilizatora. Ponuđač je dužan da navede ponuđeni garantni rok u izjavi koja će se dostaviti uz ponudu.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) - Rješenje Instituta (bivše Agencije) za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore o upisu u registar za promet na veliko medicinskim sredstvima	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki.	Obrazac 2
60 dana dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Maksimum 60 dana dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Virmanski	Način plaćanja

30 (trideset) dana od dana uredno izvršene isporuke i dostavljene fakture.	Rok plaćanja
Miljana Tomičića bb	Mjesto izvršenja ugovora
Roba mora biti isporučena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa isporučenom robom, ponudom i zaključenim ugovorom.	Uslovi plaćanja
Ponuđač je dužan da dostavi: Rješenje o upisu/obnovi upisa u registar ponuđenog medicinskog sredstva izdato od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojem je istekao rok važenja), izdatu od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore. (U slučaju da ponuđač nije nosilac upisa ponuđenog medicinskog sredstva obavezan je da dostavi ovlaštenje od lica koje je izvršilo upis ponuđenog medicinskog sredstva.) - U koliko neki od ponuđenih proizvoda ne pripadaju grupi medicinskih sredstava ponuđač je dužan da dostavi rješenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore ili izjavu proizvođača da se ponuđeni proizvod ne smatra medicinskim sredstvom. - Izuzetno, ako niko od ponuđača čije su ponude ocijenjene kao ispravne ne nudi medicinsko sredstvo koje je upisano u registar medicinskih sredstava kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, uzeće se u razmatranje i ponude ponuđača koji nude medicinsko sredstvo koje nije upisano u Registar, ukoliko je ponuđeno medicinsko sredstvo registrovano u zemljama Evropske Unije, SAD-a, Kanadi, Švajcarskoj, Norveškoj i zemljama bivše SFRJ, za koje moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju: CE znak u zavisnosti od klase; Sertifikat o sistemu kvaliteta ISO 13485; Deklaracija o konformitetu; Dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača;	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da na dostavljenim rješenjima o upisu u registar medicinskih sredstava, odnosno dokumentaciji koju dostavlja u slučaju da ponuđeno medicinsko sredstvo nije upisano u registar medicinskih sredstava jasno označi proizvod, partiju i poziciju na koju se dokument odnosi	Drugi uslovi

Ponuđač je dužan da dostavi ovlaštenje proizvođača da može njegovu robu ponuditi u predmetnom postupku javne nabavke. Ukoliko ovlaštenje proizvođača nije direktno, lice koje posredno daje ovlaštenje ponuđaču mora biti direktno ovlašćeno od strane proizvođača ponuđenih proizvoda, o čemu je ponuđač dužan da dostavi dokaz- ovlaštenje proizvođača ponuđenih proizvoda za posrednika za potrebe predmetnog postupka javne nabavke.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda izdat od proizvođača (katalog, uputstvo, specifikacija ili drugi dokaz izdat od proizvođača).	Drugi uslovi
Garantni rok ne može biti kraći od 12 mjeseci od dana instalacije i puštanja u rad ponuđenog sterilizatora. Ponuđač je dužan da navede ponuđeni garantni rok u izjavi koja će se dostaviti uz ponudu.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
U okviru podkriterijuma kvalitet vrednovaće se garantni rok, koji ne može biti kraći od 12 mjeseca od dana isporuke centrifuge, a koji se iskazuje na način što se ponuđeni garantni rok podijeli sa najduže ponuđenim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 20 bodova po formuli: Broj bodova = K (ponuđeni garantni rok) / K (najduže ponuđeni rok) * 20	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
U okviru podkriterijuma kvalitet vrednovaće se garantni rok, koji ne može biti kraći od 12 mjeseca od dana isporuke centrifuge, a koji se iskazuje na način što se ponuđeni garantni rok podijeli sa najduže ponuđenim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 20 bodova po formuli: Broj bodova = K (ponuđeni garantni rok) / K (najduže ponuđeni rok) * 20	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
16407.57	1	Centrifuga	- Maksimalna brzina centrifugiranja - najmanje 14.000 o/min (za ugaoni rotor) - najmanje 4.000 o/min (za swing rotor) - Kapacitet centrifugiranja - najmanje 20.000 g za swing rotor - najmanje 18.000 g za ugaoni rotor - Sistem upravljanja - mikroprocesorska kontrola - Opseg brzine - najmanje od 900 do 14.000 o/min - Tačnost brzine ± 20 o/min ili bolje - Opseg tajmera - najmanje od 1 do 99 minuta + neprekidni rad - Korak podešavanja tajmera 1 minut - Brzina ubrzavanja/kočenja - najmanje 10 nivoa ubrzavanja i 10 nivoa kočenja - Temperaturni opseg - od najmanje –9 °C do +40 °C - Podešavanje temperature - korak od 1 °C - Materijal kućišta i poklopca - aluminijumski lim, doku su prednji dio i poklopac izrađeni od ABS plastike - Materijal komore - nerđajući čelik - Motor - indukcioni motor - Potrošnja energije - do 1,75 kVA - Težina - neto: najmanje 75 kg - bruto: do 99 kg - Napajanje 230 V, 50–60 Hz - Minimalan broj epruveta koji se traži je 8.	1.00	komad

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
16407.57	1	Centrifuga	- Maksimalna brzina centrifugiranja - najmanje 14.000 o/min (za ugaoni rotor) - najmanje 4.000 o/min (za swing rotor) - Kapacitet centrifugiranja - najmanje 20.000 g za swing rotor - najmanje 18.000 g za ugaoni rotor - Sistem upravljanja - mikroprocesorska kontrola - Opseg brzine - najmanje od 900 do 14.000 o/min - Tačnost brzine ± 20 o/min ili bolje - Opseg tajmera - najmanje od 1 do 99 minuta + neprekidni rad - Korak podešavanja tajmera 1 minut - Brzina ubrzavanja/kočenja - najmanje 10 nivoa ubrzavanja i 10 nivoa kočenja - Temperaturni opseg - od najmanje –9 °C do +40 °C - Podešavanje temperature - korak od 1 °C - Materijal kućišta i poklopca "aluminijumski lim, doku su prednji dio i poklopac izrađeni od ABS plastike" ili "Čelik premazan epoksijem" - Materijal komore - nerđajući čelik - Motor - indukcioni motor - Potrošnja energije - do 1,75 kVA - Težina - neto: najmanje 75 kg - bruto: do 99 kg - Napajanje 230 V, 50–60 Hz - Minimalan broj epruveta koji se traži je 8.	1.00	komad