

ZU Dom zdravlja Dr Nika Labović Berane

Broj: 01-1164

Berane; 07.10.2025.godine

Izmjena Zahtijeva za dostavljanje ponuda

Bitne karakteristike predmeta nabavke:

1. Maksimalna brzina centrifugiranja
 - najmanje 14.000 o/min (za ugaoni rotor)
 - najmanje 4.000 o/min (za swing rotor)
2. Kapacitet centrifugiranja
 - najmanje 3.000 g za swing rotor
 - najmanje 18.000 g za ugaoni rotor
3. Sistem upravljanja
 - mikroprocesorska kontrola
4. Opseg brzine
 - najmanje od 900 do 14.000 o/min
5. Opseg tajmera
 - najmanje od 1 do 99 minuta + neprekidni rad
6. Korak podešavanja tajmera
 - 1 sekund
7. Brzina ubrzavanja/kočenja
 - najmanje 9 nivoa ubrzavanja i 9 nivoa kočenja
8. Temperaturni opseg
 - od najmanje -9 °C do +40 °C
9. Podešavanje temperature
 - korak od 1 °C
10. Materijal komore
 - nerđajući čelik
11. Motor
 - indukcion motor
12. Potrošnja energije
 - do 1,75 kVA
13. Težina
 - maximum 100 kg
14. Napajanje
 - 230 V, 50-60 Hz
15. Ugaoni rotor kapaciteta minimum 6 mjesta za epruvete zapremine 10-15ml.
16. Swing rotor kapaciteta minimum 24 mjesta za epruvete zapremine 10-15ml.

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 10.10.2025. godine do 10 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 10.10.2025. godine u 10 sati.

Član komisije
Stanojka Džiknić

