

ZU Dom zdravlja Dr Nika Labović Berane

Broj: 01-1169

Berane; 08.10.2025.godine

Izmjena zahtijeva za dostavljanje ponuda

Pitanje 1: Da li je za Naručioca prihvatljivo da korak podešavanja tajmera bude 10 sekundi? Imajući u vidu činjenicu da je trend kod renomiranih svjetskih proizvođača centrifuga upravo interval od 10 sekundi, smatramo da bi se u tom dijelu spcifikacije mogla izmijeniti kako bi se omogućilo učestvovanje i drugim ponuđačima u postupku nabavke. Razlog izmjene je taj da korišćenje intervala od 10 sekundi čini podešavanje tipičnih ciklusa centrifugiranja bržim i efikasnijim. Većina ciklusa traje najmanje 5 minuta, pa bi samim tim finije podešavanje u intervalima od 1 sekunde samo usporilo podešavanje bez stvarene i krajnje koristi po korisnika. Cilj je da sam uređaj pojednostavi radnju što nije slučaj sa intervalom od 1 sekunde. Molimo da razmotrite ovaj predlog i blagovremeno nas obavijestite o ishodu. Ukoliko ste saglasni, izmjena bi trebala da glasi: 6. Korak podešavanja tajmera • 10 sekundi

Odgovor: 6. Korak podešavanja tajmera • od minimum 1 sekunde do maksimum 10 sekundi

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 13.10.2025. godine do 10 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 13.10.2025.godine u 10 sati.



Član komisije

Stanka Džikić