

PREGLED POSTUPKA #101526

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JZU OPŠTA BOLNICA DANILO I
PIB	02010496
E-mail	bolnicact@t-com.me
Telefon	041/231-336
Internet adresa	www.daniloprvi.me
Fax	041/231-336
Adresa	Vuka Mićunovića bb
Grad	Cetinje
Poštanski broj	81250

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Videoelektronistamografija za ORL
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dragan Dapčević
Kontakt	067669624
Datum objave	14.10.2025. 15:00
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	JZU OPŠTA BOLNICA DANILO I Videoelektronistagmografija za ORL 33100000 - Medicinska oprema	12.400,00 EUR	2.600,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uslove za učestvovanje u postupku jednostavne nabavke privredni subjekat dokazuje izjavom, koja je sačinjena na propisanom obrascu, u elektronskom obliku i koja je potpisana elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica privrednog subjekta	Obrazac 2
60 dana od dana javnog otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Sjedište naručioca	Mjesto izvršenja ugovora
30 dana od dana ispostavljanja fakture	Rok plaćanja
Virmanski po isporuci robe i ispostavljanju fakture.	Način plaćanja
Ponuđač je dužan da u opisu predmeta nabavke navede zaštićeni naziv proizvoda (ukoliko ga ima) i proizvođača za svaki ponuđeni proizvod.	Zahtjev za oznake

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke). - Rješenje o upisu u registar prometa na veliko medicinskim sredstvima (dozvola za obavljanje djelatnosti), izdato od strane nadležnog organa. - Rješenje o upisu u registar proizvođača ponuđenog medicinskog sredstva, izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore. - Rješenje o upisu/obnovi upisa u registar ponuđenog medicinskog sredstva izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojem je istekla važnost), izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore. (U slučaju da ponuđač nije nosilac upisa ponuđenog medicinskog sredstva obavezan je da dostavi ovlašćenje od lica koje je izvršilo upis ponuđenog medicinskog sredstva.) Ukoliko neki od ponuđenih proizvoda koji su predmet nabavke nije medicinsko sredstvo, potrebno je da ponuđač kao potvrdu istog dostavi mišljenje od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore. * Izuzetno, ukoliko niti jedan od ponuđača čije su ponude ocijenjene kao ispravne, ne nudi medicinsko sredstvo koje je upisano u registar medicinskih sredstava Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, uzeće se u razmatranje ponude ponuđača koji nude medicinsko sredstvo koje nije upisano u registar, ukoliko je ponuđeno medicinsko sredstvo registrovano u zemljama EU,SAD-a, Kanadi, Švajcarskoj, Norveškoj i zemljama bivše SFRJ,za koje moraju dostaviti slijedeću dokumentaciju:-CE znak u zavisnosti od klase;-Sertifikat o sistemu kvaliteta ISO 13485; Deklaraciju o konformitetu; Dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača. Ponuđač je dužan da na dostavljenim rješenjima o upisu u registar medicinskih sredstava, odnosno dokumentaciji koju dostavlja u slučaju da medicinsko sredstvo nije upisano u registar medicinskih sredstava, jasno naznači proizvod, partiju, kao i stavku na koju se odnosi.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Maksimum 60 dana dana od dana otvaranja ponuda.	Rok izvršenja ugovora
Ponuđač je dužan da na dostavljenim rješenjima o upisu u registar medicinskih sredstava, odnosno dokumentaciji koju dostavlja, jasno označi proizvod i poziciju na koju se dokument odnosi.	Drugi uslovi

Ponuđač je dužan da dostavi ovlašćenje proizvođača da može njegovu robu ponuditi u predmetnom postupku javne nabavke. Ukoliko ovlašćenje proizvođača nije direktno, lice koje posredno daje ovlašćenje ponuđaču mora biti direktno ovlašćeno od strane proizvođača ponuđenih proizvoda, o čemu je ponuđač dužan da dostavi dokaz- ovlašćenje proizvođača ponuđenih proizvoda za posrednika za potrebe predmetnog postupka javne nabavke.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda izdat od proizvođača (katalog, uputstvo, specifikacija ili drugi dokaz izdat od proizvođača).	Drugi uslovi
Garantni rok ne može biti kraći od 12 mjeseci od dana instalacije i puštanja u rad ponuđenog uređaja. Ponuđač je dužan da navede ponuđeni garantni rok u izjavi koja će se dostaviti uz ponudu	Drugi uslovi
Rok isporuke ne može biti duži od 30 (trideset) dana od dana narudžbe.	Rok izvršenja ugovora
Ponuđač je obavezan da prilikom pripremanja Finansijskog dijela ponude za proizvode koji se nude navede zaštićeni naziv proizvoda, proizvođača i kataloški broj proizvoda.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 12.400,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Videonistamografija	Minimalne tehničke karakteristike koje uređaj mora da ispunjava: * Interfejs:USB * Dužina kabla: minimalno 4 metra * Kamera: Monocular * Brzina kadrova: minimum 30 fps * Vrijeme ekspozicije: maksimum 33,3 ms * Vidno polje: minimum 100° horizontalno, minimum 55° vertikalno * Žižna daljina: maksimum 4,2 mm * Rezolucija: minimum 744 x 480 piksela * Osvjetljenje: IR LED * Neophodni testovi: Spontaneous Nystagmus,Positional Nystagmus,Caloric * Laptop računar dijagonale minimum 15",minimum 500 GB interne memorije i Windows 10 operativni sistem ili novija verzija	1,00 komad