

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka robe-Termalni sajklér(Thermal cycler)

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE
BOLESTI DR JOVAN BULAJIĆ BREZOVIK

PIB:

02001594

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Rok važenja ponude - 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok plaćanja odloženo, 30 dana po ispostavljanju fakture i prateće dokumentacije o isporuci	Rok plaćanja

Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG”, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.	Obrazac 2
Mjesto izvršenja ugovora je ustanova naručioca Bolnica Brezovik, Brezovik bb. Ponuđač je dužan da obezbijedi transport i montažu do korisnika.	Mjesto izvršenja ugovora
Način sprovođenja kontrole kvaliteta : komisijski prijem robe u prisustvu predstavnika naručioca i ponuđača , koji podrazumjeva kontrolu usaglašenosti isporuke sa uslovima iz ponude.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o nabavci dostavi naručiocu bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora , za slučaj povrede ugovorenih obaveza izazvanih krivicom ponuđača, na iznos 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora. koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora.	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora: 35 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Pod datumom isporuke opreme se podrazumjeva datum potpisivanja zapisnika da je izvršena isporuka, instaliranje, testiranje opreme, obuka osoblja i predato korisničko uputstvo na crnogorskom jeziku.	Rok izvršenja ugovora
Ponuđač je u obavezi da u Finansijskom dijelu ponude navede naziv proizvoda i proizvođača.	Drugi uslovi
Garantni rok: ne može biti kraći od 24 mjeseca. Dobavljač je dužan u ponudi navesti garantni rok u mjesecina sa svim garantnim pravima. Garancija počinje da teče od dana potpisivanja zapisnika o uredno izvršenoj primopredaji.	Garantni rok
Način plaćanja:Virmanski	Način plaćanja

Ponuđač je dužan da dostavi originalni katalog proizvođača za ponuđenu opremu sa jasno naznačenim tehničkim karakteristikama koje je naručilac utvrdio zahtjevom za dostavljanje ponuda. Ponuđač je dužan u priloženom katalogu zaokružiti ili markirati markerom svaku tehničku karakteristiku koja se zahtijeva, sa naznakom broja karakteristike iz tehničke specifikacije Naručioca. Ukoliko sve zahtijevane karakteristike nijesu sadržane u katalogu, ponuđač može dostaviti izjavu proizvođača, pečatiranu i potpisanu od strane ovlašćenog lica proizvođača, kojom se dokazuje da ponuđeni aparat posjeduje zahtijevanu karakteristiku i na kojoj će precizno biti naveden broj stavke i njen puni naziv iz tehničke specifikacije Naručioca na koju se karakteristika odnosi. Katalog i izjava proizvođača mogu biti dostavljeni i na engleskom jeziku. Naručilac zadržava pravo da od ponuđača zahtijeva prevod i provjeru priloženih informacija.	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je dužan da dostavi izjavu proizvođača da će biti dostupni rezervni djelovi i servisne usluge za ponuđene proizvode najmanje 5 godina nakon isteka garantnog roka. Ukoliko ovlasćenje proizvođača nije direktno, lice koje posredno daje ovlasćenje ponudjaci mora biti direktno ovlašćeno od proizvođača, o čemu je ponudjaci dužan da dostavi dokaz-ovlasćenje proizvođača ponudjenih proizvoda za posrednika za potrebe predmetnog postupka javne nabavke,	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Rok važenja ponude - 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok plaćanja odloženo, 30 dana po ispostavljanju fakture i prateće dokumentacije o isporuci	Rok plaćanja
Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG”, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.	Obrazac 2

Mjesto izvršenja ugovora je ustanova naručioca Bolnica Brezovik, Brezovik bb. Ponuđač je dužan da obezbijedi transport i montažu do korisnika.	Mjesto izvršenja ugovora
Način sprovođenja kontrole kvaliteta : komisijski prijem robe u prisustvu predstavnika naručioca i ponuđača , koji podrazumjeva kontrolu usaglašenosti isporuke sa uslovima iz ponude.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o nabavci dostavi naručiocu bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora , za slučaj povrede ugovorenih obaveza izazvanih krivicom ponuđača, na iznos 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora. koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora.	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora: 35 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Pod datumom isporuke opreme se podrazumjeva datum potpisivanja zapisnika da je izvršena isporuka, instaliranje, testiranje opreme, obuka osoblja i predato korisničko uputstvo na crnogorskom jeziju.	Rok izvršenja ugovora
Ponuđač je u obavezi da u Finansijskom dijelu ponude navede naziv proizvoda i proizvođača.	Drugi uslovi
Garantni rok: ne može biti kraći od 24 mjeseca. Dobavljač je dužan u ponudi navesti garantni rok u mjesecina sa svim garantnim pravima. Garancija počinje da teče od dana potpisivanja zapisnika o uredno izvršenoj primopredaji.	Garantni rok
Način plaćanja:Virmanski	Način plaćanja

Ponuđač je dužan da dostavi originalni katalog proizvođača za ponuđenu opremu sa jasno naznačenim tehničkim karakteristikama koje je naručilac utvrdio zahtjevom za dostavljanje ponuda. Ponuđač je dužan u priloženom katalogu zaokružiti ili markirati markerom svaku tehničku karakteristiku koja se zahtijeva, sa naznakom broja karakteristike iz tehničke specifikacije Naručioca. Ukoliko sve zahtijevane karakteristike nijesu sadržane u katalogu, ponuđač može dostaviti izjavu proizvođača, pečatiranu i potpisanu od strane ovlašćenog lica proizvođača, kojom se dokazuje da ponuđeni aparat posjeduje zahtijevanu karakteristiku i na kojoj će precizno biti naveden broj stavke i njen puni naziv iz tehničke specifikacije Naručioca na koju se karakteristika odnosi. Katalog i izjava proizvođača mogu biti dostavljeni i na engleskom jeziku. Naručilac zadržava pravo da od ponuđača zahtijeva prevod i provjeru priloženih informacija.	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je dužan da dostavi izjavu proizvođača da će biti dostupni rezervni djelovi i servisne usluge za ponuđene proizvode najmanje 5 godina nakon isteka garantnog roka. Ukoliko ovlasćenje proizvođača nije direktno, lice koje posredno daje ovlasćenje ponudjaci mora biti direktno ovlašteno od proizvođača, o čemu je ponudjaci dužan da dostavi dokaz-ovlasćenje proizvođača ponudjenih proizvoda za posrednika za potrebe predmetnog postupka javne nabavke,	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
6000.00	1	Nabavka aparata termalnog sajklera (thermal cycler) koji se koristi za end point PCR amplifikaciju DNK a biće korišćen kao neophodan korak u procedurama identifikacije različitih mikroorganizama	Kapacitet : 96 uzoraka (mikrotitarska ploča sa 96 bunarčića ili 96 tubica od 0.2 ml) Zapremina uzorka : 5-100 µl Grijani poklopac (heated lid) : 112-120° C Temperaturni opseg (temperature range) :4-99.9°C Brzina zagrijavanja (heating rate) : do 5° C/s Brzina hlađenja (cooling rate) : do 3,5 °C/s Temperaturna uniformnost/tačnost (temperature uniformity/accuracy) : +/- 0.5° C Bez kondenzacije nakon hlađenja na +4°C Mogućnost podešavanja (povećanje i smanjenje) temperature i vremena Mogućnost praćenja temperaturnog profila na računaru Šifriran ulaz u programe (password) Touch screen displej Voltaža :100-240 V, Frekvencija : 50/60 Hz	1.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
6000.00	1	Nabavka aparata termalnog sajklera (thermal cycler) koji se koristi za end point PCR amplifikaciju DNK a biće korišćen kao neophodan korak u procedurama identifikacije različitih mikroorganizama	Kapacitet : 96 uzoraka (mikrotitarska ploča sa 96 bunarčića ili 96 tubica od 0.2 ml) Zapremina uzorka : 5-100 µl Grijani poklopac (heated lid) : optimalna temperatura minimum 100° C Temperaturni opseg (temperature range) :4-99.9°C Brzina hlađenja /zagrijavanja : minimum 3° C/s Temperaturna uniformnost/tačnost (temperature uniformity/accuracy) : +/- 0.5° C Bez kondenzacije nakon hlađenja na +4°C Mogućnost podešavanja (povećanje i smanjenje) temperature i vremena Mogućnost praćenja temperaturnog profila na računaru Šifriran pristup programu ukoliko postoji komunikacija sa eksternom mrežom inače nije potreban Touch screen displej Voltaža :100-240 V, Frekvencija : 50/60 Hz Naručilac će u okviru zahtjeva dodati kao prilog protokol koji treba da se instalira, a koji može da se koristi na aparatu koji ponuđači nude.	1.00	kom

Izveštaj generisan 27.10.2025 15:10