

PREGLED POSTUPKA #102049

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI DR JOVAN BULAJIĆ BREZOVIK
PIB	02001594
E-mail	brezovik@t-com.me
Telefon	040/217-011
Internet adresa	www.brezovik.me
Fax	040/217-312
Adresa	Brezovik bb
Grad	Nikšić
Poštanski broj	81400

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka robe-Termalni sajkler(Thermal cycler)
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ana Dragičević
Kontakt	040/217-011
Datum objave	23.10.2025. 14:30

Napomena

Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponuđač podnosi ponudu, kojom nudi predmet nabavke za određenu cijenu sa svim troškovima i popustima za cjelokupan predmet nabavke, u skladu sa uslovima i zahtjevima predviđenim zahtjevom za dostavljanje ponuda. Ponuda se sačinjava i podnosi u elektronskom obliku putem ESJN. Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2 koji je propisan Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavih nabavki („Službeni list CG“, broj 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24). U slučaju podnošenja zajedničke ponude ili ponude sa podugovaračem, svaki član zajedničke ponude i podugovarač treba da dostavi izjavu Obrazac 2. Ponuđač čija je ponuda izabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, treba da dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza kojima se dokazuju uslovi za učestvovanje u postupku, a koji su utvrđeni zahtjevom najkasnije u roku od osam dana. Na obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke nije dopuštena žalba.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev	23.10.2025 14:30	28.10.2025 10:00	28.10.2025 10:00	Poništena
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev	27.10.2025 15:20	31.10.2025 12:00	31.10.2025 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok važenja ponude - 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok plaćanja odloženo, 30 dana po ispostavljanju fakture i prateće dokumentacije o isporuci	Rok plaćanja
Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), elektronski potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača.	Obrazac 2
Mjesto izvršenja ugovora je ustanova naručioca Bolnica Brezovik, Brezovik bb. Ponuđač je dužan da obezbjedi transport i montažu do korisnika.	Mjesto izvršenja ugovora
Način sprovođenja kontrole kvaliteta : komisijski prijem robe u prisustvu predstavnika naručioca i ponuđača , koji podrazumjeva kontrolu usaglašenosti isporuke sa uslovima iz ponude.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o nabavci dostavi naručiocu bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora , za slučaj povrede ugovorenih obaveza izazvanih krivicom ponuđača, na iznos 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora. koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora.	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora: 35 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Pod datumom isporuke opreme se podrazumjeva datum potpisivanja zapisnika da je izvršena isporuka, instaliranje, testiranje opreme, obuka osoblja i predato korisničko uputstvo na crnogorskom jeziku.	Rok izvršenja ugovora
Ponuđač je u obavezi da u Finansijskom dijelu ponude navede naziv proizvoda i proizvođača.	Drugi uslovi

Garantni rok: ne može biti kraći od 24 mjeseca. Dobavljač je dužan u ponudi navesti garantni rok u mjesecima sa svim garantnim pravima. Garancija počinje da teče od dana potpisivanja zapisnika o uredno izvršenoj primopredaji.	Garantni rok
Način plaćanja:Virmanski	Način plaćanja
Ponuđač je dužan da dostavi originalni katalog proizvođača za ponuđenu opremu sa jasno naznačenim tehničkim karakteristikama koje je naručilac utvrdio zahtjevom za dostavljanje ponuda.Ponuđač je dužan u priloženom katalogu zaokružiti ili markirati markerom svaku tehničku karakteristiku koja se zahtijeva,sa naznakom broja karakteristike iz tehničke specifikacije Naručioca.Ukoliko sve zahtijevane karakteristike nijesu sadržane u katalogu,ponuđač može dostaviti izjavu proizvođača,pečatiranu i potpisanu od strane ovlašćenog lica proizvođača ,kojom se dokazuje da ponuđeni aparat posjeduje zahtijevanu karakteristiku i na kojoj će precizno biti naveden broj stavke i njen puni naziv iz tehničke specifikacije Naručioca na koju se karakteristika odnosi.Katalog i izjava poizvođača mogu biti dostavljeni i na engleskom jeziku.Naručilac zadržava pravo da od ponuđača zahtijeva prevod i provjeru priloženih informacija.	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je dužan da dostavi izjavu proizvođača da će biti dostupni rezervni djelovi i servisne usluge za ponuđene proizvode najmanje 5 godina nakon isteka garantnog roka.Ukoliko ovlasćenje proizvodjaca nije direktno,lice koje posredno daje ovlasćenje ponudjacu mora biti direktno ovlasćeno od proizvodjaca ,o cemu je ponudjac duzan da dostavoi dokaz-ovlasćenje proizvodjaca ponudjenih proizvoda za posrednika za potrebe predmetnog postupka javne nabavke,	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 6.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Nabavka aparata termalnog sajklera (thermal cycler) koji se koristi za end point PCR amplifikaciju DNK a biće korišćen kao neophodan korak u procedurama identifikacije različitih mikroorganizama	Kapacitet : 96 uzoraka (mikrotitarska ploča sa 96 bunarčića ili 96 tubica od 0.2 ml) Zapremina uzorka : 5-100 µl Grijani poklopac (heated lid) : optimalna tempertura minimum 100° C Temperaturni opseg (temperature range) :4-99.9°C Brzina hlađenja /zagrijavanja : minimum 3° C/s Temperaturna uniformnost/tačnost (temperature uniformity/accuracy) : +/- 0.5° C Bez kondenzacije nakon hlađenja na +4°C Mogućnost podešavanja (povećanje i smanjenje) temperature i vremena Mogucnost praćenja temperaturnog profila na računaru Šifriran pristup programu ukoliko postoji komunikacija sa eksternom mrežom inače nije potreban Touch screen displej Voltaža :100-240 V, Frekvencija : 50/60 Hz Naručilac će u okviru zahtjeva dodati kao prilog protokol koji treba da se instalira, a koji može da se koristi na aparatu koji ponuđači nude.	1,00 kom